

贵州黔诚商务有限公司

QCZB2020-001L

# 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 医疗设备采购项目 招标文件

项目名称：石阡县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目

项目编号：QCZB2020-001L

采购方式：公开招标

项目类别：货物类

已审核  
杨晓  
2020.7.14

同意  
常翔  
2020.7.16

第 1 页 共 64 页

# 石阡县妇幼保健计划生育服务中心 医疗设备采购项目

## 招标文件

**项目名称：**石阡县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目

**项目编号：**QCZB2020-001L

**采购方式：**公开招标

**项目类别：**货物类

## 目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知表	7
第三章	投标人须知正文部分	16
第四章	采购内容及要求	32
第五章	政府采购合同（参考文本）	43
第六章	投标文件格式	48

## 第一章 招标公告

受石阡县妇幼保健计划生育服务中心委托，贵州黔诚商务有限公司对石阡县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来投标。

1. **项目名称：**石阡县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目

2. **项目编号：**QCZB2020-001L

3. **项目联系人：**刘璐

4. **项目联系电话：**18302680786

5. **采购方式：**公开招标

6. **采购货物或服务情况：**

(1) **采购主要内容：**品目一（进口全高清宫腔镜），品目二（U型臂数字化X射线系统），具体要求详见招标文件。

(2) **采购数量：**2套

(3) **采购预算：**220万元（品目一160万元、品目二60万元）

(4) **最高限价：**220万元（品目一160万元、品目二60万元）

(5) **简要技术要求、服务和安全要求：**详见招标文件。

(6) **交货时间：**品目一：合同签订后90个日历天内完成最终验收并且交付使用。品目二：合同签订后60个日历天内完成最终验收并且交付使用。

(7) **交货地点：**采购人指定地点，按采购方的书面或电话通知进行交货。

(8) **其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：**无。

7. **供应商资格要求：**

(1) **一般资格要求：**

符合政府采购法第二十二条规定及政府采购法实施条例第十七条的条件：

① **具有独立承担民事责任的能力：**提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

② **具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：**提供2019年度经第三方审计的财务审计报告或2019年任意三个月公司自主出具的财务报表。

③ **具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：**提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2019 年任意三个月依法缴纳税收（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和社会保障资金的有效证明材料；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中（格式文件详见〈供应商信用记录承诺书〉）。如在上述名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

**（2）本项目所需特殊行业资质或要求：**投标人需提供医疗器械生产许可证或经营许可证、医疗器械注册证或医疗器械产品注册登记表。

**（3）本项目不接受联合体投标。**

**（4）开标、评标时，投标供应商需提供以下资料（现场核验）：**

①合法有效统一社会信用代码的营业执照；（原件）

②法人代表身份证原件（法人代表参会的）或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件；

③医疗器械生产许可证或经营许可证、医疗器械注册证或医疗器械产品注册登记表（复印件加盖企业公章、法定代表人印章）。

## **8. 获取采购文件信息：**

（1）购买采购文件时间：2020 年 7 月 17 日 09:00 至 2020 年 7 月 23 日 17:00

（2）采购文件发售截止时间：2020 年 7 月 23 日 17:00

（3）购买采购文件地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址（<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>）

（4）采购文件获取方式：网上购买

（5）采购文件售价：人民币 300.00 元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采购网（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址

（<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>）“交易平台”查看、处理采购人发出的文

件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

**9. 投标截止时间（北京时间）：**2020年8月6日10:00

**10. 开标时间（北京时间）：**2020年8月6日10:00

**11. 开标地点：**铜仁市公共资源交易中心石阡分中心（泉城别苑三楼）

**12. 投标保证金情况：**

投标保证金交纳方式：具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）官方网址（<http://jyzx.trs.gov.cn>），点击首页—办事指南—保证金缴退，按步骤自行缴纳保证金。

（1）投标保证金额：10000.00元人民币。

（2）投标保证金交纳时间：2020年8月6日10:00前

（3）投标保证金交纳方式：转账

（4）开户银行及帐号

单位名称：石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行：贵州银行股份有限公司石阡支行

帐号：0615001700000457

**13. 采购人：**

采购人名称：石阡县妇幼保健计划生育服务中心

联系地址：石阡县佛顶山北路

项目联系人：黄艳

联系电话：0856-7652738

**14. 采购项目需要落实的政府采购政策：**已落实

**15. 采购代理机构：**

采购代理机构名称：贵州黔诚商务有限公司

联系地址：贵阳市观山湖区会展东路 soho 公寓

项目联系人：刘璐

联系电话：18302680786

## 第二章 投标人须知表

### 投标人须知前附表 1

本须知前附表 1 的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项号	条款号	具 体 内 容
1	1.1	项目名称：石阡县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备采购项目 采购人名称：石阡县妇幼保健计划生育服务中心 采购人地址：石阡县佛顶山北路 项目内容：品目一（进口全高清宫腔镜），品目二（U 型臂数字化 X 射线系统） 项目编号：QCZB2020-001L
2	3.1	资格标准：详见第三章《投标人须知》第 3 条，以及第三章《招标内容及要求》有关内容。
3	12.1	投标有效期：投标截止之日起 90 个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4		投标文件递交地址：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心 投标截止时间：2020 年 8 月 6 日 10：00 投标文件份数：正本一份，副本四份。
5	13	投标保证金：每个品目各 10000 元人民币。 投标保证金交纳时间：2020 年 8 月 6 日 10：00 前 投标保证金交纳方式：转账 开户银行及帐号 单位名称：石阡县产权交易中心线上保证金专户 开户银行：贵州银行股份有限公司石阡支行 帐 号：0615001700000457 (投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%) <b>履约保证金</b> ：缴纳和退取（缴纳数额不得超过政府采购合同总价的 10%，具体金额由中标人和采购人自行商定。）
6	20	评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选供应商数量)：详见《投标人须知前附表 3》。

7	21.3	<p>在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：</p> <p>（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；</p> <p>（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；</p> <p>（4）因重大变故，采购任务取消的。</p>
8	1	<p>代理服务费收取标准及方式：本项目代理服务费由中标（成交）供应商，按国家计委计价格（2002）1980号文件规定的标准缴纳，并在领取中标（成交）通知书前结清。</p>

**投标人须知前附表 2: 资格性、符合性检查表**

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的依据。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	三	3	合格的投标人：具体内容详见第二章第 3 条“合格的投标人”。
2	三	3.1	<p>投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的条件，并提供以下材料：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；</p> <p>（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2019 年度经第三方审计的财务审计报告或 2019 年任意三个月公司自主出具的财务报表。</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；</p> <p>（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2019 年任意三个月依法缴纳税收（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和社会保障资金的有效证明材料；</p> <p>（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；</p> <p>（6）法律、行政法规规定的其他条件：供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中（格</p>

			<p>式文件详见&lt;供应商信用记录承诺书&gt;）。如在上述名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。</p> <p>(7) 本项目所需特殊行业资质或要求：投标人需提供医疗器械生产许可证或经营许可证、医疗器械注册证或医疗器械产品注册登记表。</p> <p>(8) 本项目不接受联合体投标。</p>
<b>符合性要求</b>			
项号	章	条款号	具体内容
1	三	5	<p>投标人的投标文件未按规定的时间之前提交的，其投标将被拒绝。</p>
2	三	3.8	<p>投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：</p> <p>(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；</p> <p>(2) 投标人之间约定中标人；</p> <p>(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；</p> <p>(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；</p> <p>(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；</p> <p>(6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；</p> <p>(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(10) 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>(11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>(12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；</p> <p>(13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；</p> <p>(14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；</p> <p>(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。</p>
3	三	12	<p>投标有效期：投标截止之日起 90 个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。</p>
4	三	18.3.2	<p>(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行；</p> <p>(2) 实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的</p>

			义务； (3) 不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。
5	三	18.3.2	(1) 开标时，供应商的法定代表人或授权代表未参加或未按时参加开标会议的； (2) 投标文件数量不足或未按照本须知规定进行装订、密封、标识、签署、盖章的； (3) 未按规定由投标人的法定代表人或授权代表签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； (4) 未按规定提交报价保证金的； (5) 投标文件有效期不满足招标文件要求的； (6) 资质验证不合格的； (7) 投标文件内容与采购内容及要求有重大偏离、保留或未实质性响应的； (8) 供应商提交的出现两种报价或投标不是固定价，投标方案是可选择的； (9) 响应供应商未按招标文件要求进行分项报价； (10) 响应供应商不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正； (11) 投标文件中提供虚假或失实资料的； (12) 评标委员会认定投标文件雷同或存在投标供应商串通投标、弄虚作假或其他违法行为的； (13) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。 (14) 品目一投标供应商需提供进口产品生产厂家或中国总代理的有效授权；
6			投标报价在预算价（预算控制价）之内。

**投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则**

<p>一、评标方法： <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法</p>
<p>二、评标标准：</p> <p>(一) 具体的评标标准。</p> <p>采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p> <p>(二) 推荐拟中标候选供应商名单。</p> <p>1、中标候选供应商数量： 3 个。</p>

2、中标候选人供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、定标原则：

采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

### 3.1 初步审查表

序号	审查内容	审查标准	备注
1	资格性审查	详见投标人须知前附表 2	
2	符合性审查	详见投标人须知前附表 2	
<b>初步审查结论（通过或不通过）</b>			

### 3.2 评分表

评分项	评审标准	分值
价格分 40分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格分	40分
技术分 35分	技术参数响应： 产品技术参数全部满足招标文件要求的得 30 分；带“★”号项每一项负偏离扣 5 分，非“★”号项每负偏离一项，扣 2 分，扣完为止。（需提供厂家参数确认函或厂家技术白皮书、宣传彩页作为证明材料。）	30分
	功能要求： 评审委员会根据所投产品技术资料所反映的技术功能特点（适用性、安全性、操作简易性、技术设计先进性、稳定性）进行综合评价：能同时满足以上技术功能特点的，完全符合采购人实际需求的得 5 分；其中一	5分

	项不满足扣 1 分，扣完为止。	
商务分 25 分	<p>业绩： 提供 2017 年 1 月至今类似医疗设备项目业绩，每提供 1 个类似业绩得 2 分，最高 6 分。（须附中标通知书或采购合同复印件加盖公章，未提供不得分）</p>	6 分
	<p>质保期承诺： 本次项目质保期最低为 3 年，投标人承诺质保期每增加一年得 2 分，最高可得 4 分。（提供承诺书，格式自拟）</p>	4 分
	<p>产品授权： 投标人具备所投国产生产厂家出具的授权书得 2 分；具备所投产品生产厂家出具的售后服务承诺书得 2 分。（提供证书复印件加盖公章，未提供不得分）</p>	4 分
	<p>售后服务： 1、根据各投标人售后服务方案的完善程度（包含但不限于售后服务标准、产品质保期内外服务措施、备品备件情况、人员配备安排、故障响应修复时间、应急处理保障措施等）进行综合评审： 方案内容完善，条理清晰，科学合理，可行性强得 4-5 分； 方案内容完善，条理基本清晰，基本合理，可行得 2-3 分； 方案内容基本完善，条理不太清晰，基本可行得 0-1 分； 2、在国内设有正规的维修站，在项目所在省份有办事处或售后服务机构，有经过厂家培训的售后工程师的得 2 分，无不得分。（提供相关证明文件、工程师名单及联系方式，不提供不得分）</p>	7 分
	<p>培训方案： 根据投标人提供培训的主要内容包含但不限于以下几方面：培训内容（含培训课时及地点）、培训对象及人数、师资力量以及培训是否免费等。满足一项得 1 分，最高得 4 分。</p>	4 分

中标供应商须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否 （监狱企业视同小型、微型企业）

2	中小企业的认定标准	<p>投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）：</p> <p>1、符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准；</p> <p>2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；</p> <p>注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。</p>																																																							
3	监狱企业的认定标准	<p>需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。</p>																																																							
4	优惠办法	<p>小型企业或微型企业：价格扣除按报价的 94%计算评审价。</p>																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	<p>（本清单附在《中小企业声明函》后，不附所投产品视为非小微企业产品）</p> <table border="1" data-bbox="523 1039 1406 1749"> <thead> <tr> <th colspan="5">小型或微型企业产品价格清单</th> </tr> <tr> <td colspan="5">供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：_____</td> </tr> <tr> <td colspan="5">备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。</td> </tr> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>制造商</th> <th>制造商性质（小型、微型）</th> <th>报价（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">评审价格 C= (0.94) *A+B-A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	小型或微型企业产品价格清单					供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：_____					备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）	1					2					3					.....					小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C= (0.94) *A+B-A				
小型或微型企业产品价格清单																																																									
供应商中小企业性质（中型、小型、微型）：_____																																																									
备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商性质（小型、微型）	报价（元）																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型企业货物金额合计 A																																																									
报价一览表中所有货物报价 B																																																									
评审价格 C= (0.94) *A+B-A																																																									
6	证明材料	<p>供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，提供《中小企业声明函》。符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p>																																																							

		注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017）141 号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。
7	相关风险	<p>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，投标供应商将不被视为中小企业：</p> <p>1、投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的；</p> <p>2、响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的；</p> <p>3、投标文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的；</p> <p>4、未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。</p> <p>二、提供虚假证明材料后果：</p> <p>供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，投标保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p>

**中标供应商须知前附表 5：节能、环境标志信息安全产品采购政策**

二、节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策		
（一）节能产品按财政部、国家发改委公布的当期有效的《政府采购节能产品清单》认定；环境标志产品按财政部、环境保护部公布的当期有效的《环境标志产品政府采购清单》认定；		
（二）对属于《节能产品政府采购清单》内强制采购的品目，应在采购文件中载明强制采购要求。		
（三）采购的货物如含有节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志的，应根据不同评标办法和合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额的比例，按下表的优惠办法，在采购文件中载明具体的优惠条款：		
评审方法	同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同报价总金额的比例	优惠办法

最低成交价法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	给予每个品目单项报价 5% 的价格扣除
	50% 及以上	给予每个品目单项报价 10% 的价格扣除
综合评分法	10%（含 10%）至 50%（不含 50%）	增设附加分，分值=技术评标项标准总分的 5%
	50% 及以上	增设附加分，分值=技术评标项标准总分的 10%

如节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受以上优惠政策。

（四）根据财政部、工业和信息化部、国家质检总局、国家认监委联合发布《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），如采购产品属于列入《信息安全产品强制性认证目录》内的强制性信息安全产品，在编制采购文件时应当载明对采购产品获得信息安全认证的具体要求，并要求投标供应商应在投标文件中根据采购文件的要求提供从中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

三、提醒事项：

中标供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。

## 第三章 投标人须知正文部分

### 一 说明

#### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”系指石阡县妇幼保健计划生育服务中心。是采购活动当事人之一,负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施,作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指贵州黔诚商务有限公司。贵州黔诚商务有限公司是整个采购活动的组织者,依法负责编制和发布招标文件,对招标文件拥有最终的解释权。贵州黔诚商务有限公司不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件,且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

#### 3. 合格的供应商

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的,具备符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的条件且符合本招标文件规定资格要求的供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

(1) 投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 17 条的条件,应提供以下材料:

①具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供 2019 年度经第三方审计的财务审计报告或 2019 年任意三个月公司自主出具的财务报表。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式自拟);

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供 2019 年任意三个月依

法缴纳税收（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和社会保障资金的有效证明材料；

⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件：供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中（格式文件详见〈供应商信用记录承诺书〉）。如在上述名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（2）本项目所需特殊行业资质或要求：投标人需提供医疗器械生产许可证或经营许可证、医疗器械注册证或医疗器械产品注册登记表。

（3）本项目不接受联合体投标。

3.4 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包投标：

（1）法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

（2）存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6 本项目不接受联合体投标。如本项目接受联合体投标，则两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.7 投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.8 投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

- (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (10) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (11) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (13) 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
- (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；
- (15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

#### **4. 投标事项**

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

##### **4.2 知识产权**

4.2.1 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

4.2.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

##### **4.3 纪律与保密事项**

4.3.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4.3.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

4.3.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.3.4 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

4.3.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

#### 4.4. 质疑与投诉

4.4.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。以口头形式提出的，不予受理。

4.4.2 供应商应知其权益受到损害之日是指：对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

4.4.2.1 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

4.4.2.2 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

4.4.3. 质疑文件应当包括下列主要内容：

质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；质疑项目及编号、质疑事项；认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；提出质疑的日期；购买采购文件凭证的复印件并加盖公章。质疑函一式两份，加盖公章后，一份送本项目代理机构，一份送采购人处。注：供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑的供应商应当参与所质疑项目的采购活动。

4.4.4 质疑函应当署名：质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人的，应当由法人代表签字并加盖法人章，质疑供应商为其他组织的，应当由其负责人签字并加盖单位公章。

4.4.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质

疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

4.4.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

4.4.7 质疑受理部门：贵州黔诚商务有限公司及石阡县妇幼保健计划生育服务中心。

4.4.8 提交质疑文件地点：（只接受现场提交书面质疑函。质疑函提交前务必与代理机构确认递交地点，若未确认自行递交导致质疑受理部门未收到质疑函，由此产生的与本项目有关的任何损失及法律责任，由投标人自行承担。）

4.4.8.1 贵州黔诚商务有限公司：贵阳市观山湖区会展东路 soho 公寓、接收人：刘璐、联系电话：18302680786

4.4.8.2 石阡县妇幼保健计划生育服务中心：石阡县佛顶山北路、接收人：黄艳、联系电话：0856-7652738

4.4.9 本次采购活动中，代理机构对质疑、回复等文件的送达方式为现场取件。

## 二、 招标文件

### 5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 投标人须知正文部分
- (4) 采购人需求
- (5) 政府采购合同
- (6) 投标文件格式

### 6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的

地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间 15 个日历日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前在原采购信息发布媒体上发布更正公告，不作书面答复。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 7. 招标文件的修改

7.1 至投标截止时间 15 日（如至原定截止时间不足 15 个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第 7.2 条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前将变更时间在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

# 三、 投标文件的编写

## 8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

## 9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

## 10. 投标文件的组成应包括下列部分

### 10.1 投标函

- 10.2 报价一览表
- 10.3 投标分项报价表
- 10.4 商务条款偏离表
- 10.5 技术规格偏离表
- 10.6 投标人资格声明
- 10.7 法定代表人授权委托书
- 10.8 投标货物的详细情况及技术服务方案
- 10.9 投标人情况说明
- 10.10 有关政策的承诺函
- 10.11 政策适用性说明（如有）
- 10.12 中小企业声明函（如有）
- 10.13 制造商中小企业声明函（如有）
- 10.14 无重大违法记录的书面申明
- 10.15 供应商信用记录承诺书

**11. 以下资质证明文件在开标评标时，投标供应商需提供：**

- 11.1 合法有效统一社会信用代码的营业执照；（原件）
- 11.2 法人代表身份证原件（法人代表参会的）或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件；
- 11.3 医疗器械生产许可证或经营许可证、医疗器械注册证或医疗器械产品注册登记表（复印件加盖企业公章、法定代表人印章）。

**12. 投标有效期**

12.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 4 项所规定的投标截止之日开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

### 13. 投标保证金及履约保证金

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

13.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

13.4 投标保证金应当采用转账、网上银行支付等非现金形式交纳。

13.5 未按要求缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

13.6 招标代理机构应在中标通知书发出之日起 2 个工作日内，退还未中标人的投标保证金及银行同期利息。

13.7 招标代理机构应在合同公示提交之日起 2 个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息。

13.8 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由交易中心上缴财政部门：

(1) 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

(2) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，中标人未能按本须知第 22 条规定签订合同的；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(4) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；

(6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

(8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(9) 无故不参与开标会的；

(10) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13.9 保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统 (<http://jyzx.trs.gov.cn/index.shtml>)
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。
- 进入报名页面填写完报名信息后（带\*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

## 2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；
- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

## 3. 打印回执

- 进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。
- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存并编制在投标文件中。

### 13.10 履约保证金缴退

13.10.1 履约保证金缴纳，由中标供应商在合同签订时以转账、汇款、现金（自然人）等形式向采购人提交。其具体金额由中标供应商和采购人商定，但数额不得超过政府采购合同的 10%。

13.10.2 履约保证金退取，中标供应商按合同约定完成货物供货和相关服务，经验收合格且备案后，5 个工作日内予以无利息退还。如未能按照合同约定按时完成供货和服务的，履约保证金将不予退还。

### 14. 投标文件的格式

14.1 投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件正本 1 份，副

本 4 份，正本用 A4 幅面纸张，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

14.2 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

14.3 投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术投标文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

14.4 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。签字页需由法定代表人或其授权代表签字，盖投标人公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

14.5 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

14.6 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

14.7 所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

14.8 投标人应将上述文件按页码顺序胶装成册，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

## 四、 投标文件的提交

### 15. 投标文件的密封、标记和递交

15.1 投标人应将投标文件用密封袋密封，正、副本统一密封在一个包封袋。报价一览表须经法定代表人或授权代表人签字、公司盖章确认后单独密封一份在外。封面均应写明项目名称、招标编号、投标人名称、地址、法定代表人签字盖章等规定内容（具体详见第六章格式），并加盖投标单位公章和法定代表人印章。密封袋口密封处必须盖章并注明“开标时间启封”的字样。

15.2 本项目只接受现场递交投标文件。

15.3 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

15.4 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

15.5 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤

回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

15.6 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

15.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 五、 投标文件的评估和比较

### 16. 开标、评标

16.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

16.2 开标由招标代理机构主持，邀请采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

16.3 开标时，由监标人或者采购人共同推举的代表对投标人身份验证，并邀请现场投标人检查投标文件密封情况，采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱“报价一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表及相关人员签字确认。（开标现场只检查文件密封情况、保证金缴纳情况、法人代表身份证原件（法人代表参会的）或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件原件和其他招标文件要求的相关证明材料。资格性和符合性审查由评标委员会完成。）

### 17. 评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（本采购项目评审专家为省综合评标专家库抽取 4 人，采购人委托代表 1 人组成）

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

- （一）采购预算金额在 1000 万元以上；
- （二）技术复杂；
- （三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，本办法第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

## 18. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

18.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中报价一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3 资格性检查和符合性检查

18.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人代表将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 所述的资格性要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

18.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件

的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）开标时，投标人的法定代表人或授权代表未参加或未按时参加开标会议的；

（2）投标文件数量不足或未按照本须知规定进行装订、密封、标识、签署、盖章的；

（3）未按规定由投标人的法定代表人或授权代表签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的；

（4）未按规定提交报价保证金的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）资质验证不合格的；

（7）投标文件内容与采购内容及要求有重大偏离、保留或未实质性响应的；

（8）供应商提交的出现两种报价或投标不是固定价，投标方案是可选择的；

（9）响应供应商未按招标文件要求进行分项报价；

（10）响应供应商不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正；

（11）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（12）评标委员会认定投标文件雷同或存在投标供应商串通投标、弄虚作假或其他违法行为的；

（13）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

（14）品目一投标供应商需提供进口产品生产厂家或中国总代理的有效授权；

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

## 19. 投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠

正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

## 20. 比较与评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

20.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

20.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

20.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

# 六、 定标与签订合同

## 21. 定标准则

21.1 最低投标价不作为中标的保证。

21.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

21.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 22. 中标通知

22.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应自中标人确定之日起2个工作日内在贵州省政府采购网》、全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

22.2 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

22.3 招标代理机构应在中标通知书发出之日起2个工作日内，退还未中标人的投标保证金及银行同期利息；应在合同公示提交之日起2个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息。

## 23. 签订合同

23.1 采购人、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第五章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标供应商责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

23.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

23.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.5 政府采购合同签订后，成交供应商应将合同及时上传至铜仁市公共资源

交易中心网站进行合同备案，上传成功后，截图打印，并作为退还保证金的依据之一。

## 第四章 采购内容及要求

### 说明

1. 除了基本技术规格要求外,招标人或招标代理机构欢迎投标人根据技术参数(规格)要求,采用主流产品参加竞标。凡在“技术参数(规格)要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备,投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3. 投标人应注意投标的风险,认真阅读和理解招标文件,选择符合要求的产品参与投标。如所供产品存在技术参数(规格)偏离,投标人应如实填写技术参数(规格)要求偏离表,对复制招标文件的“技术参数(规格)要求”作为投标响应参数,未提供证明材料的,评标委员会作为负偏离处理。若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某投标人或制造厂家没有如实填写技术参数(规格)要求偏离表或有欺诈行为,该投标将被视作无效投标。若用户验收时发现某一货物中存在虚假应标(或未能如实响应招标要求)情况,将拒绝支付合同货款,取消其中标资格,并追究相应的法律责任。

### 一、采购货物总表

品目/包号	设备名称	数量	单位	产地	采购预算
品目一	进口全高清宫腔镜	1	套	进口	160万元
品目二	U型臂数字化X射线系统	1	套	国产	60万元

### 二、详细技术规格及具体要求

#### (一) 品目一(进口全高清宫腔镜)

#### 1、全高清摄像平台系统: 1套

##### 总体要求:

1、本次提供的产品必须为世界一流品牌,代表目前世界内镜技术先进水平,世界占有率名列前茅,生产厂商产品种类齐全,有不断升级的空间。

★2、整套设备(除高清图文工作站、台车外)全部原装进口,要求为同一厂家生产的同一品牌(监视器、等离子电刀可除外)。

3、在国内设有正规的内镜维修站,在贵州有办事处和经过厂家培训的售后工程师(必须提供培训合格证书和工程师身份证复印件)。

- 4、所投产品应通过 CE 或 FDA 认证。
- 5、所投设备应能在买方国家正常环境下使用，正常环境包括电源、气候、温度、湿度等条件。
- ★6、整机设备质保期 3 年，质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修，质保期外维修及其配件及耗材按出厂价计算。

#### **技术规格及要求：**

##### **1、全高清摄像平台系统：1 套**

- ★1.1 数字化信号处理，图像色彩逼真，输出分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，逐行扫描，色彩还原性好；图像显示宽高比 16:9。
- 1.2 主机自带动态影像录制及图片采集功能模块；
- ★1.3 主机自带至少 4 个 USB 接口，可连接存储设备（U 盘等），操作者可实时、可视下通过摄像头按键或键盘进行 1920x1080P 全高清动态影像及高清图片的采集、保存等操作。
- 1.4 主机内有两个影像处理器，同时处理两路影像信号：可实现单平台双动态影像呈现（两幅同一部位不同模式下影像在同一显示器分屏显示）以及单平台双镜联合（两幅不同腔镜动态影像在同一显示器分屏显示）；
- 1.5 可连接至少 6 种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头；
- 1.6 模块化设计：由不同功能模块组成，可任意增加或删减模块，以实现不同功能，其模块具有兼容性、可硬件升级、软件更新；
- 1.7 内置 LVDS 降噪技术，保证高清图像的同时，降低图像传输噪点；
- 1.8 可进行个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数，自动读取，自动配置；
- 1.9 术野可添加指示网格和标记点，用作教学、科研与学术交流；
- 1.10 可通过画中画功能实现至少 4 种同屏显示模式；
- 1.11 镜子的把持部位有遥控开关；可对常用功能进行设定；如记录储存图像、轮廓强调、画中画、白平衡等；
- 1.12 术野画面至少 5 级亮度可调；
- 1.13 术野画面至少 5 级电子放大功能；
- 1.14 影像增强设置：采用电子增强的方式强化内镜影像的细节或边缘，增强影像锐利度，有三种结构增强水平和三种轮廓增强水平；

1.15 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接；

1.16 输出端口：3G-SDI 数字端口 1 个，DVI-D 数字端口 2 个；

1.17 电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设备；

1.18 可实现连接打印机即时打印功能；

1.19 具有环境亮度监测功能，可实时自动调节冷光源输出亮度，保证最佳化的图像和最小化的热量；

1.20 智能化图形中文菜单，避免术野遮挡，直观易懂，可预存患者信息；

1.21 术野画面可实现上下、左右及 180° 翻转功能；

1.22 至少 2 种纤维镜图像优化功能；

### **3CCD 高清摄像头：**

1.23 全高清画质，3CCD 晶片，每个晶片 $\geq 1/3$  英寸，像素不低于 1920\*1080，支持精细手术；

★1.24 光学放大，光学放大技术使图像放大至全屏时避免图像质量损失，提供具有真实色彩还原度的全高清分辨率，光学变焦 $\geq 2$  倍，适用于腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜、纤维软镜，无需更换光学接口；

★1.25 摄像头上由 $\geq 3$  个快捷按钮，可进行常用功能设置，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度、增益、色彩；通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接；

1.26 自动曝光调节；

1.27 摄像头重量 $\leq 250g$ ；

1.28 电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设备；

1.29 摄像头配备抗干扰连线，可以优先对抗手术室气压电磁干扰。

## **2、全高清专用液晶监视器：1 台**

2.1 显示器尺寸 $\geq 27$  英寸；

2.2 图像尺寸（对角线）686mm，像素效率：0.9999；

★2.3 分辨率:1920×1080P（全高清），长宽比:16:9，画面尺寸 597.9×336.3mm；

2.4 显示色:10.7 亿色，亮度:1000cd/m<sup>2</sup>；

★2.5 输入端子:3G-SDI×1、DVI-D×2、总成:×1、D-Sub:15×1、S 摄像机（Y/C）

- ×1;
- 2.6 输出端子:3G-SDI×1、DVI-D:×1、总成×1;
- 2.7 可双屏同步显示不同信号源图像;
- 2.8 液晶屏技术类型: TFT AM/IPS-PRO 技术 LED 背光;;
- ★2.9 响应时间≤8ms, 对比度≥1400: 1;
- 2.10 触摸式按键, 位于显示器前框;
- 2.11 多显示模式: 画中画 (PIP)、画外画 (POP)、双画面分屏显示 失效保护模式。

### 3、冷光源: 1套

- 3.1 LED 冷光源;
- 3.2 色温可达≥6000K;
- 3.3 灯泡寿命≥30000 小时;
- 3.4 安全级别-CF, 可直接用于心脏手术;
- 3.5 具有 SCB 集总控制功能, 可实现光源亮度自动调节;
- 3.6 具有灯泡寿命预警功能;
- 3.7 与摄像同品牌, 高效且节约成本;
- ★3.8 纤维导光束 1 根: 直径≥2.5mm, 长度≥2300mm, 采用超导光材料, 有效提高光强度, 可高温高压消毒;
- 3.9 导光束连接方式: 非卡口式导光束接口设计, 可直接插拔, 不易损坏; 导光束接口处带散热模块;
- 3.10 可以和多种不同品牌的导光束相连。

### 4、宫腔检查镜两套:

- ★4.1 宫腔检查镜一条, 柱状透镜, 可长期重复高温高压消毒, 无创头端设计, 直径约 2 mm, 带单向冲洗通道;
- 4.2 连续灌流鞘一条, 直径约 3.7 mm;
- 4.3 连续灌流操作鞘一条, 直径约 4.4 mm, 可通过常规 5Fr 的半硬性宫腔镜手术器械;

- ★4.4 蓝宝石镜面，柱状透镜，可长期重复高温高压消毒，直径约 2.9mm 超广角前斜视 30° 长度 300 mm 一支；
- 4.5 宫腔检查持续冲洗鞘 1 条，卵圆形开口，直径约 5mm 与操作鞘配用；
- 4.6 宫腔检查操作鞘 1 条：直径约 4.3mm，带 5Fr 器械通道；
- 4.7 检查镜用活检抓钳四把，双动钳头，带齿，5fr，长约 340 mm；
- 4.8 检查镜用剪刀四把，钝头，单动钳头，5fr，长约 340 mm；
- 4.9 双极分离电极两把，直，5fr，长约 360mm；
- 4.11 双极球形电极两把，5fr，长约 360mm；
- 4.10 双极高频导线两根，长约 300mm；
- 4.12 纤维导光束一条，直径约 2.5 mm，长度约 2300 mm。

## 5、宫腔等离子电切镜：1 套

- ★5.1 蓝宝石镜面，柱状透镜，可长期重复高温高压消毒，直径约 4mm 超广角前斜视 12°，长度≥30cm 一支，超清晰大画面技术，耐 134° 高温 2bar 压力；
- ★5.2 电切镜镜鞘包括：流入、流出连接管都有开关，倾斜嘴，旋转陶瓷绝缘内套管，可与工作手件配合使用，直径≥8mm；
- 5.3 内套管，旋转，陶瓷绝缘，与电切镜镜鞘配合使用，直径≥8mm；
- 5.4 闭孔器一支，与电切镜镜鞘配合使用；
- 5.5 被动式双极工作手件一套，直径≥8mm，可用于生理盐水下电切；
- 5.6 双极电切割环，6 支；
- 5.7 双极电切针，6 支；
- 5.8 双极球状电极，6 支；
- 5.9 高频双极导线两条，用于宫腔电切，长≥3000mm；
- 5.10 高频单极导线两条，可用于腹腔镜器械，长≥ 300mm。

## 6、双极等离子电切系统：(含主机、双脚脚踏、负极板及负极板连线) 一套

(1)用途：适用于内窥镜手术和开放手术中组织切割、凝血。双极水下电切和电凝功能满足膀胱肿瘤切除、前列腺切除、前列腺汽化和宫腔电切的手术。

### (2)技术性能要求：

- ★6.1 触控屏操作，具有 5 块触控屏，强化玻璃面板，清晰直观、简单方便；

- 6.2 具备智能能量控制系统,采用火花调节技术,实时监测组织阻抗变化,将切割和凝血完美结合,更快的切跟速度,更低的热损伤;
- 6.3 独立输出端口 $\geq 4$ 个,两个单极输出口和两个双极输出口可同时连接四个器械,器械连接和启动具有声光提示;
- 6.4 EASY(电极应用系统):检测患者与电极之间的接触质量,监测电流密度、电极有效使用面积、患者皮肤导电能力;
- 6.5 婴儿安全手术模式,使用婴儿专用中性电极时自动限制输出模式和功率及负极板接触质量,保证婴儿手术的安全性;
- 6.6 智能器械管理,使用RFID技术,完成器械识别、智能设置功能和参数、器械信息检测、不合理的参数修改;
- 6.7 智能连接管理,检测附件与主机的连接、连接不正确时不允许启动等;
- 6.8 专科程序选择,方便功能设定;程序存储功能可存储不少于350组程序;
- 6.9 具有升级功能不断完成功能的扩展,本机能够升级血管闭合等;
- 6.10 具有光纤插口、以太网、USB、音频输入、CAN/UART通信接口。可通过以太网接口可进行远程故障检测、维护等。

### (3) 功能要求:

- ★6.11 双极水下电切:全自动功率调整,3种效果,可以匹配各品牌双极电切镜;
- 6.12 双极水下电凝:  $\geq 350W$ ;
- 6.13 双极电切-标准电切: 功率 $\geq 200W$ ;
- 6.14 双极剪刀电切: 功率 $\geq 120W$ ;
- 6.15 双极电凝: 功率 $\geq 120W$ ,具有标准、自动启动、强力、精细等模式;
- 6.16 双极剪刀电凝: 功率 $\geq 120W$ ;
- 6.17 双极腹腔镜电凝: 功率 $\geq 120W$ ;
- 6.18 单极标准电切: 功率 $\geq 350W$ ,  $\geq 9$ 种混切效果;
- 6.19 单极精细电切: 功率 $\geq 50W$ ,  $\geq 9$ 种混切效果;
- 6.20 单极无血电切: 功率 $\geq 200W$ ,  $\geq 9$ 种混切效果;
- 6.21 单极水下电切: 功率 $\geq 250W$ ,  $\geq 5$ 种混切效果;
- 6.22 单极氩气电切: 功率 $\geq 300W$ ,  $\geq 9$ 种混切效果;
- 6.23 单极腹腔镜电切: 功率 $\geq 200W$ ,  $\geq 9$ 种混切效果;

- 6.24 单极 Metroloop 电切：功率 $\geq 200\text{W}$ ， $\geq 3$  种效果；
- 6.25 单极柔和电凝：功率 $\geq 120\text{W}$ ，3 种效果；
- 6.26 单极强力切割模式电凝：功率 $\geq 250\text{W}$ ，4 种效果；
- 6.27 单极水下电凝：功率 $\geq 120\text{W}$ ；
- 6.28 单极同步电凝：功率 $\geq 120\text{W}$ ，3 种效果；
- 6.29 单极腹腔镜电凝：功率 $\geq 120\text{W}$ ；
- 6.30 单极心脏/乳腺手术电凝：功率 $\geq 60\text{W}$ ；
- 6.31 单极胸腔手术电凝：功率 $\geq 100\text{W}$ 。

## 7、宫腔镜手术冷刀一套

- ★7.1 6° 内窥镜一条，直径约 10 mm，工作长度约 200 mm，带光纤接口，可高温高压消毒；
- 7.2 闭孔器一个，颜色标识：白；
- 7.3 镜鞘一个，带 LUER 锁，颜色标识：白；
- 7.4 剪刀两把，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带 LUER 锁清洁连接口，双动剪刀，带锯齿，弯曲，圆锥形，尺寸约 3 mm，长 360mm；
- 7.5 分离抓钳四把，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带 LUER 锁清洁连接口，双动钳头，尺寸约 3 mm，长 360mm；
- 7.6 分离抓钳四把，“虎齿”，可旋转，可拆卸，不带单极电凝连接头，带 LUER 锁清洁灌流接口，双动钳口，2x 4 teeth，尺寸 3 mm，长度 360mm；
- 7.7 剪刀两把，单侧钳口活动；
- 7.8 宫颈活检抓钳四把，单动钳夹，与宫颈检查鞘 26161 CE 和 26161 V 配合使用，  
包括：33131 金属手柄，26310 MB 硬性内芯；
- 7.9 “鳄鱼嘴状”钳两把，规格约 3 mm，双动钳夹，与宫颈检查鞘 26161 CE 和 26161 V 配合使用，包括：33133 金属手柄，带止血钳棘轮 26310 MH 硬性内芯；
- 7.10 导光束一条，带安全锁定装置，高耐热型，直径约 3.5mm，长约 2300mm；
- 7.11 密封帽(50/2.2)。

## 8、全自动液体膨宫机一台：

- 8.1 流量范围：宫腔镜模式 200/400/600ml/min；腹腔镜模式 0-1300ml/min；
- 8.2 压力范围：宫腔镜模式 0-200mmHg；腹腔镜模式 100/300/500mmHg；
- 8.3 负压吸引范围：宫腔镜模式 0-（-0.8bar）；腹腔镜模式 0-（-0.8bar）；
- 8.4 特制卡带式管路系统，方便安装，单手即可完成；
- 8.5 安全等级：I 级；
- ★8.6 有微电脑测压系统，可避免子宫穿孔的危险；
- 8.7 全彩触摸屏，可动态显示各种功能数据（如实际流量、实际压力等），操作便捷；
- 8.8 智能化软件与设备自动识别精确的宫腔内压力控制；
- 8.9 电子控制系统可保证子宫腔在手术中的最佳膨胀状态；
- ★8.10 具有防止 TURP 综合症的负压系统；
- 8.11 具有腹腔镜和宫腔镜两种工作模式；
- 8.12 可预设压力、流速及吸引最高值，超出范围即声光报警，确保手术安全；
- 8.13 预设置与实际值同时显示，方便观察；
- 8.14 可同时悬挂 2 袋液体，方便术中更换；
- 8.15 SCB 模块，兼容一体化手术室 OR1；
- 8.16 可重复使用冲洗管路 3 套。

## 9、 仪器台车

- 9.1 台车美观轻便、牢固，移动方便，能放置全套腔镜系统；
- 9.2 带脚刹功能；
- 9.3 轮子为耐磨静音轮。

## 10、高清图文工作站一套。

- 10.1 显示器尺寸：≥24 寸；
- 10.2 CPU：≥6 代 Intel 酷睿 i5；
- 10.3 显卡：独立显卡，显存容量≥4G
- 10.4 内存：≥8G DDR4 ；
- 10.5 硬盘容量：≥1TB；

- 10.6 光驱：DVD 刻录；
- 10.7 打印机：4800DPI 彩色喷墨打印机或彩色激光打印机；
- 10.8 待机时长：≥9 小时
- 10.9 其它：COM 脚踏开关、USB 加密狗、视频线。

(二) 品目二 (U 型臂数字化 X 射线系统)

1、配置清单

序号	分类	产品名称	数量	单位
1	探测器	动态平板数字探测器	1	套
2		图像处理系统	1	套
3	X 光机	高频高压发生器	1	台
4		X 射线管组件	1	台
5		高压电缆	1	套
6		限束器	1	台
7		遥控台	1	台
8	附件	滤线栅	1	个
9		报告打印机	1	台
10		胶片打印机	1	台
11		语音通知系统	1	套

2、配置清单详细内容

序号	分类	名称	主要参数描述
1	探测器	动态平板探测器	★1、探测器类型：动态平板探测器
			2、视野范围：≥17x17 英寸，大于 40cmx40cm
			★3、像素矩阵：≥3000*3000
			★4、摄影像素：≥800 万
			★5、透视像素：≥200 万
			★6、点片摄影准备时间：≤1 秒
			7、成像时间：≤5 秒
			★8、透视采集速率：≥24 fps
			★9、动态界限分辨率：≥3.7 Lp/mm
			10、A/D 转换系数（灰阶）：≥16 位

			11、可以动静态转化
			12、探测器像素单元尺寸：<154um
			★13、焦屏距调节范围：1000mm~1800mm
2	高压发生器	高频高压发生器	1、最大功率：≥60KW
			★2、摄影管电压范围：40KV-150KV,可分档调节
			3、透视最大管电压：≥120KV
			4、电源条件：380V, 50HZ, 三相电源
			★5、摄影管电流：≥800mA
			★6、主逆变频率：≥420KHZ
			7、具备自动亮度控制功能
			★8、曝光时间：≤1秒
			9、脉冲透视管电流调节范围:0.5~6mA;
			10、摄影管电流调节范围:10~650mA;
			11、摄影 mAs 范围：1mAs~1000mAs
			12、脉冲透视管电压：40~150KV
3	X 线管	X 线管	★1、品牌原装
			2、焦点：大焦点 1.0mm, 小焦点 0.6mm
			★3、焦点功率：40KW-80KW
			4、球管热容量:≥350KHU
			5、最高输出电压：150KV
			6、球管最大功率：≥50KW
			7、阳极转速：≥9000 转/分
4	X 光机	高压电缆	1、75KV 医用 X 光机高压电缆
5		限束器	★2、最大工作剂量：150KV
			3、功率：150W
			4、亮度：焦片距 100cm 时≥160
6	附件	滤线栅	1、栅比 10:1, 焦距 100CM
7	其他	图像处理系统	1、采集模块：千兆网传输；图像自适应增强处理，动态图像采集、存储、回放； ★2、图像处理模块：均衡、窗宽窗位、兴趣区、负像、平滑、锐化；单窗、双窗、四窗、移动、右旋 90 度、左旋 90 度、水平镜像、垂直镜像、放大镜、图像缩放、图像还原、图层信息；文字标注、图像标注、长度测量、曲线测量、角度测量、矩形长度、矩形面积、椭圆长度、椭圆面

		<p>积、多边形面积、测量编辑、测量删除；实时正负像上下左右镜像；实时图像均衡处理；</p> <p>3、软件功能：登记保存、查询、修改、远程查询登记、曝光参数调节、曝光控制、裁剪、标记、垂直镜像、水平镜像、窗宽窗位、图像全选、单窗、双窗、移动、缩放、负像、测量、报表、保存、预览、胶片；</p> <p>4、工作站采用中文操作界面，标/高清透视模式任意切换；动态图像采集和回放时可随机抓图；显示器可并列显示采集和回放图像，便于临床图像对比；</p> <p>5、图像信息管理：Dicom 图像存储、Dicom 图像观阅、Dicom 图像打印、Dicom 图像传输；</p>
10	其他要求	<p>★1、配备阅片工作站一套，满足临床图像采集/处理分工协作需要，提高工作效率；</p> <p>2、配备移动式摄影床，满足临床卧位摄影、透视的需要；</p> <p>3、所投设备为国内知名品牌，具备完善的影像产品生产实力，且制造商及产品通过质量体系认证，质量有保障，并提供相关材料。</p>

### 三、商务要求

#### (一) 交货期及交货地点

交货期：品目一：合同签订后 90 个日历天内完成最终验收并且交付使用。

品目二：合同签订后 60 个日历天内完成最终验收并且交付使用。

交货地点：采购人指定地点，按采购方的书面或电话通知进行交货。

#### (二) 验收标准、规范及方式

验收标准：满足招标文件要求且符合国家现行相关货物的质量验收规范标准。

验收方式：由采购人组织验收小组，严格按照合同约定进行验收，并出具验收报告。

#### (三) 付款方式

货物验收成功并试运行三个月后甲方支付货款 90%，剩余 10%作为项目质保金，一年后付清（具体付款明细合同中约定）。

#### (四) 质保期

自验收合格之日起 3 年。

#### (五) 履约保证金

由中标供应商和采购人在合同中自行约定是否缴纳，缴纳数额不得超过政府采购合同总价的 10%。

#### **(六) 投标有效期**

投标截止之日起 90 个日历日。

#### **(七) 售后服务**

1、投标人负责采购文件中要求的一切事宜及责任，包括运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务等；

2、投标人所提供的货物必须为原厂原装、全新产品、无任何缺陷隐患。如在安装调试完成后无法通过验收，用户有权要求无条件退换货，中标人承担退换货产生的相关费用；

3、中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。在保修期内，应提供 7\*24 小时技术支持服务，在接到用户服务请求后，1 小时内响应，2 小时内到达现场处置。一般故障排除最长时间不超过 8 小时；重大故障或需到生产厂家调配零件，应在 3 天内完成，7 天内无法排除故障需提供备用机并保证所供备用机的性能和作用不低于原配置。

4、投标人在质保期内无条件负责所投设备的维修、保养，并承担相应的维修和配件费用；质保期外只收取零备件成本费用。软件部分（如有）终身免费升级。

5、投标人或产品售后服务维修中心须有足够的备品备件，以便在需要时能及时更换保证设备正常运行。

6、投标人须提供详尽的售后服务方案，方案应包括但不限于以下内容：售后服务体系、质保期内外的服务及应急措施等。

7、其它未尽事宜采购双方在签订合同时约定。

#### **(八) 其他要求**

1、品目一：产品要求在贵阳报关商检。

2、本项目投标报价包含项目文件的论证评审费（可编制投标文件前咨询采购人或代理机构）、所有设备的运输、安装、调试、税费、并交付使用等所需的所有费用；投标人所投报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3、采购人保留对中标单位复核的权利，中标单位所提供的佐证材料若有不符，

则中标人自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失及法律责任。

## 第五章 政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构名称)对(项目名称)进行招标采购(招标编号：\_\_\_\_)的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、(中标人名称)投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容，双方达成如下协议：

### 1、合同标的和合同价格

货物名称	数量	单价	总价	服务期

### 2、交货期及交货地点

2.1 交货期： \_\_\_\_\_

2.2 交货地点： \_\_\_\_\_

### 3、供货清单

3.1 供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

### 4、付款方式与条件

#### 4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以\_\_\_\_\_方式向乙方一次性支付\_\_\_\_\_%的货物价款。（若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。）

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格\_\_\_\_\_%的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方已收讫货物的验收凭证。

d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于\_\_\_\_\_（时间）支付。

## 5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

## 6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

## 7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

## 8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 \_\_\_\_个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后\_\_\_\_小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若\_\_\_\_小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

## 9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

## 10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：\_\_\_\_\_

## 11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

## 12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

（ ）向 \_\_\_\_\_（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（ ）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式四份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方二份、乙方一份，招标代理机构和政府采购主管部门各备案一份，具有同等效力。

14.4 乙方应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人:

电 话:

开户银行:

账 号:

委托代理人:

电 话:

开户银行:

账 号:

## 第六章 投标文件格式

### 投标密封袋格式

( ) 项目

#### 政府采购投标文件/报价一览表

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

品 目: \_\_\_\_\_

投标单位名称: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

联 系 人: \_\_\_\_\_

联 系 电 话: \_\_\_\_\_

## 投标文件封面格式

正本或副本

( ) 项目

政府采购投标文件

采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

品 目: \_\_\_\_\_

投标单位名称: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

联 系 人: \_\_\_\_\_

联 系 电 话: \_\_\_\_\_

## 一 投标函

致\_\_\_\_\_公司：

我方确认收到贵单位\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：\_\_\_\_\_），\_\_\_\_\_(供应商名称、地址)\_\_\_\_\_作为供应商已正式授权\_\_\_\_\_(被供应商授权代表全名、职务)\_\_\_\_\_为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购中心招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求。

4. 我们同意提供采购人及采购中心与评标委员会要求有关投标的一切数据或资料。

5. 我们理解采购人及采购中心与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购中心拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6. 如果我们未对招标文件要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购中心。

10. 所有有关本次投标的函电请寄：\_\_\_\_\_(供应商地址)\_\_\_\_\_

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：

## 二 报价一览表

项目名称	
采购编号	
品目号	
投标总价(元)	人民币：大写金额_____ (¥小写金额_____)
交货期	
交货地点	
质保期	
投标有效期	_____日历天(从投标截止日开始计算)
售后响应时间	我方接到采购人的服务申告电话后_____小时内予以响应、回复，且及时安排人员到甲方进行服务。
备注：(如优惠条件等)	

供应商：(公司公章)

法定代表人或委托代理人签名：

日 期：

注：本表须另单独封装一份在外(按投标文件的封装要求封装)。

### 三 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位(元)

序号	分项内容	品牌	型号	产地	单位	数量	报价
1							
2							
3							
.....							

注：1. 此表为《报价一览表》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物（若适用），还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标供应商自行设计。投标供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，投标供应商的详细报价表格式可自定。



## 五 技术规格偏离表

（由投标人据实提交，技术参数按编写序号须逐条对应）

项目编号：

项目名称（盖章）：

序号	招标要求	投标实际	符合/正偏离/负偏离	备注

授权代表签字：

日期： 年 月 日

注：1. 按照技术要求详细填列。

2. 行数不够，可自行添加。

3. 请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心（政府采购）活动。

4. 投标人须根据投标货物与招标文件要求的实际响应情况填写偏离情况一栏：投标货物的规格、配置、技术参数、技术性能、使用功能等与招标文件要求相等的，偏离情况一栏填写“符合”； 投标货物优于招标文件要求的，偏离情况一栏填写“正偏离”； 投标货物不满足招标文件要求的，偏离情况一栏填写“负偏离”； 存在偏离情况的均应在备注栏中详细说明。

5. 如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

## 六 投标人资格声明

\_\_\_\_\_公司：

关于贵单位\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布的\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。以下资质证明文件的复印件需加盖鲜章装订在投标文件中。

- 1、合法有效统一社会信用代码的营业执照；
- 2、委托代理人提供法人授权委托书；
- 3、2019 年度经第三方审计的财务审计报告或 2019 年任意三个月公司财务报表。
- 4、2019 年任意三个月依法缴纳税收（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和社会保障资金的有效证明材料；
- 5、医疗器械生产许可证或经营许可证、医疗器械注册证或医疗器械产品注册登记表；
- 6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
- 7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 8、供应商信用记录承诺书；
- 9、招标文件要求提供的其他证明材料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

## 七 法定代表人授权委托书

致\_\_\_\_\_公司：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与\_\_\_\_（项目名称）事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日

签发日期：

附：

代理人姓名： 性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
7. 身份证复印件（或扫描件）须清晰可见。

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

## 八 投标货物的详细情况及技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

### 1. 投标货物的详细情况

1.1 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

1.2 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

1.3 供应商认为对投标有利的其他资料。

### 2. 投标技术服务方案

2.1 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

2.2 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

2.3 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

2.4 供应商认为对投标有利的其他资料。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

## 九 投标人情况说明

### 1、投标人名称及其它情况

- (1) 投标人名称： \_\_\_\_\_ (盖章)
- (2) 地址： \_\_\_\_\_
- (3) 成立和注册日期： \_\_\_\_\_
- (4) 上级主管部门： \_\_\_\_\_
- (5) 公司性质： \_\_\_\_\_
- (6) 主要负责人： \_\_\_\_\_
- (7) 职员情况： \_\_\_\_\_

### 2、有关开户银行的名称和地址： \_\_\_\_\_

### 3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

授权代表人签字： \_\_\_\_\_

授权代表人职务： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

传真： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_

## 十 有关政策的承诺函

\_\_\_\_\_公司：

关于贵单位\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日发布\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

## 十一 政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

小型、微型企业产品	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价 比重(累计%)
行 业：_____； 营业收入（万元）：_____； 资产总额：（万元）：_____； 从业人员（人）：_____； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。					
类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书 编号	清 单	
节能产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
环保标志产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
说明					

备注：

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第\_\_期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：

1.1 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第\_\_期）”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、国家发展改革委网站和中国质量认证中心网站上发布；

1.2 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、中华人民共和国环境保护部网站、中国绿色采购网上发布。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日 期：

## 十二 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 十三 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明

### 无重大违法记录的声明函

致：\_\_\_\_（采购人全称）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_（供应商全称）\_\_\_\_，参加贵单位组织的项目编号  
为：\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重声明：我  
单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处  
罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 十四 制造商中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

### 中小企业声明函注意事项：

1. 供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

2. 供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3. 供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4. 供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5. 制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6. 关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。

## 十五 供应商信用记录承诺书

### 供应商信用记录承诺书

致：\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）\_\_\_\_\_

（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_  
的政府采购活动，在此郑重承诺：

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标截止时间前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我公司自愿放弃投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 其他

注：招标文件中要求提交的资料未列出相应格式的，以及投标供应商认为与招标项目相关的其他佐证文件、声明及承诺，须自拟格式，复印或扫描件须加盖投标供应商公章。