

沿河县特别国债（乡镇、村）医疗设备采购项目

项目编号：HDZB-2020-281

招标文件

项目名称：沿河县特别国债（乡镇、村）医疗设备采购项目

项目编号：HDZB-2020-281

采购人：沿河土家族自治县卫生健康局

招标代理机构：弘典建设咨询有限公司

日期：2020年__月__日

目 录

第一部分	招标公告·····	第 4 页
第二部分	投标须知·····	第 6 页
第三部分	采购内容及技术要求·····	第 17 页
第四部分	政府采购合同·····	第 28 页
第五部分	投标文件内容及格式·····	第 30 页
第六部分	评标办法和评标标准·····	第 47 页

本招标文件随本次招标工作的结束自行失效，采购单位及招标代理机构保留对本文件的解释和修改权。

特别提醒：

- 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在投标截止日前向招标人（招标代理单位）书面反映，招标人（招标代理单位）向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。
- 2、凡参加本次招标会的投标单位均视作认同本次招标的各项约定事宜（包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等）；投标人不得以各类约定事宜提出质疑。
- 3、投标时请认真阅读招标文件。
- 4、开标时请法定代表人或法定代表人授权代表出席开标会并携带身份证原件及复印件（加盖公章）。

投标人前附表

序号	内 容	说明与要求
1	招标采购人	采购人：沿河土家族自治县卫生健康局 联系人：譙波 联系电话：0856-8220194 招标代理：弘典建设咨询有限公司 联系人：陈鑫 联系电话（传真）：0856-5285308
2	项目名称 及编号	项目名称：沿河县特别国债（乡镇、村）医疗设备采购项目 项目编号：HDZB-2020-281
3	采购方式	公开招标
4	付款方式	供货结束经验收合格后支付货款 95%，预留 5%的货款作为质量保证金，待 1 年后无质量问题无息一次性付清。
5	招标范围 与内容	具体内容及要求详见招标文件
6	报名及购买 招标文件	铜仁市公共资源交易中心网上报名，报名成功后在网站上下载。 (http://jyzx.trs.gov.cn)
7	资格审查	满足招标公告资格要求的全部证件原件。
8	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
9	投标保证金	投标保证金人民币：壹万伍仟元 投标保证金应从基本账户汇入，仅限交易中心系统内缴纳 账户名：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心（零余额户）保证金 开户行：贵州银行股份有限公司沿河支行

		银行账号：06100019000000091 备 注：打款时请务必将备注、用途栏填写随机码 电话：0856-8227691 递交时间：投标截止时间前
10	投标文件份数	正本 1 份，副本 2 份，电子版投标文件 1 份（盖公章）
11	开标时间及地点	开标时间：2020 年 9 月 16 日 09:30 分 开标地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心
12	投标书递交截止时间及地点	投标书递交截止时间：2020 年 9 月 16 日 09:30 分 投标书递交地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心
13	合同签订时间地点	时间：中标通知书发出后 3 天内 地点：采购人指定地点
14	供货时间及交货地点	供货时间：签订合同 10 日内供货结束且验收合格。 交货地点：采购人指定地点
15	资金来源	国债资金，已落实到位。
16	中标服务费	中标供应商领取中标通知书时按招标文件规定的收取比例一次性向招标代理机构缴纳。
17	答疑会	如招标人认为有必要可择时进行答疑会，时间另行通知

第一部分 招标公告

沿河县特别国债（乡镇、村）医疗设备采购项目

- 1、项目名称:沿河县特别国债（乡镇、村）医疗设备采购项目
 - 2、项目编号: HDZB-2020-281
 - 3、项目序列号:281
 - 4、项目联系人: 譙波
 - 5、项目联系电话:0856-8220194
 - 6、采购方式:公开招标
 - 7、采购货物或服务情况:（具体要求详见招标文件）
 - （1）采购主要内容:医疗设施设备
 - （2）采购数量:一批
 - （3）采购预算:人民币: 2869875.00 元;
 - （4）最高限价:人民币: 2660000.00 元;
 - （5）简要技术要求、服务和安全要求:（详见招标文件）
 - （6）交货时间或服务时间:签订合同 10 日内供货结束且验收合格（因非人力不可抗拒因素，则顺延工期）。
 - （7）交货地点或服务地点:采购人指定地点
 - （8）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:（详见招标文件）
 - 8、投标供应商资格要求:

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，允许经营本项目才有资格参加投标，并提供下列材料：

 - （1）须具有独立法人资格，具有合格有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或已三证合一的营业执照）；
 - （2）2019 年度财务审计报告，2020 年度任意一个月依法缴纳税收证明材料，2020 年度任意一个月社会保障资金的相关材料；
 - （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
 - （4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；
 - （5）符合法律法规规定的其他条件；
 - （6）本次采购不接受联合体参与投标；
-

9、投标、开标有关说明

(1) 招标文件公告时间：2020 年 8 月 27 日 - 9 月 2 日

(2) 文件发售时间：2020 年 8 月 27 日- 9 月 2 日

(3) 招标文件获取方式：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）
(<http://jyzx.trrs.gov.cn>) 网上购买

(4) 招标文件售价：300 元人民币（售后不退）。

(5) 投标地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心。

(6) 投标截止时间：2020 年 9 月 16 日 09:30 分。

(7) 开标时间：2020 年 9 月 16 日 09:30 分。

(8) 开标地点：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心。

10、投标保证金

(1) 缴纳投标保证金方式

投标保证金为人民币：壹万伍仟元

投标保证金应从基本账户汇入，仅限交易中心系统内缴纳

(2) 投标保证金账户

账户名：铜仁市公共资源交易中心沿河分中心（零余额户）保证金

开户行：贵州银行股份有限公司沿河支行

银行账号：0610001900000091

备 注：打款时请务必将备注、用途栏填写随机码

电话：0856-8227691

递交时间：投标截止时间前

采购人名称：沿河土家族自治县卫生健康局

联系地址：沿河土家族自治县卫生健康局

联系人：譙波

联系电话：0856-8220194

采购代理机构全称：弘典建设咨询有限公司

联系地址：铜仁市公园道 1 号三栋一单元 2804 房

联系人：陈鑫

联系电话：0856-5285308

2020 年 8 月 27 日

第二部分 投标须知

A 须知说明及注意事项

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标项目。

1.2 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容，请在开标前向招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，并视为对招标文件的条款认可

2. 定义

2.1 “招标人”系指受采购人委托组织本次采购项目的代理机构；

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供应商；

2.3 “采购人”系指实际购买使用标的物的单位。

2.4 “采购项目”系指招标人要求投标人提供的货物、设备（包括备品备件、专用工具）、材料、手册及其它技术资料等、运输、上下车、搬运、人员培训、技术服务、设备安装、售后服务和其它类似的义务。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、上下车、搬运、人员培训、技术服务、设备安装、售后服务和其它类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1 具有法人资格，且有独立承担民事责任的能力

3.2 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

3.3 承诺履行中华人民共和国政府采购有关规定

3.4 具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，及履行合同所必需的设备和专业技术能力

3.5 良好的财务状况和健全的财务会计制度

3.6 生产或销售的产品符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准

3.7 满足本招标文件规定的要求。

3.8 购买招标文件并登记备案。

3.9 财政部及省级人民政府规定的其它条件。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在规定的时间内交纳投标保证金；保证金以公对公电汇或转账方式提交。

以款到指定账户为准，否则其投标恕不接受；以个人、企业的办事处、分公司、子公司、项目部名义或从他人账户、其他投标人的账户缴纳的保证金无效。

4.2 投标保证金具体交纳方式详见第二章投标人须知前附表第 9 条。

4.3 中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同备案后,且招标代理机构在中标通知书发出并核验通过后,凭以下材料到交易中心财务窗口办理保证金退还手续:中标通知书及合同(扫描件上传)。退保手续办理审核通过后 5 个工作日内原路退还投标人账户。未中标人保证金的退还需满足条件:招标代理机构在发出《中标通知书》或《流标公示》并核验通过后,于 5 个工作日内原路退还投标人账户。

4.4 投标人若发生下列情况之一,其保证金不予退还:

- (1) 开标后投标人撤回其投标文件。
- (2) 在投标过程中弄虚作假,提供虚假材料的。
- (3) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。
- (4) 其他严重扰乱招投标程序的。
- (5) 投标有效期内,投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。
- (6) 发生其它违规行为,经政府采购监管部门审核认定的。
- (7) 签订合同后,如中标人不按双方签订合同约定履约,则没收其全部履约保证金,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。

5. 招标文件的澄清和修改

- 5.1 澄清是指招标人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明;
- 5.2 投标人对招标文件如有疑点,可要求澄清。投标人应在投标截止日 16 天前按招标公告中载明的地址,以书面形式(包括信函、传真,下同)通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清,或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一个投标人,投标人在收到通知后应立即以传真或其他书面形式予以确认收到。
- 5.3 在投标截止前,招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改;
- 5.4 招标文件的修改内容称为修改文件,是招标文件的组成部分。如有修改文件,招标人应当在提交投标文件截止时间 15 日前,以书面形式(包括信函、传真)告知所有招标文件的收受人。投标人则应以电报、传真、信函等书面形式确认已收到修改文件;
- 5.5 为使投标人有充分时间对招标文件进行研究,招标人可酌情延长投标截止日期,但至少应当在提交投标文件的截止时间 3 日前,将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

6. 投标费用

6.1 投标人参加投标，无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用；中标供应商应承担专家评审费。

7. 中标服务费

中标投标人在领取中标通知书时须一次性向招标代理机构支付清中标服务费。中标方须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

1. 以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算基数。
2. 中标服务费收费标准：按黔价房[2011]69号文件规定的收费标准，标准如下：

中标金额（万元）	费 率
100 以下	1.48%
100-500	1.08%
500—1000	0.78%
1000—5000	0.48%

根据以上收费标准，采用差额定率累进计费方式分段计算中标服务费。

8. 资质、资格证明文件

- 8.1 开标时投标人须提供本项目委托书及委托人身份证及合法有效的资质、资格证明文件原件（具有合格有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或已三证合一的营业执照）；提供2019年经审计的财务报告；2020年度任意一个月依法缴纳税收证明材料，2020年度任意一个月社会保障资金的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；信用中国查询记录材料）；上述资料需提供复印件（加盖单位公章）；

注：资料如不齐全将视为验证不通过。

注：招标人要求提交的证书等原件资料如因年检或变更登记等原因无法提供，投标人需提供受理单位出具的收件证明（须标明有效期）原件及复印件，并附加盖投标人公章的证书复印件，方予认可。

B 投标文件的编写

9. 一般要求

- 9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
- 9.2 投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字（专业术语除外），必须译成中文汉字；
- 9.3 投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写；
- 9.4 投标文件采用书面方式，采用电子投标文件，如光盘、软盘等形式，须同时提供书面投标文件；使用电报、电话投标一概不予接受。

10. 投标文件由以下部分构成

- 10.1 投标文件由报价部分、资格部分、商务部分、技术部分和其他部分组成。详见本招标文件第五部分投标文件的内容及格式。
- 10.2 投标人应按上述第 10.1 条的内容制作并用 A4 纸编码打印，按规定签字盖章后，将投标文件胶装成一册。

11. 报价

- 11.1 低于成本价不正当竞争预防措施：在评标过程中，供应商报价低于其他有效供应商报价算术平均价 85%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
- 11.2 除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；
- 11.3 投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位，报价一览表及报价明细表中的报价不可以手写和涂改；
- 11.4 投标报价均为含税价，是指所需物资采购，验收合格并正常使用后的价格；
- 11.5 投标人只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在报价一览表中注明，并做到报价一览表的总价与投标报价明细表中的总价一致；
- 11.6 投标人的投标总报价不能超过采购人的采购预算价，投标总价超出采购预算控制价的，为无效报价，不予评审。

12. 投标文件的签署及规定

- 12.1 投标人应印制投标文件正本壹份、副本贰份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本有差异，以正本为准。
- 12.2 投标人如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，其投标将被拒绝。
- 12.3 投标文件正本和副本须按招标文件规定盖章或签字，并由投标人法人代表或由法人代表正式授权的投标人代表逐页签字或盖章并加盖公章，否则将被视为无效投

标。

C 投标文件的递交

13. 投标文件的密封和标记

13.1 投标文件装裱：投标纸质文件统一采用 A4 纸编码打印，正本、副本分别胶装成册。

13.2 投标文件正本和副本统一密封在一个包封袋内，并在封口处加盖投标人单位章。

13.3 包封袋标记：

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____（盖单位章）

日期：_____

14. 投标文件的递交

14.1 投标文件应派专人在投标规定的截止时间前送达招标人，由招标代理机构工作人员现场签收。

14.2 任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

15. 投标文件的修改

15.1 投标人递交投标文件后，可以修改投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，用书面形式将修改文本送交招标人。修改文本同样用密封袋密封，注明“修改文件”字样，并按第 12.3 条和第 13.1 条以及第 13.3 条要求签署盖章。修改文件是投标文件的组成部分。

16. 投标文件的撤回、修改、补充

16.1 投标人递交投标文件后，可以撤回、修改、补充投标文件，但必须在投标截止时间之前撤回、修改、补充；

16.2 投标人撤回、修改、补充投标文件时，须向招标人出示加盖有单位公章的公函，或由法人代表本人（出示法人代表证明）、法人代表授权人（出示法人代表授权证明）签字；

16.3 投标截止后，开标前投标人不得撤回和修改补充投标文件。开标后的投标文件不得撤回。但开标前，书面通知放弃投标的投标文件除外。

17. 迟到的投标文件

17.1 招标人将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

D 开标和评标

18. 开标

- 18.1 招标人按招标文件中规定的时间和地点开标。投标人必须由法人代表或法人代表授权人参加开标会。
- 18.2 开标时,当众查验投标文件的密封状况,经监督机关代表、投标人代表确认无误后,由招标代理机构工作人员当众拆封,宣读投标人名称,投标价格,招标文件允许提供的备选投标方案(如有的话)以及投标文件的其他主要内容。
- 18.3 未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案(如有的话)等实质内容,评标时不予承认。
- 18.4 开标时,投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。
- 18.5 开标过程由招标人指定专人负责记录,并存档备查。
- 18.6 开、评标期间,出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的,除采购任务取消情形外,招标人将报财政部门后按照以下原则处理:
- (一) 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的,同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购;
 - (二) 招标文件存在不合理条款的,招标公告时间及程序不符合规定的,应予废标,并由招标人依法重新招标。
- 18.7 有下列情形之一的,视为无效投标处理:
- (一) 未交投标保证金的;
 - (二) 未按照招标文件规定要求密封、制作、签署、盖章的;
 - (三) 不具备招标文件中规定资格要求的;
 - (四) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
- 18.8 有下列情形之一的,作废标处理:
- (一) 出现 18.6 条第(二)款情形的;
 - (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
 - (三) 投标人的报价超过了采购预算,采购人不能支付的;
 - (四) 因重大变故,采购任务取消的。

19. 评标委员会组成及职责

- 19.1 按照《中华人民共和国政府采购法》和国家相关法规规定,采购人依法组建评标
-

委员会，评标委员会由铜仁市公共资源交易中心沿河分中心从贵州省综合评标专家库中随机抽取专家 4 名及采购人委派 1 名代表组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2 评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- （一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- （三）推荐中标候选人供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标或成交供应商；
- （四）向招标人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

20. 评标委员会履行的义务

- （一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- （二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
- （三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
- （四）参与评标报告的起草；
- （五）配合财政部门的投诉处理工作；
- （六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

21. 评标工作程序

评标应当遵循下列工作程序：

- （一）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
 - 1、资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，由招标代理机构在开标验证时对投标人的资格证明、投标保证金交纳情况进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。
 - 2、符合性审查。依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

- （二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正

应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。评标委员会按规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选人名单。中标候选人数量根据采购需要确定，并由采购人原则上按顺序排列。

（五）编写招标情况报告。招标情况报告是评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- 3、评标方法和标准；
- 4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 5、评标结果和中标候选人排序表；
- 6、评标委员会的评标建议。

在评标中，不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。

22. 评标过程的保密性

- 22.1 在评标过程中和评标结束后，评委会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容；
- 22.2 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员；
- 22.3 投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将取消其投标资格，并没收其投标保证金。

E 评标方法及标准

23. 评标方法

- 23.1 综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

23.2 评标标准

序号	评分项目	权重	说 明
1	投标报价	30%	
2	技术评分	20%	
3	商务评分	50%	
合 计		100%	

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

- 24.1 因政策调整或不可抗力因素的影响，为维护国家利益，招标人在授予合同前的任何时候仍有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，投标人不得因此而要求招标人承担任何责任。
- 24.2 招标人有权根据评标情况决定接受其全部或部分的投标。

F 中标及合同签订

25. 中标通知

- 25.1 评标结束后，招标人在 2 个工作日内将评标结果进行公示，公示期为 3 个工作日；
- 25.2 公告后，招标人同时将签发《中标通知书》给中标人；
- 25.3 招标人不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件；
- 25.4 投标人对评标结果有异议的，按本招标文件第 29、30 条办理。

26. 合同签订

- 26.1 中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起三日内；
- 26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；
- 26.3 招标文件（含修改文件）、中标人的投标文件（含书面答疑文件）均为签订采购合同的依据；
- 26.4 招标人在授予合同时有权对货物的数量和服务予以适当的增加或减少，但不得对单价或其他条款和条件做任何改变；
- 26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同货物或服务的，在不改变合同其他条款前提下，签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；
- 26.6 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。如须将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，应在投标文件中载明，并取得招标人同意，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应该就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任；
- 26.7 合同履行保证金的约定金额及支付条件由双方在合同中按规定进行约定。

G 法律责任

27. 法律责任

- 27.1 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以

下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- （三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；
- （四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另订立背离合同实质性内容的协议的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

27.2 中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
- （三）拒绝履行合同义务的。

H 验收及付款方式

28. 验收

（一）验收：

- 1、货物的数量验收由采购人负责，并出具数量验收报告。
- 2、货物的质量验收：采购人有权委托相关检测部门对货物本身的质量标准、技术参数、实体等进行检测验收，并出具验收报告。检测的一切费用由成交供应商承担。

（二）付款方式：供货结束经验收合格后支付货款 95%，预留 5% 的货款作为质量保证金，待 1 年后无质量问题无息一次性付清。

I 质疑与投诉

29. 质疑

29.1 投标人对招标文件、采购过程和中标、成交结果有异议的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，质疑书应列明理由、事实依据，并加盖单位公章，逾期不予受理。

29.2 招标人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复，但涉及商业秘密内容的除外；

29.3 投标人须对质疑内容的真实性承担责任。

30. 投诉

- 30.1 质疑供应商对招标人的答复不满意或者招标人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。
- 30.2 处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

第三部 采购内容及技术规格质量要求

1、采购内容：医疗设施设备

2、采购设施设备清单

(1)、免疫规划冷链设备

序号	项目名称	配置及参数	数量
1	疫苗快扫设备	一、基本规格 1. 操作系统：需与现有的贵州省疫苗全程追溯系统无缝对接； 2. 处理器：四核 1.4GHz； 3. 显示屏：5.0 英寸彩色显示屏，分辨率 720×1280； 4. 触摸屏：超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸； 5. 内存：RAM：2GB ROM：16GB； 6. 输入法：英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法； 7. 条码扫描：专业条码阅读器可选，可读取所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码，支持摄像头扫描； 8. 主电池 不可拆卸 3.8v 4000mah 锂电池（典型值），一次充电，正常工作状态下可用 10 小时； 9. 充电时间 不超过 4 小时； 10. RTC 电池 支持； 二、通信方式 1. 无线局域网 Wi-Fi：双频 WIFI，支持 802.11a/b/g/n，支持 Wi-Fi 和蓝牙共存，蓝牙 BT 4.1+BR/EDR+BLE； 2. 无线广域网 4G TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) - FDD-LTE (B1/B3)； 3G UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA+ (850/900/2100 MHz) - CDMA EV-DO Rev. A (800 MHz)； 2G CDMA 1x - GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800MHz/1900 MHz)； 三、扩展功能及接口 1. 摄像功能 主摄像头:1300 万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像 前置摄像头：200 万像素 2. RFID：13.56MHz，支持 ISO14443 A&B、ISO15693 协议，支持 NFC 3. 定位：高精度 GPS，支持 A-GPS、北斗、GLONASS 4. 传感器：距离传感器、光感、加速度 5. 卡槽类型：Micro SD/TFx1、Micro SIMx2 6. 物理接口：Type-C USB（支持 OTG）、3.5mm 音频接口、POGO PIN 7. 音频：扬声器、听筒、麦克风 8. 其他附件：电源适配器、数据线 9. 可选配件：腕带保护壳、手绳、充电式扫描手柄、标准座充、屏幕保护膜 四、使用环境 1. 工作温度 -10~50 °C 2. 储存温度 -40~70 °C 3. 湿度 5%RH~95%RH（无凝结） 4. 坠地抗震高度 能承受 1.5 米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 IP 等级 IP65	22

		五、功能（用途）： 批量扫码 PDA 疫苗扫码软件是配套 PDA 扫码设备，疫苗扫码出入库情景，扫码解析成后由追溯系统统一审核结束出入库流程。	
2	650L 常温医用冰箱	1. 立式，箱内有效容积 650L 2. 箱内温度控制范围：2℃~8℃ 3. 数字显示箱内温度，微电脑控制，显示精度 0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 4. 可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口。 5. 配有 12V 4AH 电池，断电后可声光报警 48 小时。 6. 传感器数量≥5 个，微电脑控制，可数字显示箱内温度值，匹配 5 路传感器，可以切换显示箱内上下区温度值，辅助传感器设计、传感器故障安全运行； 7. 国际名牌冷凝风机，匹配碳氢制冷剂压缩机，质量可靠，使用寿命有保障； 8. 国际名牌内风机匹配专业风道，箱内温度均衡； 9. 双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足 32℃，85%湿度无凝露； 10. 门体可实现 90° 自动关门。 11. 带有 4 个可移动脚轮和 2 个可锁定的止档，方便产品移动和固定使用； 12. 电压：220V±10% 13. 所投产品的制造厂家通过 ISO9001、ISO13485 认证，具有医疗器械生产许可证。 14. 冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； 15. 12V 直流 LED 冷光源设计，亮度高，能耗低； 16. 门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全； 17. 配置 12 个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率，且配备标签夹； 18. 产品内胆采用钢板喷涂设计； 19. 可选配电子温度记录仪记录箱内数据（取数间隔 6 分钟，容量 10 年）； 20. 产品具有医疗器械注册证及登记表，登记表有具体的产品型号 21. 所投产品的制造厂家通过 ISO9001、ISO14001、ISO13485 认证，职业安全健康 28001 认证，具有医疗器械生产许可证，可提供该型号的产品检测报告，及国际权威 TUV 认证，并可提供证书 22. 售后服务：贵州全省有维修网点，维修响应时间为 24 小时内到单位排除故障。	22
3	198L 低温医用冰箱	1. 样式：卧式、单门；容积： 198L 2. 温度设定范围： -10℃~-25℃； 3. 系统显示：LED 显示屏，可显示箱内温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 4. 安全系统：可提供高低温报警、传感器故障报警、断电报警灯，可提供开机延时保护； 5. 压缩机：进口品牌压缩机，环保无氟制冷剂； 6. 高密度保温层，保障保温效果； 7. 宽电压带设计，适合 187-242V 电压下使用； 8. 防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品框； 9. 安全设计：安全门锁，防止随意开启； 10. 标配 2 个以上物品框； 11. 产品具有医疗器械注册证且登记表上有具体对应型号； 12. 产品具有性能检测报告，出具权威报告； 13. 售后服务：贵州全省有维修网点，维修响应时间为 24 小时内到单位排除故障。	8

4	核签系统	1. 设备经第三方权威检测认证机构出具功能性、可靠性、安全性、电磁兼容性等方面的质量检验报告。符合 3C 要求。 2. 无线功能，无线网卡需支持基于 802.11b/g/n 制式的无线网络接入能力；操作系统及无线客户端软件支持基于 802.11i 安全体系的 WPA/WPA2 企业级安全认证体系。 3. 在正常气候条件下的平均无故障工作时间（MTBF）应不小于 10000 小时。 4.：显示功能 屏幕尺寸：大于 10.1 寸。 分辨率：大于 1280*800 亮度：大于或等于 200cd/m² 对比度：大于 800：1 视角：水平可视角不小于 150°，垂直可视角不小于 150° 颜色深度：16.7M 响应时间：≤25ms 6. 支持 GB/T 13000-2010 和 GB18030 2005 范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼音和手写输入。 7. 图片播放功能：支持 BMP/JPG/GIF 等格式图片文件的播放；视频播放功能：支持 AVI/MP4 等类型视频文件的播放；声音播放功能：支持主流 MP3/WAV 格式声音文件的播放。 8. 触摸屏：G+G 结构、10 点触控、工业级触摸芯片透过率≥86%；连续点击 100,000 次无故障 9. API 接口支持的操作系统和架构：提供支持 Windows、UNIX、Linux 的 API 接口，提供 C/S、B/S 应用和 JAVA 调用的 API 接口。 10. 信息交互功能：支持阅读和确认两种模式，支持翻页和滑动；信息交互功能支持联动语音提示。 11. 电子签名及手写功能：手写笔：电磁 尖头感应高度 5-14mm，最高读取速率：200 点/秒，坐标分辨率：25401pi，以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据，电子书写笔迹保真，可还原。 基础硬件：处理器：高性能四核 CPU，主频 1.6G，ARM Cortex-A17 架构 内存：DDR3，2GB 存储：Flash，16GB，预留一个有封口的 TF 卡座系统：支持安卓 5.1 以及以上 线缆接口： USB 2.0*1 USB B*1 (OTG) WIFI BT 天线接口*1 电磁笔接口*1 DC *1 14. 摄像头：有效像素≥1280*960，人脸拍摄：支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。 15. 指纹仪：支持指纹捺印，独特安全设计，确保芯片内部代码和数据的安全。 16. 集成（预装）贵州各接种点正在使用的数字化接种门诊软件，与现有预防接种管理客户端无缝对接，实现电子知情同意书功能、电子签名、指纹采集、照片采集一体化，实现无纸化办公，可对生成的签核文件进行查询、调阅。并且需要提供样机现场演示。 17. 投标人所投产品制造商必须具备信息交互终端软件著作权证书或智能签核管理系统的软件著作权证书。投标人所投产品制造商必须具备与电子签核设备相关的专利证书。	22
5	冷藏箱	40L，带温度显示	44
6	冷藏包	50L，带温度显示	390

(2)、预检分诊设备

序号	项目名称	参数	数量
1	隔离帐篷	主要参数：规格：帐篷长 4m、宽 3 米、顶高 2.6m、边高 1.75m、使用面积约 12m ² ； 帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，两侧墙各开方形窗户两个（窗带防蚊纱窗）整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用； 帐篷主要材料：1. 面料为 600D 牛津布，颜色为天蓝色。2. 通用杆、地杆、立杆采用 Φ 32mm*1.2mm 焊接钢管。3. 三通、四通等连接管件采用直径 Φ 32mm*1.0mm 焊接钢管。4. 框架材料均为防锈镀锌管； 防雨、防潮、挡风、遮阳； 用途：供救援、隔离、救灾使用，可容纳 4 人左右临时住用；	110
2	预检分诊台/桌	长 1.4m*高 1.2m*宽 0.7m，材质：实木，字样：预检分诊台。	17
3	医用红外线体温计/枪	红外额温计，测量部位：额头，温度单位：℃，测量范围：32.0℃-43℃，分辨率 0.1℃，准确度：35.0℃-42.0℃+/-0.2℃，以外+/-0.3℃，临床重复性+/-0.3℃，使用操作环境：温度：10℃-40℃相对湿度：≤85%，记忆组数：1 组，自动关机时间：在没有任何操作的情况下（60+/-20）秒，尺寸：（长 153.0+/-1.0*宽 93+/-1.0*厚 41+/-1.0）mm, 重量 95.2g+/-10g（不含电池）电池 1.5V AAA 型号（7 号）2 个。	177
4	口罩自动售卖机	尺寸：宽 700 高 1800 深 520（单位 MM），货道：6 层*6 货道，电机：单头*6 个，弹簧：6 条，容量：单片（450 片）；10 片包装（120 包左右），观货窗：有机玻璃或钢化玻璃，屏幕：含 18.5 寸触摸屏；网络：4G 模板 300M/月，支付方式：微信、支付宝扫码支付，可播放广告视频。	22
5	空气消毒机（人机共存）	一、技术指标和参数 1、正常工作条件 1) 环境温度 5℃~40℃ 2) 相对湿度 ≤90% 3) 大气压力 86KPa~106KPa 4) 电源 AC220V±22V 50Hz±1Hz 2、性能参数 1) 消毒空间 ≤60m ³ 2) 循环消毒风量 ≥600m ³ /h 3) 机内紫外线辐射照度 ≥10000 μW/cm ² 4) 单支紫外管 10cm 处辐射照度 ≥2500 μW/cm ² 5) 单支紫外管 1m 处辐射照度 ≥100 μW/cm ² 6) 消毒时空气中的臭氧含量 ≤0.16 mg/m ³ 7) 紫外线管寿命 ≥5000h 8) 噪声 ≤55dB 9) 输入功率 ≤160VA 10) 消毒时间 ≥2h 11) 产品尺寸 约 885×460×140（mm） 12) 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90% 13) 对空气中自然菌的消亡率≥90% 14) 消毒后空气中的平均细菌总数≤200cfu/m ³	110

6	门禁式体温检测仪/器（台）	工作温湿度-20℃至 60℃，<90℃RH 防护等级 IP55 应用场景室内(无阳光干扰) 机身尺寸 136*27*249mm(长*厚*高) 136*27*405mm(长*厚*高，含立柱) 材质铝合金 系统参数 系统 Android 5. 0 CPU 高性能 ARM 架构 32 位 4 核心 存储：内存 1GB，数据存储 8GB 显示屏：7 英寸 170 度广视角 IPS 液晶屏， 分辨率 1024*600 镜头焦距 6mm 摄像头 200W 像素，支持宽动态 红外测温 测温范围 32℃-42℃ 测温精度 0.1℃ 测温误差±0.5℃ 测温距离≤40CM 识别距离 0.3-4 米	22
7	空调（台）	内机机身尺寸（837*290*192mm）;外机机身尺寸（848*540*320mm）；产品匹数 1.5 匹； 制冷量（W）3500;制冷功率 1075W；制热量 3850W；制热功率 1120；能效等级：3 级；室内机噪音 dB(A) 37-42；扫风方式：上下扫风，循环风量（m³/h）630。	99
8	污物转运车（台）	材质：201 不锈钢；尺寸 520*520*860mm；标配：污物袋 1 个、普通刹车轮 2 个、普通万向轮 2 个。	44
9	取暖器（个）	中号、功率 800W、两档可调、摇头送暖、安全节能、即开即热 、卤素管发热，亮光。	103
10	听诊器	主要性能与用途 预期用途：用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。 无禁忌症。 扁形听诊头常用于听诊高音调杂音。 钟形听诊头常用于听诊低音调杂音。 表式听诊头常用于听诊手腕的脉搏声响。 多功能型听诊器可听诊胎心音，根据需要有五种不同方式转换，双听双管纯铜听头。	201

11	电子血压计 (个)	产品参数: 双人 99 组记忆, IHB 心率不齐检测, WHO 血压分类 智能加压, 真人语音(可选), 内置锂电, 三色背光 电压电量检测 产品规格 产品尺寸: 118mm×95mm×65mm 储存温度: -20℃~50℃ 储存湿度: 15%~90% 操作温度: 10℃~40℃ 操作湿度: 40%~85% 显示: 液晶数字显示屏 测量方法: 脉搏扫描法/示波测定法 测量范围: 高血压/低血压: 20mmHg~280mmHg 脉搏: (40~200) 次/分钟 解析度: 1mmHg (0.1kPa) 精确度: ±3mmHg (±0.4kPa) 脉搏: 读值的±3%以内 电压: 6V 功耗: 0.01W 装箱资料 彩盒体积: 11.2cmX10.2cmX16.2cm, 外箱体积: 46.8cmX30.3cmX50cm 重量: 单个 460 克, 每箱 30 台, 每箱重 13.5 公斤	211
12	氧气瓶	氧气瓶是储存和运输氧气用的高压容器, 一般用合金结构钢热冲、压制而成, 外径 219mm, 常用气瓶容积 40 升, 圆柱形。应用于医院、急救站、疗养院。 气瓶肩部标有工作压力、试验压力、容积、重量、等信息的钢印, 表面漆成天蓝色, 用黑色写明“氧气”字样。	102
13	污物桶	颜色为黄色, 容积为 60L, 长 45cm、宽 40cm、高 57cm。	193
14	呼吸气囊	成人呼吸气囊, 一次性硅胶材质。	110

第四部分 政府采购合同

政 府 采 购 合 同

项目名称：_____

合同编号：_____

供 应 商：_____

采 购 人：_____

签订日期：_____

政 府 采 购 合 同(供参考)

项目编号:

项目名称:

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据 2020 年 _____ 月 _____ 日政府采购结果及招标文件的要求和投标文件承诺,经协商达成以下_____购销合同。

一. 货物名称、规格要求、数量、金额、供货时间:

项目名称	规格要求	单位	数量	单价 (元)	总金额 (元)	供货时间
合计人民币(大写)拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 元 _____ 角 _____ 分 (小写 _____):						

(注:以上空格不够用,可以另接)

二、质量要求及技术标准:

三、交货地点: _____

四、验收方式:

五、配品及配件: _____

六、付款方式: _____

七、售后服务: _____

八、违约责任:按《合同法》及《政府采购法》有关条款承担违约责任。

九、合同经济纠纷的解决:因质量问题的争议,由沿河县质量技术监督局或国家指定的单位进行鉴定,该鉴定结论是终局的,甲乙双方应当接受。鉴定费根据鉴定的结果分别由甲方或乙方支付:因合同争议所产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十、其它约定事项: _____

十一、合同履约保证金:供应商中标后,须交纳项目总价款的 5%的项目合同履约保证金,保证金经招标人工程验收合格且满一年后无息退还。

质保金递交地点: _____ ;

开户银行: _____ ;

账号: _____ ;

开户单位：_____。

十二、本合同一式五份，甲方二份、乙方二份、采购办一份。

甲方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托人： 开户行： 帐号： 电话：	乙方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托人： 开户行： 帐号： 电话：	采购办审查意见 采购办：（盖章） 电话：
---	---	--

签约地点_____

有效期： 年 月 日至 年 月 日

（本合同格式及内容供参考，请采购方与中标人双方自行根据项目情况对合同进行补充和修改，但补充和修改不得与采购内容有实质性的违背）

第五部分 投标文件内容及格式

注：所有投标文件需制作目录及页码！

正本（或副本）

招标项目编号：HDZB-2020-281

招标项目编号：HDZB-2020-281

日期：_____年____月____日

目 录

一、报价部分

- 1、投标函
- 2、报价一览表
- 3、投标报价明细表

二、资格部分

- 1、法定代表人身份证明书
- 2、法定代表人授权委托书（如有委托）
- 3、资质文件

三、商务部分

- 1、交货期、交货地点承诺
- 2、售后服务
- 3、商务条件偏离表

四、技术部分

技术规格要求偏离表

五、其它部分

- 1、投标保证金复印件
- 2、供应商认为有必要提供的其它材料等

一、报价部分

1、投 标 函

:

我们收到贵单位编号_____号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加_____的投标，本人_____经公司充分授权并代表公司郑重承诺如下：

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供产品及其相关服务，报价中已包含产品价格、运输费、上车费、包装、安装调试等相关税收交付等一切相关费用。、

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意你方的成交通知书和本投标文件及现场承诺将构成约束双方的合同条款。

4、我们愿意提供采购方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在递交报价文件后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们已详细审查全部招标文件、包括相关文件附件和与之有关的规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

8、我们同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价。

9、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

联系电话：

传真：

投标人：_____（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

2、报价一览表

:

1、我单位愿以人民币_____元（小写：_____元）的总价承接_____采购项目，招标编号：_____。

2、如投标中标则我公司承诺交货时间为_____内供货结束且验收合格。

3、其他优惠条件说明：

投标人：_____（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

3、投标报价明细表

序号	品名	参数	数量	单位	单价	总价
合计						

(格式不够可续添)

投标人：_____（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、资格部分

- 1、法定代表人身份证明书
- 2、法定代表人授权委托书（如有委托）
- 3、资质文件

1、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

投标人：_____（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

2、法定代表人授权委托书（如有委托）

致：

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

（投标人法定代表人姓名及身份证号码）特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理_____采购的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人姓名：_____

投标人法定代表人姓名：_____

电 话：_____

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处	被授权代表身份证正反面复印件粘贴处
-------------------	-------------------

投标人：_____（盖章）

法定代表人（签字）：_____

被授权代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年__月__日

3、资质文件

三、商务部分

1、交货期、交货地点承诺

(投标单位自行设定格式)

投标人：_____（盖章）

法定代表人（签字）：_____

被授权代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____年___月___日

2、售后服务

(格式投标单位自行定制)

投标人：_____ (盖章)

法人代表人或授权代表人(签字):_____

日 期：_____年__月__日

3、商务条件偏离表

投标人名称_____招标项目编号_____

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	偏离情况

投标人：_____（盖章）

法人代表人或授权代表人（签字）：_____

日 期：_____年__月__日

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

四、技术部分

技术规格要求偏离表

投标人名称_____招标项目编号_____

序号	招标文件技术条款	投标文件技术条款	偏离情况

投标人：_____（盖章）

法人代表人或授权代表人（签字）：_____

日 期：_____年__月__日

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术部分要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

五、其它部分

投标保证金复印件

（供应商认为有必要提供的其它材料等）

第六部分 评标办法、标准及定标原则

一、评标办法、标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	报价	30 分	1、价格分=（评标基准价/有效投标报价）×30 注：评标基准价指满足招标文件要求的所有供应商有效投标价格的最低报价；有效投标报价指满足招标文件要求的各投标供应商的投标报价； 2. 得分取两位小数点，第三位四舍五入； 3、对小、微型企业产品的价格给予 6%的扣除进行评分（详见财库（2011）181 号文件）； 4、须提供产品生产企业所在企业行政管理部门出具的小（微）企业证明文件，才能按《财库（2011）181 号文件》给予价格折扣。
2	技术参数	20 分	1、投标货物相应技术参数满足招标文件要求，得 15 分； 2、正偏离，一项正偏离加 0.5 分，累计不能超过 5 分；负偏离，不允许有负偏离，负偏离一项，则该项为 0 分。
3	所投产品技术、性能综合评价分	6 分	1、投标产品生产厂家具备中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书的得 4 分； 2、投标产品生产厂家通过 ISO9001 或者 ISO13485 认证的得 2 分；
4	售后服务	5 分	响应时间：投标单位针对本项目制定详细售后服务方案，根据投标单位售后服务方案进行评比：（须根据实际情况承诺，若在质保期内未按承诺执行，采购单位将追究相应责任）。 （1）≤3 小时：5 分；（2）3 小时<时间≤6 小时：3 分；（3）6 小时<时间≤12 小时：1 分； （4）>12 小时：0 分
		15 分	技术力量 根据报价人提供的《拟派本项目主要管理及技术人员一览表》，对人员技术能力以及所附的人员职称证书、执业资格证书等情况评分。 优得 6-4 分，良得 4-2 分，一般得 0.5 分。差或未提供的为 0 分。
			质量控制方案 根据报价人根据提供《质量控制方案》的科学性、合理性、实用性，综合进行评审。 优得 5-3 分，良得 3-1 分，一般得 0.5 分。差或未提供的为 0 分。
			使用培训方案 根据报价人根据提供《使用培训方案》的科学性、合理性、实用性，综合进行评审。 优得 4-3 分，良得 3-2 分，一般得 0.5 分。差或未提供的为 0 分。
5	投标人履约能力评价分	14 分	1、获得“全国守合同重信用”证书的的得 2 分 2、获得“国家 863 产业化基地”证书的得 2 分 3、获得“国家技术中心”证书的得 2 分 4、获得“国家科技进步奖 ”的 2 分 5、获得“全国十佳社会责任品牌奖”的得 2 分

			6、特殊时期的突出贡献，荣获国家级荣誉的企业，得 4 分
6	政策功能	5 分	1. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513 号）要求，对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），每一项得 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项得 0.5 分，最高不得超过 2 分。 2. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），供应商是 832 个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场的优先采购，得 3 分。
7	投标文件的完整性	5 分	投标文件内容及格式全部满足招标文件要求，根据投标文件编制的完整、格式的规范、装订整齐等，（0-5 分）

二．特别说明

1. 澄清说明

供应商认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥投标人的条款或是认为招标文件存在任何含糊、遗漏、相互矛盾之处等情况，供应商应在报名结束3日内向招标代理机构寻求书面澄清，逾期视作无异议, 并视作已承诺放弃对此方面而引起的质疑、投诉等相关权利。

2. 投标限制说明

本招标文件中所列明或推荐的型号、技术参数及其性能仅起说明作用，并非进行投标限制。投标人可提出替代标准、商标或其他型号，并逐项作出说明，但供应商须保证这些替代的型号要实质上等于或优于参考型号及其技术参数性能要求，以满足采购需求。同时填写技术规格偏离表。

三．售后服务要求

产品免费售后服务期限按厂家标准执行。自验收报告双方签字确认之日起，开始进入质保期，在保修期限内该货物发生非人为破坏等损坏，供货商应免费进行更换。