

投标人的资格要求：

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，允许经营本项目才有资格参加投标，并提供下列材料：

1. 须具有独立法人资格，具有合格有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或已三证合一的营业执照）；

2. 2019 年度财务审计报告，2020 年度任意一个月依法缴纳税收证明材料，2020 年度任意一个月社会保障资金的相关材料；

3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；

5. 符合法律法规规定的其他条件；

6. 本次采购不接受联合体参与投标；

沿河县特别国债（乡镇、村）医疗设备采购项目清单表

一、免疫规划冷链设备

序号	项目名称	配置及参数	数量
1	疫苗快扫设备	一、基本规格 1. 操作系统：需与现有的贵州省疫苗全程追溯系统无缝对接； 2. 处理器：四核 1.4GHz； 3. 显示屏：5.0 英寸彩色显示屏，分辨率 720×1280； 4. 触摸屏：超灵敏电容屏，支持多点触控、手套触摸； 5. 内存：RAM：2GB ROM：16GB； 6. 输入法：英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法； 7. 条码扫描：专业条码阅读器可选，可读取所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码，支持摄像头扫描； 8. 主电池 不可拆卸 3.8v 4000mah 锂电池（典型值），一次充电，正常工作状态下可用 10 小时； 9. 充电时间 不超过 4 小时； 10. RTC 电池 支持； 二、通信方式 1. 无线局域网 Wi-Fi：双频 WIFI，支持 802.11a/b/g/n，支持 Wi-Fi 和蓝牙共存，蓝牙 BT 4.1+BR/EDR+BLE； 2. 无线广域网 4G TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3)； 3G UMTS/HSDPA/HSPPA/HSPA+ (850/900/2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A(800 MHz)； 2G CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800MHz/1900 MHz)； 三、扩展功能及接口 1. 摄像功能 主摄像头:1300 万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像 前置摄像头：200 万像素 2. RFID：13.56MHz，支持 ISO14443 A&B、ISO15693 协议，支持 NFC 3. 定位：高精度 GPS，支持 A-GPS、北斗、GLONASS 4. 传感器：距离传感器、光感、加速度 5. 卡槽类型：Micro SD/TFx1、Micro SIMx2 6. 物理接口：Type-C USB（支持 OTG）、3.5mm 音频接口、POGO PIN 7. 音频：扬声器、听筒、麦克风 8. 其他附件：电源适配器、数据线 9. 可选配件：腕带保护壳、手绳、充电式扫描手柄、标准座充、屏幕保护膜 四、使用环境 1. 工作温度 -10~50 °C 2. 储存温度 -40~70 °C 3. 湿度 5%RH~95%RH（无凝结） 4. 坠地抗震高度 能承受 1.5 米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 IP 等级 IP65 五、功能（用途）： 批量扫码 PDA 疫苗扫码软件是配套 PDA 扫码设备，疫苗扫码出入库情景，扫码解析成后由追溯系统统一审核结束出入库流程。	22

2	650L 常温 医用冰箱	1. 立式，箱内有效容积 650L 2. 箱内温度控制范围：2℃～8℃ 3. 数字显示箱内温度，微电脑控制，显示精度 0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 4. 可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口。 5. 配有 12V 4AH 电池，断电后可声光报警 48 小时。 6. 传感器数量≥5 个，微电脑控制，可数字显示箱内温度值，匹配 5 路传感器，可以切换显示箱内上下区温度值，辅助传感器设计、传感器故障安全运行； 7. 国际名牌冷凝风机，匹配碳氢制冷剂压缩机，质量可靠，使用寿命有保障； 8. 国际名牌内风机匹配专业风道，箱内温度均衡； 9. 双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足 32℃，85%湿度无凝露； 10. 门体可实现 90° 自动关门。 11. 带有 4 个可移动脚轮和 2 个可锁定的止档，方便产品移动和固定使用； 12. 电压：220V±10% 13. 所投产品的制造厂家通过 ISO9001、ISO13485 认证，具有医疗器械生产许可证。 14. 冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； 15. 12V 直流 LED 冷光源设计，亮度高，能耗低； 16. 门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全； 17. 配置 12 个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率，且配备标签夹； 18. 产品内胆采用钢板喷涂设计； 19. 可选配电子温度记录仪记录箱内数据（取数间隔 6 分钟，容量 10 年）； 20. 产品具有医疗器械注册证及登记表，登记表有具体的产品型号 21. 所投产品的制造厂家通过 ISO9001、ISO14001、ISO13485 认证，职业安全健康 28001 认证，具有医疗器械生产许可证，可提供该型号的产品检测报告，及国际权威 TUV 认证，并可提供证书 22. 售后服务：贵州全省有维修网点，维修响应时间为 24 小时内到单位排除故障。	22
3	198L 低温 医用冰箱	1. 样式：卧式、单门；容积： 198L 2. 温度设定范围： -10℃~-25℃； 3. 系统显示：LED 显示屏，可显示箱内温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 4. 安全系统：可提供高低温报警、传感器故障报警、断电报警灯，可提供开机延时保护； 5. 压缩机：进口品牌压缩机，环保无氟制冷剂； 6. 高密度保温层，保障保温效果； 7. 宽电压带设计，适合 187-242V 电压下使用； 8. 防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品框； 9. 安全设计：安全门锁，防止随意开启； 10. 标配 2 个以上物品框； 11. 产品具有医疗器械注册证且登记表上有具体对应型号； 12. 产品具有性能检测报告，出具权威报告； 13. 售后服务：贵州全省有维修网点，维修响应时间为 24 小时内到单位排除故障。	8

4	核签系统	1. 设备经第三方权威检测认证机构出具功能性、可靠性、安全性、电磁兼容性等方面的质量检验报告。符合 3C 要求。 2. 无线功能，无线网卡需支持基于 802.11b/g/n 制式的无线网络接入能力；操作系统及无线客户端软件支持基于 802.11i 安全体系的 WPA/WPA2 企业级安全认证体系。 3. 在正常气候条件下的平均无故障工作时间（MTBF）应不小于 10000 小时。 4.：显示功能 屏幕尺寸：大于 10.1 寸。 分辨率：大于 1280*800 亮度：大于或等于 200cd/m² 对比度：大于 800：1 视角：水平可视角不小于 150°，垂直可视角不小于 150° 颜色深度：16.7M 响应时间：≤25ms 6. 支持 GB/T 13000-2010 和 GB18030 2005 范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼音和手写输入。 7. 图片播放功能：支持 BMP/JPG/GIF 等格式图片文件的播放；视频播放功能：支持 AVI/MP4 等类型视频文件的播放；声音播放功能：支持主流 MP3/WAV 格式声音文件的播放。 8. 触摸屏：G+G 结构、10 点触控、工业级触摸芯片透过率≥86%；连续点击 100,000 次无故障 9. API 接口支持的操作系统和架构：提供支持 Windows、UNIX、Linux 的 API 接口，提供 C/S、B/S 应用和 JAVA 调用的 API 接口。 10. 信息交互功能：支持阅读和确认两种模式，支持翻页和滑动；信息交互功能支持联动语音提示。 11. 电子签名及手写功能：手写笔：电磁 尖头感应高度 5-14mm，最高读取速率：200 点/秒，坐标分辨率：25401pi，以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据，电子书写笔迹保真，可还原。 基础硬件：处理器：高性能四核 CPU，主频 1.6G，ARM Cortex-A17 架构 内存：DDR3，2GB 存储：Flash，16GB，预留一个有封口的 TF 卡座系统：支持安卓 5.1 以及以上 线缆接口： USB 2.0*1 USB B*1 (OTG) WIFI BT 天线接口*1 电磁笔接口*1 DC *1 14. 摄像头：有效像素≥1280*960，人脸拍摄：支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。 15. 指纹仪：支持指纹捺印，独特安全设计，确保芯片内部代码和数据的安全。 16. 集成（预装）贵州各接种点正在使用的数字化接种门诊软件，与现有预防接种管理客户端无缝对接，实现电子知情同意书功能、电子签名、指纹采集、照片采集一体化，实现无纸化办公，可对生成的签核文件进行查询、调阅。并且需要提供样机现场演示。 17. 投标人所投产品制造商必须具备信息交互终端软件著作权证书或智能签核管理系统的软件著作权证书。投标人所投产品制造商必须具备与电子签核设备相关的专利证书。	22
5	冷藏箱	40L，带温度显示	44
6	冷藏包	50L，带温度显示	390

二、预检分诊设备

序号	项目名称	参数	数量
1	隔离帐篷	主要参数：规格：帐篷长 4m、宽 3 米、顶高 2.6m、边高 1.75m、使用面积约 12m²； 帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，两侧墙各开方形窗户两个（窗带防蚊纱窗）整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用； 帐篷主要材料：1. 面料为 600D 牛津布，颜色为天蓝色。2. 通用杆、地杆、立杆采用 $\Phi 32\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 焊接钢管。3. 三通、四通等连接管件采用直径 $\Phi 32\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 焊接钢管。4. 框架材料均为防锈镀锌管； 防雨、防潮、挡风、遮阳； 用途：供救援、隔离、救灾使用，可容纳 4 人左右临时住用；	110
2	预检分诊台/桌	长 1.4m*高 1.2m*宽 0.7m，材质：实木，字样：预检分诊台。	17
3	医用红外线体温计/枪	红外额温计，测量部位：额头，温度单位：℃，测量范围：32.0℃-43℃，分辨率 0.1℃，准确度：35.0℃-42.0℃$\pm 0.2^\circ\text{C}$，以外$\pm 0.3^\circ\text{C}$，临床重复性$\pm 0.3^\circ\text{C}$，使用操作环境：温度：10℃-40℃相对湿度：$\leq 85\%$，记忆组数：1 组，自动关机时间：在没有任何操作的情况下（60± 20）秒，尺寸：（长 153.0± 1.0*宽 93± 1.0*厚 41± 1.0）mm，重量 95.2g$\pm 10\text{g}$（不含电池）电池 1.5V AAA 型号（7 号）2 个。	177
4	口罩自动售卖机	尺寸：宽 700 高 1800 深 520（单位 MM），货道：6 层*6 货道，电机：单头*6 个，弹簧：6 条，容量：单片（450 片）；10 片包装（120 包左右），观货窗：有机玻璃或钢化玻璃，屏幕：含 18.5 寸触摸屏；网络：4G 模板 300M/月，支付方式：微信、支付宝扫码支付，可播放广告视频。	22
5	空气消毒机（人机共存）	一、技术指标和参数 1、正常工作条件 1) 环境温度 5℃~40℃ 2) 相对湿度 $\leq 90\%$ 3) 大气压力 86KPa~106KPa 4) 电源 AC220V$\pm 22\text{V}$ 50Hz$\pm 1\text{Hz}$ 2、性能参数 1) 消毒空间 $\leq 60\text{m}^3$ 2) 循环消毒风量 $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ 3) 机内紫外线辐射照度 $\geq 10000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 4) 单支紫外管 10cm 处辐射照度 $\geq 2500 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 5) 单支紫外管 1m 处辐射照度 $\geq 100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 6) 消毒时空气中的臭氧含量 $\leq 0.16 \text{mg}/\text{m}^3$ 7) 紫外线管寿命 $\geq 5000\text{h}$ 8) 噪声 $\leq 55\text{dB}$ 9) 输入功率 $\leq 160\text{VA}$ 10) 消毒时间 $\geq 2\text{h}$ 11) 产品尺寸 约 885$\times$460$\times$140（mm） 12) 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率$\geq 99.90\%$ 13) 对空气中自然菌的消亡率$\geq 90\%$ 14) 消毒后空气中的平均细菌总数$\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$	110

6	门禁式体温检测仪器（台）	工作温湿度-20℃至 60℃，<90℃RH 防护等级 IP55 应用场景室内(无阳光干扰) 机身尺寸 136*27*249mm(长*厚*高) 136*27*405mm(长*厚*高，含立柱) 材质铝合金 系统参数 系统 Android 5. 0 CPU 高性能 ARM 架构 32 位 4 核心 存储：内存 1GB，数据存储 8GB 显示屏：7 英寸 170 度广视角 IPS 液晶屏， 分辨率 1024*600 镜头焦距 6mm 摄像头 200W 像素，支持宽动态 红外测温 测温范围 32℃-42℃ 测温精度 0.1℃ 测温误差±0.5℃ 测温距离≤40CM 识别距离 0.3-4 米	22
7	空调（台）	内机机身尺寸（837*290*192mm）;外机机身尺寸（848*540*320mm）；产品匹数 1.5 匹；制冷量（W）3500;制冷功率 1075W；制热量 3850W；制热功率 1120；能效等级：3 级；室内机噪音 dB(A) 37-42；扫风方式：上下扫风，循环风量（m³/h）630。	99
8	污物转运车（台）	材质：201 不锈钢；尺寸 520*520*860mm；标配：污物袋 1 个、普通刹车轮 2 个、普通万向轮 2 个。	44
9	取暖器（个）	中号、功率 800W、两档可调、摇头送暖、安全节能、即开即热 、卤素管发热，亮光。	103
10	听诊器	主要性能与用途 预期用途：用于听诊人体心、肺等器官活动声响变化。 无禁忌症。 扁形听诊头常用于听诊高音调杂音。 钟形听诊头常用于听诊低音调杂音。 表式听诊头常用于听诊手腕的脉搏声响。 多功能型听诊器可听诊胎心音，根据需要要有五种不同方式转换，双听双管纯铜听头。	201

11	电子血压计（个）	产品参数： 双人 99 组记忆，IHB 心率不齐检测，WHO 血压分类 智能加压，真人语音（可选），内置锂电，三色背光 电压电量检测 产品规格 产品尺寸：118mm×95mm×65mm 储存温度：-20℃~50℃ 储存湿度：15%~90% 操作温度：10℃~40℃ 操作湿度：40%~85% 显示：液晶数字显示屏 测量方法：脉搏扫描法/示波测定法 测量范围：高血压/低血压：20mmHg~280mmHg 脉搏：（40~200）次/分钟 解析度：1mmHg（0.1kPa） 精确度：±3mmHg（±0.4kPa） 脉搏：读值的±3%以内 电压：6V 功耗：0.01W 装箱资料 彩盒体积：11.2cmX10.2cmX16.2cm， 外箱体积：46.8cmX30.3cmX50cm 重量：单个 460 克，每箱 30 台，每箱重 13.5 公斤	211
12	氧气瓶	氧气瓶是储存和运输氧气用的高压容器，一般用合金结构钢热冲、压制而成，外径 219mm，常用气瓶容积 40 升，圆柱形。应用于医院、急救站、疗养院。 气瓶肩部标有工作压力、试验压力、容积、重量、等信息的钢印，表面漆成天蓝色，用黑色写明“氧气”字样。	102
13	污物桶	颜色为黄色，容积为 60L, 长 45cm、宽 40cm、高 57cm。	193
14	呼吸气囊	成人呼吸气囊, 一次性硅胶材质。	110