

江口县疾病预防控制中心常用应急物资采购项目 需求公示

- 1、项目名称:江口县疾病预防控制中心常用应急物资采购项目
- 2、项目编号:GZ. HX. CG2020-09-05
- 3、公示期限(不少于2个工作日): 2020年9月15日至2020年9月16日
- 4、采购预算:836090.00元
- 5、最高限价:836090.00元
- 6、采购预算确定依据:江口县财政局政府采购审批表
- 7、采购单位名称:江口县疾病预防控制中心
项目联系人:黄建平
联系电话:13985344868
- 8、采购代理机构全称: 贵州桦信建设项目管理有限公司
项目联系人:邹璨茵
联系电话:18885640759
- 9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的,可在公示期限内,反馈意见给代理机构。



采购代理机构全称: 贵州桦信建设项目管理有限公司

投标供应商资格要求：

一般资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件；

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（7）. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标格式范本）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的数据”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

特殊资格要求：

有相关医疗器械经营许可证。

采购数量、参数及技术要求

序号	项目	需求数量	规格	单价（元）	合计（元）	备注
1	核算采样管	40000	单人份			
2	核酸提取试剂	11000	人/盒			
3	核酸检测试剂	11000	人/盒			
4	标本运输箱 A 类	2	个			
5	标本运输箱 B 类	33	个			
	合计					

一次性使用病毒采样管实际参数

1、产品型号：灭活型、非灭活型

2、包装规格：

灭活型-5mL-1、灭活型-5mL-2、灭活型-10mL-1、灭活型-10mL-2：50支/盒。

非灭活型-5mL-1、非灭活型-5mL-2、非灭活型-10mL-1、非灭活型-10mL-2：50支/盒。

3、预期用途：采用有效的病毒保存工艺及特殊的植绒拭子，可用于临床新型冠状病毒、流感、禽流感（如H7N9）、手足口病毒、麻疹等病毒标本以及衣原体、支原体、脲原体等标本的采集及保存。

4、主要组成部分：由含保存液，的采样管、鼻拭子和/或咽拭子组成，拭子由植绒和ABS杆组成

5、储存条件及有效期

使用前，储存条件：4~30℃；有效期：12个月。

使用后，样本应当在48 h内运送至对应的实验室，保存温度为2-8℃；长期储存应当置-70℃及以下或液氮中，期间应当避免反复冻融。

6、产品性能指标：

外观：保存液为粉红色，透明、无沉淀液体；

ph值：ph值为7.2~7.6。

核酸提取试剂盒参数

核酸提取试剂参数	
通用名称	核酸提取试剂盒（磁珠法）
英文名称	DNA&RNA Extraction Kit (Magnetic Beads Method)
方法学	磁珠法
医疗器械生产备案凭证编号	供体外诊断使用
提取产物	DNA、RNA
样本类型	血清、血浆、鼻咽拭子、细胞保存液、组织液、尿液和分泌物等液体样本
样本保存和运送	采集后的样本可立即用于核酸提取，或 2~8℃ 保存（不超过 24 小时），长期保存应置于-20℃ 以下，避免反复冻融。样本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输。 
样本运送	样本运送采用冰壶加冰或泡沫箱加冰密封进行运输
上样量	100 μ L-200 μ L
适用仪器	全自动核酸提取仪
提取流程	裂解、洗涤、洗脱
提取下限	DNA 病毒：10IU/mL；RNA 病毒：15IU/mL
储存条件及有效期	2~8℃ 干燥、避光环境储存，有效期 12 个月
	试剂盒开封后，各组分可放置与室温，有效期为 60 天
应用场所	各级疾控中心、医院分子实验室、科研机构等
产品优势	1. 快速提取，一步洗涤，仅需 4 分钟即可完成细胞裂解与核酸吸附 2. RNA/DNA 同时提取，1 份样本 1 次提取，同时获得高质量的 DNA 和 RNA，可用于后续多项检测项目 3. 多种使用模式（手工、全自动）可供选择

新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）

（一）参数要求

- ★1、规格：大包装， 48反应/盒；
- 2、适用于咽拭子、痰液等呼吸道样本；
- ★3、原理：PCR-荧光探针法，一步法RT-PCR。可对样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N基因进行鉴别检测；
- ★4、产品需带人源性内标检测系统，可以监测样本采集、核酸提取及PCR扩增过程，避免假阴性结果的出现；
- 5、阴性质控品和阳性质控品均参与提取，用于对环境进行监控和PCR 检测试剂的质控；
- 6、适用仪器包括ABI7500、LightCycler480等荧光定量PCR仪；
- ★7、试剂盒的灵敏度不低于500copies/ml；
- 8、特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；
- ★9、-20±5℃冷冻保存，有效期不低于6个月，试剂盒在37℃可保存3天；

A 类标本运输箱

品牌：新材冷链

XC010（38 个标本）

容积：12 升

外径：≥380*225*270mm

内径：≥330*175*205mm

用途：适用于 UN2814、UN2900、UN3373 类生物样本、病原微生物菌（毒种、血液、疫苗等的公路运输。



产品配置：外箱一只、电子温度显示、95 千帕样品运输罐二只、海绵试管托架二只、吸附棉二片、专用标签一套、蓄冷材料一套、检测报告一份（包含产品批准文号）、产品合格证一张

按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》研制生产，通过国家指定的包装检测实验室检测合格，按照 ADR6.2 生物危害标准制造，符合 PI650 和 PI620 标准的专业容器。

产品证件检测依据：IATA 危险品规格 60 版：危险物品安全航空运输技术细则：ICO DOC9284 AN/905 2019-2020 版

测试项目：跌落试验、穿孔试验、密封试验、堆码试验

跌落试验：-18℃，24H，9m（附加跌落试验）

穿孔试验：-18℃，24H，9m(低温跌落试验)

穿孔试验：7 kg，1m（穿孔试验）

密封试验：压差 95kPa(55，30min) 压差 95kpa(-40℃，30min)

堆码试验：3m,24H

以上各项检查标准符合要求，获得产品检测报告。

用途：适用于运输：可运输 UN2814 A 类、UN3373 B 类 或动物疫病标本 UN2900 标本

B 类标本运输箱

品牌：新材冷链

XC010（38 个标本）

容积：12 升

外径：≥380*225*270mm

内径：≥330*175*205mm

用途：适用于 UN2814、UN2900、UN3373 类生物样本、病原微生物菌（毒种、血液、疫苗等的公路运输。



产品配置：外箱一只、电子温度显示、60 人份标本架一个、冰盒 4 个、托盘一个（拆卸式）检测报告一份（包含产品批准文号）、产品合格证一张

按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》研制生产，通过国家指定的包装检测实验室检测合格，按照 ADR6.2 生物危害标准制造，符合 PI650 和 PI620 标准的专业容器。

产品证件检测依据：IATA 危险品规格 60 版：危险物品安全航空运输技术细则：ICO DOC9284 AN/905 2019-2020 版

测试项目：跌落试验、穿孔试验、密封试验、堆码试验

跌落试验：-18℃，24H，9m（附加跌落试验）

穿孔试验：-18℃，24H，9m(低温跌落试验)

穿孔试验：7 kg，1m（穿孔试验）

密封试验：压差 95kPa(55，30min) 压差 95kpa(-40℃，30min)

堆码试验：3m,24H

以上各项检查标准符合要求，获得产品检测报告。

用途：适用于运输：可运输 UN2814 A 类、UN3373 B 类 或动物疫病标本 UN2900 标本

评分细则

评分标准:

一、评标方法： √ 综合评分法 □ 最低评标价法		
二、评标标准： (一) 具体的评标标准。评分标准（100 分制）		
评分项目	评分要点	分值
投 标 报 价 (满分 30 分)	报价分计算方式： 本项目执行招投标法计算报价，满足招标文件要求，按报价得分 C（30 分），计算公式： $C=30-\frac{ P_n-P }{P} \times 100 \times K$ C - 报价得分（ $C \geq 0$ ） P_n - 报价 P - 评标基准价 K - 扣分分值 N—有效投标人个数 ①评标基准价计算： $P=(P_1+P_2+\dots+P_n) \div n$ $P_1 P_2 \dots P_n$ 为 n 个有效投标报价，当有效投标个数 $n > 3$ ，且 $n \leq 9$ 时，P 为去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标个数 $n > 9$ 时，P 为去掉二个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标个数 $n \leq 3$ 个时，P 为全部有效投标报价的算术平均值。 本项目设定最高限价，投标人的投标报价高于上限值的为无效投标。 K 值： P_n 大于 P 时，K 取 0.2， P_n 小于 P 时，K 取 0.1。	30 分
技术分 (满分 30 分)	1、投标响应完全满足或优于招标文件“第三章 采购清单及技术参数需求”的，得满分 30 分，。（其中：带★号技术参数不能有偏离），除★号外的技术参数一项负偏离扣 2 分，直到扣完为止）。	30 分

商务分 (40分)	企业实力(满分10分)	类似业绩: 提供近3年以来的类似项目业绩, 每提供1个业绩得3分, 最多得10分。提供合同复印件加盖公章。(合同)(原件备查)	10分
	应急响应时间评价(满分5分)	评标委员会根据投标人承诺在质保期内接到维修通知后售后维修工程师到达现场的时间(单位: 小时)进行评价。①承诺到达时间<3小时得5分; ②承诺到达时间3小时 $\geq$ 到达时间<6小时得2分; 承诺到达时间 $\geq$ 6小时且 $\leq$ 10小时得1分, 不承诺不得分。(须根据实际情况承诺, 若在质保期内未按承诺执行, 采购单位拒绝支付质保金)	5分
	投标文件的规范性(满分5分)	根据投标文件: ①编制有序②内容清晰③资料齐全④页码对应⑤装订规范⑥装订整齐进行打分, 合理的得5-0分。	0-5分
	服务方案(满分20分)	从技术培训服务、售后服务、维修服务方面进行综合评价(满分20分): 1、技术培训服务方案完整、合理的得7-0分; 2、售后服务方案完整、合理的得6-0分; 3、维修服务方案完整、合理的得7-0分。	0-20分
扣分因素评分标准 (满分5分)		对投标文件进行补正、修改的内容或者评委发现投标书中出现非实质性偏差的内容, 每出现一处细微偏差扣0.25分, 相同问题出现两处以上的, 按一处计; 上述扣分项, 扣完5分为止。	0-5分
合计得分:		满分100分。	