

采购内容及技术要求

序号	设备名称	参数	规格	单位	数量
1	热成像人体测温仪(全自动红外线体温监测仪)	专业型智能人体测温双光筒机 热成像：分辨率 160 × 120； 焦距 6mm； 视场角：25° × 18.7° ； 可见光：分辨率 2688*1520； 焦距 8mm； 视频模式：双光融合 联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警 最佳人体测温距离：2 米；宽度：0.89 米 保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5 米-3.0 米 支持 AI 人脸检测，支持最多 20 人同时检测体温 测温精度：(方案可选)：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃ 平台接入：萤石云(2.0 向下兼容)、4200 客户端和 ehome (5.0 向下兼容) 平台均支持预览、报警上传、回放； iSC (预览、报警、回放) 工作温度：15℃-35℃， <95% RH 防护等级：IP67 安装高度：1.7 米 电源输入(出厂自带)：DC 12 V(±20%)或 PoE (802.3af, class 3) (标配 DC 12V 电源适配器) 三角架尺寸 120*103*170 辐射面 70×70 mm 温度分辨率 0.1 ℃ 测温精度 ±0.1 ℃ 稳定性 ±0.2 ℃/h 环温 +5.0 ℃~50.0 ℃ 有效发射率 0.97±0.02 电源接口 20 W 工作温度 0 ℃~40 ℃ 净重 1.85 Kg 最大管径： 29.3mm 最小管径： 23mm 自重： 1.66kg 最大负重： 5kg		台	1



2	健康宣教机	尺寸：65 寸 分辨率：1920*1080 显示比例：16：9 最高亮度：500cd/m² 对比度 5000:1 色 彩：16.7M 显示区域：1428*804mm 响应时间：5ms 理论寿命：≥5 万小时 可视角度：178 外观：表面材质/钢化玻璃 机体工艺：铝合金时尚设计 安装方式：人性化设计，易安装，具有防盗功能 机体颜色：侧面铝型材默认为黑色 工作温度：0℃~50℃ 工作湿度：20%-80%（不结露） 存储温度：-20℃~60℃ 存储湿度：10%~90%（不结露） 工作电源：AC100~240V ， 50HZ/60HZ 内置喇叭：2*8 Ω 5W 机身尺寸：1950*856.7*45mm 配置：安卓 8 核，2+8 存储 网络非触摸：Android 5.1		台	2
3	健康宣教机	屏幕尺寸:70 英寸 扫描方式:逐行扫描 屏幕分辨率:超高清 4K(3840*2160) 刷屏率:60HZ 网络连接:支持有线&无线 HDMI2.0 接口:3 个 USB2.0 接口: 2 CPU 核数: 海思 V551 A73 双核心 GPU:Mali450 五核心 运行内存: 2GB 存储内存: 16GB 操作系统: Android 7.0 单屏尺寸（宽*高*厚）mm: 1561*905*51mm		台	4
4	柜式空调	KFR-76LW/(76532)NhAa-2; 制冷量: 7600W; 制冷功率: 2245W; 制热量: 8300W; 制热功率: 2335W 电辅热: 2100W		台	1

5	便携式电动 吸引器	电源：220V±22V 50Hz±Hz 极限负压值：>0.09Mpa 噪音：≤60dB（A） 抽气功率：≥20L/min 电机功率：120VA 贮液瓶约 2500ml/只 吸引泵：活塞泵		台	1
6	无油式电动 吸引器	极限负压值：≥0.08Mpa 噪音：≤65dB（A） 输入功率：180VA 抽气速率：≥20L/min 贮液瓶：2500mL/只，2 只		台	2
7	脉搏波血压 计	显示方法：LED 显示屏 测量方法：脉搏波法 测量范围： 压力：（0~300）mmHg〔（0~40）kPa〕 脉搏：40 次/分~180 次/分 ▲测量准确度：压力：±2mmHg（±0.267kPa）以内。 脉搏：40-180 次±2%以内 ▲存储容量：100 组测量数据 测量位置：左右臂均可测量 ▲双气囊双传感器，测量更准确 压力监测：高精密半导体压力传感器 加压：压力泵自动加压方式 减压：线性电磁控制阀自动减压系统 超压保护：压力超过 300mmHg 时，急速排气保护。急速 排气时间不大于 10 秒 肘部位置传感器：有（准确定位肱动脉，提高测量精度） ▲臂筒角度调节：臂筒可左右转动约 10 度，提高测量舒 适度 ▲适合臂周：17cm~42cm 输出端口：RS-232/USB 两种数据接口方式 主机重量：约 8.0kg 干扰提示：干扰情况用户提醒 抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料 语音设置：可开关语音，音量可调节 打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸 压力单位： mmHg / kPa 主机尺寸：471.5mm（长）×402mm（宽）×309mm（高） 电击保护：I 类设备，B 型应用部分	带座 椅	台	2

8	医用红外线 体温仪	电源: DC3V(2 节 7 号碱性干电池); 测量范围: 32.0℃ ~ 43.0℃; 显示分辨力: 0.1℃; 测量准确度: 35.0℃ ~ 42.0℃ 以内 ±0.2℃; 32.0℃ ~ 34.9℃ 和 42.1℃ ~ 43.0℃ 范围内为 ±0.3℃ 电击防护: 内部电源供电设备; 应用部分: BF 型应用部分; 运行模式: 连续运行; 温度单位: 摄氏度℃/华氏度°F; 进液防护程度: IP20; 安全分类: 不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备; 产品记忆组数: 10 组 产品尺寸: 142×40×42(mm); 产品重量: 约 69g (不包含电池);		只	40
9	电子血压计	适用的腕周为: 约 (135mm-215mm); 压力测量范围 (0kpa-39.9kpa; 脉率测量范围: (40-199) 次/分钟; 电源: DC5v=1A 电源适配器 产品尺寸: (180*100*39)mm		只	30
10	血糖仪	1、检测样本: 末梢全血 2、用量: 3 微升 3、测试范围 : 2.2mmol/l-27.8mmol/l (40mg/dl-500mg/dl) 4、测试时间 : 25 秒 5、电源: 两节 7 号电池 6、电池寿命: 大约测试 1000 次 7、调码方式: 全自动免调码	本子 +50 张 试纸	台	10
11	预检分诊台	尺寸: 150*55*90 木质、烤漆, 符合预检分诊台标准		台	2
12	污物转运车	尺寸: 80*50*86 产品材质: 采用不锈钢钢管进行弯折, 压折, 焊接而成 向; 采用万向轮 4 只, 高耐磨, 无噪音, 可带对角刹车, 稳定性好		辆	2
13	背负式电动 喷雾器	尺寸: 37*20*46 通过国家品质强制 3C 认证; 容量: 20L; 工作压力: 0.3-0.5Mpa		个	10
14	听诊器	弹簧片采用优质弹簧钢; 硬度 HR15N82.9-88.4 耳环; 扁形听诊头采用优质铜材; 三通导管采用软聚氯乙烯; 金属件电镀达到光亮镀铬二级外观要求; 产品应符合 GN-89-YY-91035-1999 听诊器标准要求	双用	个	30

15	医用垃圾箱	规格尺寸：360*320*490 朔料桶壁厚；>1.9mm 产品材质；全新高密度聚丙烯		个	50
16	隔离帐篷	规格：帐篷长 4m、宽 3 米、顶高 2.6m、边高 1.81m、使用面积约 12m ² 符合要求：符合标准要求；帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，开门山墙上开方窗一个，开窗山墙方窗一个，两侧墙各开方形窗户两个（窗需带防蚊纱窗）。侧墙可以支起成阳蓬，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用；帐篷主要材料：1. 面料为加厚涂银灰 PVC 胶隔热牛津布，颜色为天蓝色。2. 通用杆、地杆、立杆采用 Φ28mm*1.2mm 焊接钢管。3. 三通、四通等连接管件采用直径 Φ32mm*1.2mm 焊接钢管。4. 框架材料均为防锈镀锌管；性能：防雨、防潮、挡风、遮阳；用途：供救援、救灾使用，可容纳 5 人左右临时性住用		个	2
17	呼吸气囊	材质：硅橡胶；鸭嘴、出气阀，储气阀，安全阀；苏醒球接头；25mm 内径、允差 0.5mm；不锈钢；安全阀弹簧	成人	个	2
18	UPS 电源	3KVA/2400W 载荷 内置电池标准机型 容量：3000VA/2400W 输入参数：输入电压范围 115~300VAC 频率范围：40Hz-70Hz 输入连接：国标 输入谐波失真：< 10% 非线性满载 输入功率因数：≥0.98 输出参数：输出电压 220VAC 输出精度：±2% 输出频率（电池模式）：50/60Hz±0.05Hz 电池及充电参数：电池电压 72VDC 电池类型：9AH 后备时间：>4.5 分钟 回冲时间：7 小时回冲至 90% 充电电流：1.0A 转换时间：电池模式 <--> 市电模式 0 毫秒 显示：LED 负载/电量/输入/输出/运行模式 通讯和监控：RS232 标配 软件：Winpower		台	2
19	一次性口罩	≥17*8.5 三层以上，无纺+熔喷布，医用无菌级，过滤率≥95%，符合 YY/T0969-2013 标准，小包装≤20 只。		包	20000

20	一次性口罩 医用外科口罩	$\geq 17 \times 9$ 三层以上, 无纺+熔喷布, 医用无菌级, 过滤率 $\geq 95\%$, 符合 YY0469-2010 或 2011 标准, 小包装 ≤ 20 只。		包	10000
21	医用 N95 口罩	罩杯式带鼻夹、横纵径 ≥ 14 三层以上, 无纺+熔喷布, 医用无菌级, 过滤率 $\geq 95\%$, 符合 GB19083-2010 标准, 每 1 只独立包装。		包	1000
22	医用隔离衣	1、隔离衣缝制应平直, 无明显波浪和倾斜状, 不应有脱线、跳针; 缝制线密度不少于 8 针/3cm, 缝纫边距应不小于 0.3cm。如热合, 应牢固。 2、单位面积质量 隔离衣所用非织造布的单位面积质量应不小于 25g/m ² 。 隔离衣所用非织造布的干态断裂强力应 $\geq 20N$ 隔离衣所用非织造布的湿态断裂强力应 $\geq 20N$ 2、微生物指标 需氧菌总数 $\leq 200cfu/g$ 或 cfu/mL ; 铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌不得检出; 霉菌酵母菌总数 $\leq 200 cfu/g$ 或 cfu/mL 。 2.1 基本尺寸 取 10 个样品, 用通用量具测量, 结果至少有 9 个符合 2.1 的规定 2.2 外观 取 10 个样品, 用目力在自然光下检查, 结果至少有 9 个 2.2 的规定 2.3 缝制和热合 取 10 个样品, 用通用量具测量缝制线针密度和缝纫边距; 用目力在自然光下检查外观		件	500
23	医用连体防护服	无纺布, 医用无菌级, 自带密封条, 符合 GB19082-2009 标准, 单件独立密封。 S/M/L		件	500
24	一次性橡胶检查手套	S/M/L 符合一类医疗器械要求		件	2000
25	一次性灭菌橡胶外科手套	7.5 有粉弯曲手指/麻面/壹副装 通过 CE 认证; 通过 ISQ13485 质量体系认证 拉伸性能: 老化前: 扯断力 $>12.5N$, 扯断伸长率 $\geq 700\%$, 300%定伸负荷 $\leq 20N$; 老化后: 扯断力 $\geq 9.5N$; 扯断伸长率 $\geq 550\%$		双	2000
26	一次性医用帽子	医用无菌级 符合 YYT1642-2019 标准		个	3000

27	一次性医用 隔离靴套	医用过膝靴套 符合一类医疗器械要求		个	500
28	一次性手术 衣	医用无菌级 符合医疗器械技术要求		个	1000
29	护目镜	医用无菌级 符合 GB14866-2006 标准		个	200
30	防护面屏	医用无菌级 符合 GB14866-2006 标准		个	200
31	含氯手消毒 剂 500ml (免 洗)	符合GB15982标准		瓶	500
32	75%医用酒精 500ml	外符合 GB10343 标准		瓶	2000
33	84 消毒液 500ml	符合 GB/T19106-2013 标准	500ml	瓶	2500
34	医用垃圾袋	符合：国家环境保护总局、卫生部发布的（HJ421-2008） 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准。	50l	个	50000
35	医用垃圾袋	符合：国家环境保护总局、卫生部发布的（HJ421-2008） 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准。	30L	瓶	50000

