

贵州黔诚商务有限公司

招 标 文 件

招标项目：2021 年石阡县人民医院第一批医疗设备采购项目

招标编号：QCZB2021-001C

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前，供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理，以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。

二、一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理 CA 数字证书和电子签章。【因我中心处于推行电子标阶段，请各位投标人上传加密的电子投标文件后，并携带密封好的纸质投标文件（一正二副及电子文档一份备用）前往交易中心投标。】

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、对收取投标保证金的项目，只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下：

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统（<http://jyzx.trs.gov.cn>）

- 进入【业务管理】—【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

- 进入报名页面 填写完报名信息后(带*号为必填项)，点左上角【保存修改】按钮。

- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】—【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”

- 点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

六、加★号的条款均被视为重要的指标要求。

七、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响

产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

八、对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

九、联合体投标的，供应商录入报名投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

十、评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十一、供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十二、交易中心为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。

招标公告

项目概况

2021 年石阡县人民医院第一批医疗设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在在铜仁市公共资源交易中心石阡分中心官方网址 (jyxx.trcs.gov.cn) 下载购买。获取招标文件, 并于 2021-03-16 09:30:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本信息

项目名称: 2021 年石阡县人民医院第一批医疗设备采购项目

项目编号: QCZB2021-001C

采购方式: 公开招标

项目序列号: QCZB2021-001C

采购主要内容: 医疗设备一批, 具体技术要求详见采购文件。

采购数量: 1 批

预算金额: 1,170,000 (元)

最高限价: 1,170,000 (元)

本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求

一般资格要求: 1.具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 提供由第三方出具的 2019 年度的财务审计报告或公司自行出具的 2020 年上半年度财务报表; 新成立的公司需提供开户行出具的资信证明材料 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力: 供应商自行承诺; 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 提供投标前近三个月纳税及社保证明, 不少于三个月; 5.参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 6.投标人不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商, 不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 (处罚决定规定的时间和地域范围内)。信用信息截止时点为招标公告时间段内, 提供网

页截图。

特殊资格要求： 本项目所需特殊行业资质或要求：投标人须提供医疗器械生产许可证或经营许可证、所投产品生产厂家的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表。

本项目 不接受 联合体投标

三、获取招标文件

时间：2021-02-23 09:00:00 至 2021-03-01 17:00:00（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:30:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点： 在铜仁市公共资源交易中心石阡分中心官方网址（jyxx.trgs.gov.cn）下载购买。

方式： 在铜仁市公共资源交易中心石阡分中心官方网址（jyxx.trgs.gov.cn）下载购买。

售价： 300 元人民币（含电子文档）

投标保证金金额（元）： 20,000

投标保证金交纳时间： 2021-02-23 09:00:00 至 2021-03-16 09:30:00

投标保证金交纳方式： 第一种：采用银行转账形式提交，具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站（jyxx.trgs.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；

开户单位名称： 石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行： 贵州银行股份有限公司石阡支行

开户账号： 0615001700000457

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间： 2021-03-16 09:30:00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点： 石阡县公共资源交易中心

时间： 2021-03-16 09:30:00

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

PPP 项目：否

简要技术要求、服务和安全要求：医疗设备一批，具体技术要求详见采购文件。

交货地点或服务地点：采购人指定地点，按采购方的书面或电话通知进行交货。

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无

交货时间或服务时间：合同签订后 30 个日历天内完成全部交付并投入使用。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：石阡县人民医院

项目联系人：杨胜平

地址：石阡县

联系方式：0856-7941868

2、代理机构信息（如有）

代理全称：贵州黔诚商务有限公司

联系人：杨岑

地址：铜仁市石阡县温泉大道

联系方式：18785065502

3、项目联系方式

联系人：杨岑

电话：18785065502

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》

(财库〔2016〕125号)的要求,根据评审时“信用中国”网站(ww.creditchina.gov.cn)的信息,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与政府采购活动(如查询结果显示“没查到您要的信息”,视为没有上述三类不良信用记录)。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

机构名称:贵州黔诚商务有限公司

第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

1. 采购代理机构:是指贵州黔诚商务有限公司。贵州黔诚商务有限公司是整个采购活动的组织者,依法负责编制和发布招标文件,对招标文件拥有最终的解释权。贵州黔诚商务有限公司不以任何身份出任评标委员会成员。

2. 采购人:是指石阡县人民医院,是采购活动当事人之一,负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施,作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3. 投标人:是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。

4. 招标文件:是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5. 电子投标文件:是指使用铜仁市公共资源交易中心石阡分中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

6. 电子签名和电子签章:是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章,供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。)

7. 日期、天数、时间:未有特别说明时,均为公历日(天)及北京时间。

8. 采购信息发布网站:贵州省政府采购网(www.ccgp-guizhou.gov.cn)、和全

国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）。

二、一般要求

（一）投标的费用及报价

1、不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2、**投标报价**应包括提供货物运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务、招标代理服务费（含一切必须的辅助材料费用）以及售后服务费等。

3、以上投标报价为交钥匙价（含一切税费）。以人民币为投标报价和结算货币。确定中标（成交）供应商后，中标（成交）供应商不得以任何理由追加一切费用。

（二）招标文件的澄清和修改

1. 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少 15 日前发出：不足 15 日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人。投标人应随时登录贵州省政府采购（<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>）或全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyzx.trs.gov.cn）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于联合体投标

对接受联合体投标的项目：

1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

4. 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心政府采购交易系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

5. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

6. 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

7. 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。

8. 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

（四）关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理

关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（五）关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的。需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（六）关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声

明的真实性负责。

（七）知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采

购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指:

1. 对招标文件提出质疑的,为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日;

2. 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;

3. 对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。

(二) 质疑函应当包括下列主要内容:

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;

2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源;

4. 提出质疑的日期。

(三) 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的,应当由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

(四) 以联合体形式参加政府采购活动的,其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

(五) 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则,提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源,证据来源必须合法,交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方,请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者,将上报政府采购监督管理部门依法处理,同时交易中心将在企业信用档案中予以记录,对综合信用评价得分予以扣除。

(六) 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意,或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

质疑受理部门:贵州黔诚商务有限公司或石阡县人民医院

提交质疑函地点：

代理公司：贵州黔诚商务有限公司

地址：铜仁市石阡县温泉大道 联系人：杨 岑 联系电话：18785065502

采购单位：石阡县人民医院

地址：石阡县人民医院 联系人：杨胜平 联系电话：0856-7941868

质疑函范本请自行在“交易中心主页—办事指南—政府采购—常见问题解答”
下载。

（七）本次采购活动中，对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

四、投标要求

（一）投标文件的制作

1. 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第三章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时。其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7. 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

9. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的提交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的：

(2) 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的：

(3) 投标文件损坏或格式不正确的；

(4) 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

(三) 投标文件的修改与撤回

1. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

(四) 投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

(五) 投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，

要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求,但其投标将会被拒绝并退还投标保证金(如有);同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

(六) 投标保证金

投标人应交纳投标保证金: 20000.00 元人民币

1. 交易中心不接受现金,支票及汇票方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳

(1) 投标保证金应以投标人的名义汇入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心账户

单位名称:石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行:贵州银行股份有限公司石阡支行

帐号:0615001700000457

(2) 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统 (jyzx. trs. gov. cn)
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目,点【操作】按钮,进入该项目报名页面。

- 进入报名页面填写完报名信息后(带*号为必填项),点左上角【保存修改】按钮。

- 报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】,务必记录留存备用。该随机码一旦生成,即使修改报名信息,也不可更改。

(3) 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户,打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致(要求从登记的基本户打款),即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款(不可用现金转账),转款备注(用途)栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】;

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他(XX项目保证金

之类)、随机码填写错误,均会造成保证金无法匹配进交易系统。

在中标结果公告发出之日起2个工作日内,交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金及银行同期利息(如有);在采购人与中标人签订合同、并上传合同后2个工作日内,退还中标人的投标保证金及银行同期利息(如有);在投标有效期内不能确定中标人的,在投标有效期满后5个工作日内,退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息(如有)。采购失败的项目,在采购结果公告后2个工作日内,退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息(如有)。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

3. 下列任何一种情况发生时,投标保证金(如有)将不予退还;

(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的;

(2) 中标人无正当理由放弃中标及中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的;

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的;

(4) 投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内,仍参加政府采购活动的;

(6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(7) 因本项目政府采购过程中的违法行为,受到行政处罚的;

(8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(9) 无故不参与开标会的;

(10) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

(七) 电子保函

采用电子保函提交的，请于项目开标时间三天之前申请保函。具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》。

第二章 用户需求

一、采购内容技术要求

序号	名称	数量	备注	合计(万元)
1	经鼻高流量湿化治疗仪	4	具体技术参数详见附件	117
2	移动式平板 X 射线机	1		
3	关节镜气化刀	1		
4	一氧化碳呼出气检测仪	1		
5	骨科牵引床	1		
6	便携式双通道中频治疗仪	3		
7	除颤仪(车载)	2		
8	呼气末二氧化碳监测仪	5		
9	呼气末二氧化碳监测仪(手持式)	2		

一、经鼻高流量湿化治疗仪

1. 全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。
 2. 流量设置调节范围：2L-70L/min。
 - *3. 可实现 70L 高流速的情况下气体温度达 37℃、相对湿度 100%。
 4. 支持 1L 和 5L 两种流量调节精度，流量 2L-25L 时调节精度为 1L、流量 25L-70L 时调节精度为 5L。
 5. 温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为 37℃。
 6. 温度设置调节精度：1℃。
 7. 具备多点温湿度传感器。
 - *8. 采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。
 9. 主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。
 10. 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示 1 天、3 天、7 天的温湿度、流量、氧流量治疗波形。
 11. 机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。
 12. 机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。
 13. 机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。（手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。
 14. 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。
 15. 具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为 34℃。
- 彩屏，尺寸≥4.3 英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。
16. 可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围 1-96 小时。
可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500 小时。
 17. 具备水位报警功能。
 18. 加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。
 19. 无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水箱自动加水。
 20. 提供鼻塞（大中小号）、气管切开接口等多种患者连接界面。
 21. 提供配套移动台车和吊臂。

22. 采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。
23. 报警提示功能：管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。
24. 具备报警消音功能。

二、移动式平板 X 射线机

序号	技术和性能参数名称	参数
1	功能需求	
2	主要技术规格和要求	
2.1	C 型臂架构	
2.1.1	垂直升降	420mm
2.1.2	水平移动	200 mm
2.1.3	沿轨道旋转	130° (- 40° to + 90°)
2.1.4	轴向旋转	185°
2.1.5	左右摆角	12°
2.1.6	影像增强器到焦点距离	1020 mm
*2.1.7	C 臂开口径	810 mm
*2.1.8	C 臂深度	725 mm
2.1.9	平板侧有手柄可辅助摆位	具备
2.1.10	色彩引导运动控制	具备
2.2	X 线发生器	
*2.2.1	最大输出功率	2.3KW
2.2.2	发生器频率	44KHZ 高频/多脉冲处理器控制
2.2.3	最大电压	110KV
2.2.4	连续透视最大电流	13mA
*2.2.5	脉冲透视最大电流	≥23mA
2.2.6	最大脉冲频率	30 帧/秒
2.2.7	最小脉冲频率	0.5f/s
2.2.8	单幅点片最大电流	23mA
2.2.9	连续曝光时间	50min

2.3	球管	
2.3.1	球管焦点	双焦点,小焦点 $\leq 0.6\text{mm}$,大焦点 $\leq 1.0\text{mm}$
2.3.2	阳极热容量	100KHU
2.3.3	阳极靶角	9°
*2.3.4	球管热容量	$\geq 1.1\text{MHU}$
2.3.5	阳极滤过片(列出材料类型)	3 mm Al , 0.1mmCu
2.4	平板探测器	
2.4.1	平板成像大小	21cm*21cm
2.4.2	平板探测器材料	非晶硅碘化铯
*2.4.3	图像采集灰阶	$\geq 16\text{bit}$
2.4.4	平板放大等级	3级
2.4.5	DQE	79%
2.5	准直器及滤线栅	
2.5.1	矩形准直器	具备
2.5.2	狭缝准直器	具备
2.5.3	狭缝准直器非对称调节	具备
2.5.4	无射线数字图像旋转	具备
2.5.5	滤线栅栅比	17-Jan
2.5.6	滤线栅密度	70线/厘米
2.6	监视器	
2.6.1	监视器	19" TFT 高分辨率医用显示器 2台
2.6.2	最大分辨率	1280 × 1024
2.6.3	最大亮度	700cd/cm ²
2.6.4	可视角度	178°
2.7	数字图像处理	

2.7.1	图象左右翻转、上下翻转、旋转功能	具备
2.7.2	实时边缘增强功能	具备
2.8	图像资料存储系统	
2.8.1	CD/DVD 刻录功能	具备
*2.8.2	存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）	≥290000 幅
2.8.3	具备 USB 导出 DICOM 格式图像功能	具备
2.9	操控部件	
2.9.1	触摸屏控制面板尺寸	≥10 英寸
2.9.2	同屏触控登记功能	具备
2.9.3	C 臂上具备同屏触摸控制装置	具备
2.9.10	显示器推车上具备同屏触摸控制面板	具备
2.10	其他	
2.10.1	设备主机, 球管、高压发生器等为同一品牌	满足
2.10.2	曝光剂量显示功能	满足

三、关节镜气化刀

一、等离子射频手术系统主机技术参数

等离子消融切割凝固止血温度 40° - 70° 。

*、等离子汽化切割功率: 最大 380W, 分 9 档可调; 等离子消融凝血功率: 最大 60W, 分 9 档可调, 操作简单, 配合主机智能控制适合精细的手术要求。

主机采用微电脑精准实时控制, 等离子切割和消融、止血双模块设计, 采用双脚控一体化刀头, 有独立输出插口, 能识别主机故障, 拥有完善的保护机制。

适用于各种手术的时控设计, 插入刀头主机会自动显示上次使用的功率档位和设置。等离子凝固止血和等离子切割消融输出, 分别有不同工作声音提示, 及工作状态指示灯, 工作声音大小可调。

主机采用微电脑精准实时控制, 主要有以下三种功能:

1、消融智能化程序控制, 当消融达到最佳状态时, 主机能通过消融刀头反馈的信息自动调整阻抗和能量的输出, 防止过度治疗和温度上升。

2、根据临床应用特征设计了档位功率深度程控技术, 保证了关节手术得到一次性更好的消融治疗, 减少了病人的重复消融的痛苦和费用。

3、能自动识别四种组织结构: 血液、粘膜组织、间质组织、盐水, 并输出相应的波形和能量, 凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成 $\leq 3\text{mm}$ 的凝固层; 粘膜治疗采用了强力波快速瘢痕收缩形成阻抗不深透肌层, 间质消融适用柔和间断波能均匀的扩散渗透和防止粘连。达到最快、最安全的治疗。

等离子在关节镜应用的优势

医生操作更灵活方便, 广泛用于: 脊柱、椎间盘、膝、髌、肩、肘、腕、踝等关节手术, 出色的止血功能, 损伤更小, 更小的热穿透损伤, 术后组织渗出少, 肿胀轻, 没有机械工具对组织“撕咬”损伤造成的纤维增生, 互补传统机械工具的应用, 部分功能完全替代(软骨修复成形)。

二、一次性双极射频等离子体手术电极技术参数

低温等离子电极采用一体化设计, 可快速凝固止血; 快速汽化、分解、吸引刀口前端组织碎屑。

双电极设计, 无负极板, 等离子效能显著, 组织易于切割, 凝血效果佳, 部分电极带吸引(刀杆内部空间大, 内部吸引管内腔尺寸 2mm, 吸引功能强, 无堵塞。)

电极在 10 万级净化车间生产, 无菌方式提供, 推荐一次性使用, 防止交叉感染。

通过生物相容性测试（细胞毒性、超敏反应、皮内刺激试验）。

通过电磁兼容性测试（YY 0505-2012 和 GB 9706.4-2009）。

电气安全符合 GB 9706.1-2007 和 GB 9706.4-2009 的要求。

使用的金属材料其耐腐蚀性达到 YY/T 0149-2006 中沸水试验法规定的 b 级要求。

*、适用频率在 100KHz~5MHZ 范围，输出功率在 0~400W 范围的等离子手术系统上使用，可兼容在此范围内的主机。

提供临床手术专用刀头：脊柱、椎间盘、膝、髌、肩、肘、腕、踝等多种手术专用刀头。

临床使用范围：与射频等离子手术主机配合使用，用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。

*、能在内镜下实现消融切割和止血功能，通过了国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准要求（GB9706.19 和 GB11244）的检测（提供证明材料）。

四、一氧化碳呼出气检测仪

1. 采样

采样方式: 仪器在线直接采样 (需一气呵成, 适合 4 岁以上患者);

采样器离线采集到气袋 (可多次呼气, 适合在线测试困难者与病房);

潮气采集到气袋 (可自由呼气, 适合 4 岁以下及重症患者);

鼻呼在线直接测试;

呼气压力: >5cm 水柱;

呼气时间: 10s (成人)、6s (儿童) 或其它时间客户自选;

呼气流速: 50ml/s、200ml/s 或其它流速客户可自选, 可分段测试支气管与肺泡 NO 浓度;

呼气采样体积: 30 毫升;

质量控制: 仪器自动监控并提示测试状态, 包括吸气、呼气流速、压力与时间, 确保采样的准确性与重复性;

2. 分析

性能指标: 测试范围: 0ppb—3000ppb;

分析时间 \leq 1 - 2 分钟;

检测下限 : 3 ppb;

准确性 (与标准配气的比较): 当测定值 <50ppb 时, 误差 < \pm 3ppb; 当测定值 \geq 50ppb 时, 误差 < \pm 10%;

重复性: 相对偏差 CV 应在 10% 内;

线性) 0.96 (0-3000ppb 范围内测量值与标准配气浓度的关联系数);

稳定性: 测量间隔在 2 小时内的相对漂移即浓度变化率小于 \pm 10% ;

质量控制: (1) 仪器可通过标准气、自标定与呼出气三种检验校准方式定期检验校准;

仪器自动监控并提示分析过程, 确保分析的准确性与重复性;

五、骨科牵引床

规格尺寸

整床约为 2265×1010×500mm,

性能特点

额定载荷: 床面≥135Kg。

以臀板为基准折起角度, 背板 0~70° , 腿板 0~450, 可调。

床面离地高度为 500mm。

牵引功能。

床面腿部分离。

主要结构组成及材料

主要结构组成

主要由床体、床面(背板、臀板、腿板、脚板)、床头床尾板、牵引架、升降机构等组成。

材料

床体采用≥30×70×1mm 矩管制作而成。

床面采用优质碳钢≥1.0mm 冷轧钢板整体一次性压印成型, 带透气孔。

背段升降采用活动转臂, 转轴管采用 DN25 低压流体输送管。

升降丝杆采用 45#钢挤压成型, 摇杆采用万向联轴节结构, 使用双向过摇, 打滑保护装置, 并有防护装置不积尘; 弹盒采用≥1.5mm 钢件制作, 伸缩式摇手采用工程塑料。

床头板采用 PP 材料一次吹塑成型, 可兼做 CPR 板应急使用, 床头中间贴板采用对扣式防脱落结构原理, 贴板色彩(蓝色, 粉红色, 果绿色)直接一次型成色, 贴板色彩(木纹色)采用热转印工艺成色, 床头锁紧件全部采用钢件, 对称式快速挂座, 可快速拆卸, 满足临床急救需求。(扣板颜色可选)

床脚立柱采用≥50×50×1.2mm 矩管, 加上 ABS 材料注塑成型胶脚。

配备龙门式铝合金骨科牵引架, 上配两组上滑轮组, 结合床尾配下滑轮组, 可对患者进行头部、腿部等人体各个部位的牵引。

牵引架主杆管采用 φ38×2 铝合金八角管, 牵引管固定夹采用压铸件。

床面板采用分腿式, 可分别调节双腿不同的体位。

牵引架器械清单:

牵引拉手	2 个
牵引固定滑轮	4 个
牵引转动滑轮	2 个
牵引挂钩	2 个

(1.)配置

1. 引流袋挂钩。
2. 金属立柱折叠护栏。
3. 杂物架

(2.)配件

1. 床垫。

床垫约为 1930×890×80mm。

床垫与床的各段匹配,床垫由一层≥30mm 椰丝垫,一层≥50mm 高弹海绵和一层防水布制成,并带透气孔,具有良好的弹性和韧性且不易变形,床垫套全脱设计,方便拆洗。

六、便携式双通道中频治疗仪

多参数(多步)治疗程序电疗法临床常规处方≥24 个;音频电流疗法处方≥8 个;2. 正弦电流疗法处方≥8 个;脉冲调制中频电流法处方≥10 个。

主要技术参数:

- 1、*工作频率: 1KHz-12KHz
- 2、输出电流: 80mA±10% (工作频率≤1.5KHz, 标准负载 500 欧姆)
100mA±10% (工作频率>1.5KHz, 标准负载 500 欧姆)
- 3、调制频率范围: 不窄于 0Hz-150Hz
- 4、调幅度: 0%、33%、60%、100%四种调幅度, 调幅度允差±5%。
- 5、*调制波形: 方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波、以及它们的组合波形。
- *6、治疗时间: 1-99 分钟(到达预定时间发出声音信号并自动停止输出)
- 7、输出通道:
——具有两个输出通道, 输出电流独立可调。

——温热电极: 温度三档可调 (25℃~41℃)

*8、治疗处方: ≥ 50 个专家治疗处方,

其中含多步程序 (24 个)、

音频电流、正弦调制、脉冲调制。

9、电源电压: 220V/50Hz

10、输入功率: 90VA

11、工作条件: 环境温度 5℃-40℃, 相对湿度 $\leq 80\%$

12、处方选择按键: 彩色触摸式, 具备“循环”和“加减”双重功能, 操作便捷。

13、外形尺寸: 370mm \times 280mm \times 80mm \leq 380mm \times 290mm \times 85mm \leq 390mm \times 300mm \times 90mm (长 \times 宽 \times 高)

14、重量: 3070kg \leq 3.75Kg \leq 3.8kg

15、体系认证: 生产企业通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证;

16、体系认证: 生产企业通过 ISO13485: 2003 医疗器械质量管理体系认证。

设备配置清单

序号	品名(内容)	规格/型号	单位	数量	备注
1	主机		台	1	
2	主机电源线	220V	条	1	
3	患者电缆(交流)	2m	条	2	
4	患者电缆(加热)	2m	条	2	
5	绷带	中号(45CM)	条	2	
6	绷带	小号(30CM)	条	2	
7	温热电极板	97mm*66mm (4片)	套	1	
8	常规电极板	130mm* 95mm (2片)	套	1	
	常规电极板	95mm*60mm (2片)			
	常规电极板	Φ40 (2片)			
9	使用说明书	——	份	1	
10	保修卡、合格证	——	份	1	
11	自粘电极	50*50mm	片	4	
	自粘电极	80*40mm	片	4	
	自粘电极	120*70mm	片	4	

七、除颤仪（车载）

1. *彩色 TFT 显示屏 ≥ 8 英寸，分辨率 800×600 像素，可显示 ≥ 4 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。
2. 支持中文操作界面。
3. 屏幕显示心电波形扫描时间 $\geq 16s$ 。
4. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。
5. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
6. *手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。
7. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J
8. 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
9. *电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
10. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长 $\geq 60min$ 。
11. 开机时间 $\leq 3s$ ，符合临床使用。
12. 除颤充电迅速，充电至 200J $\leq 4s$ 。
13. 支持配置体外起搏功能（选配），起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
14. 支持配置 CPR 辅助功能（选配），CPR 传感器设计符合 2015 AHA/ERC 指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
15. 心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
16. 心律失常分析种类 ≥ 20 种。
17. 可选配监护功能：12 导 ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。
18. *提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE 认证。
19. *无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
20. *支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
21. 支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
22. 标配至少 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤 ≥ 300 次。

23. *具备生理报警和技术报警功能, 通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。
24. 配置 50mm 记录纸记录仪或 80mm 记录纸记录仪, 自动打印除颤记录, 可延迟打印心电, 延迟时间>10s。
25. 可存储 24 小时连续 ECG 波形, 数据可导出至电脑查看。
26. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检, 支持定期自动大能量自检 (不低于 200J)
27. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
28. 具备防尘防水性能, 防尘防水级别高于或等于 IP44。
29. 具备优异的抗跌落性能, 满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求, 裸机可承受 6 面 0.75m 跌落冲击。
30. 工作环境, 温度范围: 0° C-45° C, 湿度范围: 15%-95%, 大气压范围: 57.0 kPa ~ 106.2 kPa。

八、呼气末二氧化碳监测仪

- *1. 无需校零、大气压自动补偿、不限场景, 高原或者直升机皆可准确测量。精选干扰气体补偿, 肺压及体温补偿, 达到更高精度要求。
 - * 2. 配置蓝牙打印机(内置锂电充满电后可连续打印至少 450 人的检查记录)。打印结果在办公室自然光线条件下保留清晰至少 10 年 (提供字迹年限评估报告)。
3. 电池规格:
可充电的锂电池, 充满电后可连续工作 12 小时以上。
电池充满时间: 小于 4 小时
 4. .趋势图关机不丢失, 趋势图长度: 24 小时。并可随时上传至 PC 数据库。可以存储任意数目的病人的数据。PC 数据库软件管理, 打印测试报告, 趋势数据, 病例, 医嘱等
 5. 主机配置 5.6 英寸彩屏, 监测呼末二氧化碳浓度 (含波形), 呼吸率, 血氧饱和度, 脉搏, 吸入二氧化碳。
 6. 二氧化碳单位%, Kpa, mmHg 可选。
 7. 采用非散射红外线气体分析技术。
 8. 具备声光超限报警和窒息报警。
 9. 多种方案血氧监测系统, 成人、儿童、新生儿均可使用。
 10. 呼吸末 CO2 浓度:

测量范围: 0-150mmHg (0.0%~20% (V/V))。

更新: 每次呼末、10 秒、20 秒、30 秒可选

趋势图长度: 24 小时

11. 呼吸频率:

测量范围: 3bpm~150bpm

12. 血氧饱和度:

显示范围: 60~100%

13. 脉搏:

测量范围: 30 次/min~250 次/min

14. 电源要求:

电源电压: 交流 100V-240V, 50Hz/60Hz

*15. 承诺产品具有欧盟 CE 认证或 ISO9000 认证, 产品符合 CFDA 认证, ETCO2 模块符合 FDA 认证。(提供相关证明材料)

16. 专利脱水器, 在高潮湿环境下连续工作无障碍。

*17. 可连接呼吸机, 也可在 CPR 过程中使用, 连接经颅多普勒, 多导睡眠和麻醉机

*18. 抽气泵流量可调, 其范围: 60cc/Min---250cc/Min.

九、呼气末二氧化碳监测仪（手持式）

*1. 无需校零、大气压自动补偿、不限场景，高原或者直升机皆可准确测量。精选干扰气体补偿, 肺压及体温补偿，达到更高精度要求。

*2. 配置蓝牙打印机(内置锂电充满电后可连续打印至少 450 人的检查记录)。打印结果在办公室自然光线条件下保留清晰至少 10 年（提供字迹年限评估报告）。

3. 电池规格:

可充电的锂电池，充满电后可连续工作 12 小时以上。

电池充满时间：小于 4 小时

4. 趋势图关机不丢失，趋势图长度：24 小时。并可随时上传至 PC 数据库。可以存储任意数目的病人的数据。PC 数据库软件管理，打印测试报告，趋势数据，病例，医嘱等

5. 主机配置 3.5 英寸彩屏，监测呼末二氧化碳浓度（含波形），呼吸率，血氧饱和度，脉搏，吸入二氧化碳。

6. 二氧化碳单位%，Kpa，mmHg 可选。

7. 采用非散射红外线气体分析技术。

8. 具备声光超限报警和窒息报警。

9. 多种方案血氧监测系统, 成人、儿童、新生儿均可使用。

10. 呼吸末 CO₂ 浓度:

测量范围：0-150mmHg (0.0%~20% (V/V))。

更新：每次呼末、10 秒、20 秒、30 秒可选

趋势图长度：24 小时

11 呼吸频率:

测量范围：3bpm~150bpm

12. 血氧饱和度:

显示范围：60~100%

13. 脉 搏:

测量范围：30 次/min~250 次/min

14. 电源要求:

电源电压: 交流 100V-240V, 50Hz/60Hz

整机功耗: 不大于 50VA

熔断器: F2.0AL250V。

*15. 承诺产品具有欧盟 CE 认证或 ISO9000 认证, 产品符合 CFDA 认证, ETCO2 模块符合 FDA 认证。(提供相关证明材料)

16. 专利过滤器, 在高潮湿环境下连续工作无障碍。

*17. 可连接呼吸机, 也可在 CPR 过程中使用, 连接经颅多普勒, 多导睡眠和麻醉机

*18. 抽气泵流量可调, 其范围: 60cc/Min---250cc/Min.

二、商务要求

(一) 交货期及交货地点

交货期: 合同签订后 30 个日历天内完成全部交付并投入使用。

交货地点: 采购人指定地点, 按采购方的书面或电话通知进行交货。

(二) 验收标准、规范及方式

验收标准: 满足招标文件要求且符合国家现行相关货物的质量验收规范标准。

验收方式: 由采购人组织验收小组, 严格按照合同约定进行验收, 并出具验收报告。

(三) 付款方式

采购合同签订后, 待货到安装调试合格培训结束交付采购人使用, 采购人在 7 日内组织验收, 验收合格后并收到成交供应商的销售发票后先向成交供应商支付合同总金额的 60%, 60 日后支付总金额的 35%, 剩余 5% 一年后无任何质量问题即全额无息返还。

(四) 质保期

主机保修两年, 一年包换。(必须以制造厂家承诺并盖章为准)。

(五) 履约保证金

由中标供应商和采购人在合同中自行约定是否缴纳, 缴纳数额不得超过政府采购合同总价的 10%。

(六) 投标有效期

投标截止之日起 90 个日历日。

(七) 售后服务

1、投标人负责采购文件中要求的一切事宜及责任, 包括运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务等;

2、投标人所提供的货物必须为原厂原装、全新产品、无任何缺陷隐患。如在安装调试完成后无法通过验收，用户有权要求无条件退换货，中标人承担退换货产生的相关费用；

3、中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。在保修期内，应提供 7*24 小时技术支持服务，在接到用户服务请求后，1 小时内响应，2 小时内到达现场处置。一般故障排除最长时间不超过 8 小时；重大故障或需到生产厂家调配零件，应在 3 天内完成，7 天内无法排除故障需提供备用机并保证所供备用机的性能和作用不低于原配置。

4、投标人在质保期内无条件负责所投设备的维修、保养，并承担相应的维修和配件费用；质保期外只收取零备件成本费用。软件部分（如有）终身免费升级。

5、投标人或产品售后服务维修中心须有足够的备品备件，以便在需要时能及时更换保证设备正常运行。

6、投标人须提供详尽的售后服务方案，方案应包括但不限于以下内容：售后服务体系、质保期内外的服务及应急措施等。

7、其它未尽事宜采购双方在签订合同时约定。

（八）其他要求

1、本项目投标报价包含项目所有设备的运输、安装、调试、税费、并交付使用等所需的所有费用；投标人所投报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2、采购人保留对中标单位复核的权利，中标单位所提供的佐证材料若有不符，则中标人自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失及法律责任。

备注：招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担（可编制投标文件前咨询采购人或代理机构）。

第三章 政府采购合同（参考文本）

合同号:

甲方(采购人):

签定地点:

乙方(中标人):

签定日期: 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购(招标编号:_____)的招标结果,乙方为中标人,现依照招标文件、(中标人)投标文件及有关法律、法规、规章规定的内容,双方达成如下协议:

1、合同标的和合同价格

服务名称	数量	单价	总价	服务期

2、服务方式和服务地点

2.1 服务方式: _____

2.2 服务地点: _____

3、供货清单

3.1 供货清单: 包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的,应作具体约定。)

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后,甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的,可在支付货款时予以扣除。)

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格_____ %的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的，余下的货款应于_____（时间）支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后__小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若__小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权:

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关,乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任: _____

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的违约通知后 30 天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方有权向乙方发出书面违约通知,甲方终止本合同:

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式:因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下任一方式解决:

() 向 _____ (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁;

() 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式四份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方二份、乙方一份，招标代理机构和政府采购主管部门各备案一份，具有同等效力。

14.4 乙方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第四章 开标、评标和定标

一、开标

(一)交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

(二)解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况(如有)，投标文件提交及解密情况。

(三)电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况(如有)，投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的(需交纳投标保证金项目)，作无效投标处理。

(四)交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金交纳情况(如有)和解密情况进行公布，并通过交易中心开标室大屏幕将《开标记录表》公开发布。

二、评标委员会

(一)本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从贵州省综合评标专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

(二)评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应

当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

1. 参加采购活动前三年内, 与供应商存在劳动关系, 或者担任过供应商的董事、监事, 或者是供应商的控股股东或实际控制人;

2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

3. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系;

4. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作;

5. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员, 或与该供应商存在其他经济利益关系;

6. 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系;

7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

(三) 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况, 仅依据投标人所提交一切文件的真实表述, 不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

(四) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价, 并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

三、评标方法

(一)本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格评分	技术评分	商务评分
100 分值	30 分	45 分	25 分

(二)投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；
6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由

法定代表人或其授权的代表签字：投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评委会成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参加考澄清对标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 如果投标文件实质上不影响招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有影响性的投标。

5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

（一）资格审查

1. 项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号	资格审查内容
1	满足以下所有要求: 投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统, 投标保证金完成交纳(如有)
2	<p>符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明; 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 提供由第三方出具的 2019 年度的财务审计报告或公司自行出具的 2020 年上半年度财务报表; 新成立的公司需提供开户行出具的资信证明材料 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力: 供应商自行承诺; 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 提供投标前近三个月纳税及社保证明, 不少于三个月; 5. 参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有违法违规记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 6. 投标人不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商, 不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加

2. 采购人或者交易中心以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 为查询渠道, 对各供应商信用记录进行甄别, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

3. 资格审查环节中如采购人或者交易中心认定供应商不合格, 采购人或者交易中心需签署书面意见, 并当场书面或电话告知供应商, 供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清, 采购人或者交易中心不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

（二）符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，现出现不符合下列情形之一时，作无效处理。《符合性审查表》如下：

序号	符合性审查内容
1	投标报价确定且不高于最高限价
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
3	未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）
4	符合政府采购法第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定条件

说明：以下为属无效投标的其他情形。

（1）除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

（2）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（3）投标文件提供虚假材料的；

（4）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（5）投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标

公平、公正的；

(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7) 项目名称或项目编号错误的；

(8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

(三) 评分标准细则

一、价格评分 30 %

序号	评审内容	分值	评分标准	备注
----	------	----	------	----

	投标人价格评分		根据财库（2007）2号文件规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价，价格分为满分 <u>30</u> 分。其他商家得分的计算方法：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× <u>30%</u> 。保留二位小数。	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理
	合计		分	

一、技术分 45 %

序号	评审内容	分值	评分标准
1	技术要求	40	产品技术参数全部满足招标文件要求的得40分；带“*”号项每一项负偏离扣5分，非“*”号项每负偏离一项，扣2分，扣完为止。（带“*”号的技术参数需提供厂家参数确认函或厂家技术白皮书、宣传彩页作为证明材料。）
2	功能要求	5	功能要求：评审委员会根据所投产品技术资料所反映的技术功能特点（适用性、安全性、操作简易性、技术设计先进性、稳定性）进行综合评价：能同时满足以上技术功能特点的，完全符合采购人实际需求的得5分；其中一项不满足扣1分，扣完为止。
	合计	45分	

三、商务分 25 %

序号	评审内容	分值	评分标准
1	业绩	10	业绩：提供近三年类似项目业绩（2018年01月-2020年12月）每提供1个类似业绩得2分，最高10分（须附中标通知书及采购合同复印件加盖公章，未提供不得分）。
2	产品授权	4	产品授权：投标人具备所投产品生产厂家的授权书得2分；具备所投产品生产厂家的售后服务承诺书得2分。（提供厂家出具的证书复印件加盖公章，未提供不得分）
3	售后	11	<p>1. 投标人提供供货及安装调试方案，方案优且符合采购人需求得4-5分，一般得1-3分，不提供或方案差不得分；</p> <p>2. 投标人有培训方案，并且组织采购人进行现场培训的，评标专家根据投标人提供的培训方案进行评分，方案优且符合采购人需求得4-5分，一般得1-3分，不提供或方案差不得分；</p> <p>3. 投标人承诺承诺在设备需要维修时2小时内能到达现场进行维修，得1分，承诺承诺在设备需要维修时1小时内能到达现场进行维修，得2分。</p> <p>4. 质保期需符合采购文件规定，在规定的每增加一年得1分，满分为2分。</p> <p>5. 在贵州省内有专业培训结业工程师服务得1分（需提供厂家培训结业证书复印件并加盖公章。）。</p>
合计		25分	

1. 价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或提供范围上的错误，修正错误是原则参见本章的第三条第（二）点。

2. 评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投

标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》(如有)。

采用环境标志产品的,对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除,扣除方法如下:环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10%-25%的(含10%,不含25%,下同),扣1%;到达25-50%的,扣2%;到达50%-75%的,扣3%;到达75%以上的扣4%。

对于非专门面向中小微企业采购的项目,依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定,凡符合要求的有效投标人,按照以下比例给予想应的价格扣除:

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商(供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除6%	评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6%
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的	对联合体总金额扣除2%	评标价=总投标报价×(1-2%)

注:(1) 中型企业不享受以上优惠:

(2) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的,视同为中型企业。

(3) 小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程,无法认定小型和微型企业的,不享受价格扣除。

(4) 监狱企业视同小微企业,监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,不再提供《中小微企业声明函》。

(5) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(四) 综合评分的计算

1. 综合评分=价格评分+技术评分+商务评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的, 按评标价由低到高顺序排列, 综合评分相同, 且评标价相同的, 按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同, 且评标价和技术评分均相同的, 名次由评标委员会抽签决定。

(五) 中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人, 推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法, 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的, 通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格; 评审得分相同的, 由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定, 本项目或子项目下列情况出现将作废标处理:

(一) 符合专业资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的(说明: 使用综合评分法的采购项目, 通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算);

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

(一) 交易中心应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

(二) 采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

(三) 中标结果公告后，中标人须向交易中心领取招标通知书，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(四) 中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

(五) 凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；
4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、签约

(一) 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日(第二章采购需求有相应约定的从其约定)内,按照招标文件和中标人投标文件的约定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(二) 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

(三) 中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心石阡分中心交易系统供应商端采购业务--合同公示--新增合同公示,搜索本项目,上传签订后的合同扫描件。

第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章）

序号	内容	盖章要求
商务部分		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★投标人资格声明函及相关附件	电子签章
3	授权委托书或法人身份证明（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书）	电子签章
4	★开标一览表	电子签章
5	报价明细表	电子签章
6	★商务要求响应条款一览表	电子签章
7	投标人证书一览表	电子签章
8	拟投入人员证书一览表	
9	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	电子签章
10	中小微企业声明函（非中小微企业可不提供）	电子签章
11	中小微企业声明函（制造商）（非中小微企业可不提供）	电子签章
12	残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供）	电子签章
13	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（非监狱企业可不提供）	电子签章
14	★属于分公司投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章（非分公司投标可不提供）	电子签章
技术文件		
15	售后服务情况表	电子签章
16	售后服务能力及服务方案	电子签章
17	产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料（如均不适用可不提供）	电子签章
18	技术方案一般性条款响应差异表	电子签章

19	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	电子签章
20	服务方案一般性条款响应差异表	电子签章
21	售后服务人员配置表	电子签章

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料，将作为投标人资格性和符合性审查的提供技术内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，严重影响评审结果。

文件中要求的资质材料，采购人需要中标人提供原件核验的，中标后必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

一、投标承诺函

贵州黔诚商务有限公司：

我方确认收到贵方提供的“石阡县人民医院 2021 年石阡县人民医院第一批医疗设备采购项目”（项目编号： ）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后 90 天(日历天)内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报个的投标。

五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定时间内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投你保证金(如有)。

六、我方接受按采购人委托向贵方支付代理服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含代理服务费(代理服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算)，并承诺向贵方足额支付。(如有)

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）		传真	
电话、手机		联系人（职务）	

日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

二、投标人资格声明函

贵州黔诚商务有限公司：

关于贵方____年____月____日发布关于“石阡县人民医院 2021 年石阡县人民医院第一批医疗设备采购项目”（项目编号：_____）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，
- （三）履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，要经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标人不得为“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为招标公告时间段内，提供网页截图。

（七）特殊资格要求：

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20 年 月 日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

3. 提供以上要求（一）至（六）的佐证材料，如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供由第三方出具的 2019 年度的财务审计报告或公司自行出具的 2020 年年度财务报表；成立不足半年的公司需提供开户行出具的资信证明材料；

(三) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：供应商自行承诺；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标前近三个月纳税及社保证明，不少于三个月；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（六）投标人不得为“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为招标公告时间段内，提供网页截图。

（七）特殊资格要求的佐证材料，如下：

三、授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理铜仁市公共资源交易中心石阡分中心组织的“石阡县人民医院 2021 年石阡县人民医院第一批医疗设备采购项目”（项目编号：_____）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：____年龄：____职务：_____

身份证号码：_____

（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

日期：20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

四、开标一览表

[货币单位：人民币元]

分项	分项内容
投标总报价	¥

填报要求：

1. 投标总报价包含运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务等费用。

五、报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	报价项目	关键、主要内容描述，如品牌、产地等（请填写清）	型号规格	数量	单价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
合计						

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

六、商务响应条款一览表

序号	采购文件商务要求	投标人响应情况	偏离情况
1			
2			
3			
...			

说明：

1. 本表应对采购文件所列商务条款须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

七、投标人证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

填报要求：

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。
2. 请提供本表所列证书相关证明材料。（根据评分项对应内容的要求填写）

八、拟投入人员证书一览表

序号	姓名	证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

填报要求：

1. 填写拟投入人员获得资质或其他证书。
2. 请提供本表所列证书相关证明材料。（根据评分项对应内容的要求填写）

九、投标人认为有必要说明的其他商务文件资料

十、中小微企业声明函

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加石阡县人民医院 2021 年石阡县人民医院第一批医疗设备采购项目(项目编号:)采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、

提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假公将依法承担相应责任。

日期: 20 年 月 日

说明:提供其他中小微企业制造的货物, 必须同时提供该中小微企业的声明函(制造商)。

十一、中小微企业声明函(制造商)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(单位公章):

日期:20 年 月 日

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20 年 月 日

十三、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

十四、属于分公司投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章

十五、售后服务情况表

序号	项目	投标人承诺	备注
1	保修期内售后服务情况（可用附页和宣传材料）	生产厂商售后服务情况：	
		投标人售后服务情况：	
2	保修期后售后服务		
3	培训方案（可用附页）		

十六、售后服务能力及服务方案

十七、产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	如属所列情形的，请在括号内打“√”： () 小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商	金额
	本企业小型、微型企业产品金额合计①			
	() 小型、微型企业它小型、微型企业产品的，请填写下表内容：			
	产品名称（品牌、型号）	制造商	制造商	金额
	其它企业小型、微型企业产品金额合计②			
小型、微型企业产品金额总计（①+②）				
节能产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
	节能产品金额合计			
	比重（节能产品金额/投标总价）			%
节能产品证明材料见《技术文件》第至页。				
环境标志产品	产品名称（品牌、型号）	制造商	认证证书编号	金额
	环境标志产品金额合计			
	比重（环境标志产品金额/投标总价）			%
环境标志产品证明材料见《技术文件》第__至__页。				

填报要求：1、本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

- 2、制造商为小型或微型企业时需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
- 3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保撞标志产品政府采购清单》中的产品请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
- 4、请投标人正确填写本表，所填内容作为每分的依据，其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项目的得分为0分。

十八、技术方一般性条款响应差异表

序号	货物名称	招标参数	投标参数	偏离情况	厂家资料
1					有/无
2					
3					
•					

要求：

1. 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。
2. 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。
3. 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

十九、投标人认为有必要说明的其他技术文件资料

二十、服务方案一般性条款响应差异表

采购需求		投标人响应	
序号	项目内容	承诺	差异
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

要求：请按第二章采购需求列出差异若无差异，留空，视为完全响应。

二十一、售后服务人员配置表

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称/资格	专业	经验 年限	担任 职务
1								
2								
3								
...								

填报要求：

1. 上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。
2. 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。