铜仁市检验检测院化妆品检测仪器设 采购项目

项目编号：GZDXTRCG2021-01-03

竞争性谈判文件

采 购 单 位：铜仁市检验检测院

采购代理机构：贵州东旭建设工程咨询有限公司

2021 年 2 月

目 录

第一章：竞争性谈判公告.....	3
第二章：竞标人须知前附表.....	6
第三章：项目需求.....	21
第四章：谈判书格式.....	30
第五章：合同主要条款.....	36
第六章：评审标准.....	39

第一章 竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律法规规定，贵州东旭建设工程咨询有限公司受铜仁市检验检测院的委托，对铜仁市检验检测院化妆品检测仪器设备采购项目以竞争性谈判方式进行采购，现欢迎国内具备投标资格条件的投标供应商参与竞标。

1、项目名称：铜仁市检验检测院化妆品检测仪器设备采购项目

2、项目编号：GZDXTRCG-2021-01-03

3、项目序列号：GZDXTRCG-2021-01-03

4、采购方式：竞争性谈判

5、采购货物或服务情况：

(1) 采购主要内容：化妆品检测仪器

(2) 采购数量：1 批；详见第三章：采购项目清单、技术参数及要求；

(3) 采购预算：98 万元；

(4) 最高限价：98万元；

(5) 简要技术要求、服务和安全要求：详见第三章：采购项目清单、技术参数及要求；

(6) 交货时间或服务时间：以合同签订为准；

(7) 交货地点或服务地点：采购人指定的地点；

(8) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）详见竞争性谈文件；

6、供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，

(一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 本项目不接受联合体。
- (七) 法律、行政法规规定的其他条件。

开标评标时，投标供应商需提供以下原件：

- (1) 工商营业执照副本；
- (2) 税务登记证；（“三证合一”可不提供）
- (3) 组织机构代码证；（“三证合一”可不提供）
- (4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；
- (5) 检察机关出具的无行贿犯罪记录告知函或“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（<http://www.cccp.gov.cn/search/cr/>）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；

7、获取竞争性谈判文件信息：

- (1) 购买竞争性谈判文件时间：2021年03月02日至2021年03月04日
(工作时间内)
- (2) 购买竞争性谈判文件地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）
(jyzx.trs.gov.cn)
- (3) 竞争性谈判文件售价：人民币 300 元/套，售后不退；

8、投标截止时间（北京时间）：2021年03月05日 9：30 时

9、开标时间（北京时间）：2021年03月05日 9：30 时

10、开标地点：铜仁市公共资源交易中心

11、投标保证金情况：

(1) 投标保证金金额：壹万元（10000.00）（人民币）。

(2) 招标竞争性谈判文件获取方式：网上购买。

(3) 投标保证金交纳时间：同投标截止时间（以实际到账时间为准）；

(4) 投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.trs.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

(5) 开户银行及帐号

户 名：铜仁市公共资源交易中心

开户银行名称：贵州银行股份有限公司铜仁分

行 开户银行账号：0601001500000296

注：实行网上缴退保证金，具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）关于实行网上缴退投标保证金的通知。

12、采购人名称：铜仁市检验检测院

联系地址：贵州省铜仁市碧江区川硐街道敬业路

项目联系人：杨小江

联系电话：18083509469

13、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

14、采购代理机构全称：贵州东旭建设工程咨询有限公司

联系 地 址：贵阳市观山湖区麒龙CBD中心B1座20层联

系 人：姜梅

联 系 电 话：18722986677

第二章：竞标人须知前附表

序号	条款内容	内 容
1	基本情况	项目名称：铜仁市检验检测院化妆品检测仪器设备采购项目 竞标编号：GZDXTRCG2021-01-03 预算金额：98万元
2	供应商资格	一般资格要求 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定， （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）本项目不接受联合体。 （七）法律、行政法规规定的其他条件。 开标评标时，投标供应商需提供以下原件： （1）工商营业执照副本； （2）税务登记证；（“三证合一”可不提供） （3）组织机构代码证；（“三证合一”可不提供） （4）法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证； （5）） 检察机关出具的无行贿犯罪记录告知函或“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ），政府采购严重违法失信行为记录名单（ http://www.ccg.gov.cn/search/cr/ ）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。
3	竞标文件份数	正本一份 副本二份
4	竞标有效期	竞标截止日期后 90 天。

5	竞标保证金	<p>1、竞标保证金：壹万元（10000.00 元）（人民币）</p> <p>2、投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.trcs.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）</p> <p>采用银行转账、电汇形式提交投标保证金：须从投标人基本户转出。</p> <p>3、投标保证金递交时间：供应商应在投标截止前交纳，否则不能参与投标。</p> <p>（1）收款单位：铜仁市公共资源交易中心</p> <p>（2）开户银行：贵州银行股份有限公司铜仁分行</p> <p>（3）银行账号：0601001500000296</p> <p>4、未成交供应商的投标保证金，将在公示期满后五个工作日内由退还。成交供应商的投标保证金自合同签订之日起五个工作日退回。</p> <p>5、参加投标的供应商，有下列情形之一者，投标保证金予以没收：</p> <p>（1）未按时参加本次招投标的；</p> <p>（2）在开标过程中撤回投标文件或评标结束后放弃中标的；</p> <p>（3）投标供应商相互串通，损害采购人利益的；</p> <p>（4）投标成交，接到成交通知书，在规定时间内未前来签订采购合同的；</p> <p>（5）在签定合同时不能按谈判文件履行的。</p> <p>竞标保证金有效期与竞标有效期相同；</p> <p>注：实行网上缴退保证金，具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）关于实行网上缴退投标保证金的通知</p>
6	竞标文件递交截止时间	<p>2021年03月05日 9：30分（此竞标截止日期）</p> <p>地址：铜仁市公共资源交易中心</p>
7	谈判时间及谈判地点	<p>谈判时间：2021年03月05日 9：30分</p> <p>谈判地点：铜仁市公共资源交易中心</p>
8	交货时间	以合同签订为准
9	付款方式	<p>付款方式：待成交供应商与采购人签订供货合同时另行协商，</p> <p>付款方式和条件：以双方签订的供货合同中的付款方式为准。</p>
10	评标委员会的组建	<p>评审委员会构成：3人，其中招标人代表1人，省综合评标专家库专家2人（专家库随机抽取）审查专家确定方式：3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。</p>

11	投标报价	<p>投标报价应包括：货物生产制造厂家及品牌、型号、货物的辅助器材、备品备件、税金、售后服务、运输、保险、安装、仓储、质保期内的保修等及其他费用，同时投标人报价时应充分考虑本次投标中标后应承担的招标服务费等相关税费及招标代理费等全部费用。</p>
12	售后服务	<p>售后服务：供应商须承诺在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标供应商提供免费更换。中标供应商支付设备或组件的包装运输费，同时承担装运风险。</p>
13	废标条款	<p>投标文件有下列之一者，其投标无效：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 逾期送达的投标文件； (2) 投标人未按规定提交投标保证金。 (3) 超出经营范围投标。 (4) 招标文件要求提供的文件不全。（需加盖投标人公章文件没有加盖投标人公章，该文件无效） (5) 投标文件无法定代表人或授权代理人签字。 (6) 签字或签章人无法定代表人有效授权书。 (7) 投标有效期不足或投标文件载明的投标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 (8) 不满足技术规范要求或有虚假响应情况及投标文件附有招标人不能接受的条件。 <p>招标过程中有下列行为之一者，应予废标：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 出现影响招标公正的违法、违规行为的； (2) 投标人的最终报价均超过了招标控制价的，招标人不能支付的； (3) 因重大变故，招标任务取消的；
14	其他说明	<ol style="list-style-type: none"> 1、若谈判供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。 2、如你方中标，需承诺按照采购人要求完成所有设备的安装、调试及采购人验收合格。 3、招标代理服务费及专家论证费、专家评审费用由中标成交供应商承担。招标代理服务费按国家计价格（2002）1980号文件及相关规定标准执行。 4、必须按照合同要求，按时完成相关工作任务，越期将不支付任何经费并扣除保证金，所造成的损失由供应商承担。

中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	<p>本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：</p>	<p>☐是/ ☒否</p> <p>（监狱企业视同小型、微型企业）</p>
2	<p>中小企业的认定标准</p>	<p>投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）：</p> <p>（1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准；</p> <p>注：联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。</p> <p>（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；</p> <p>注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。</p>
3	<p>监狱企业的认定标准</p>	<p>需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。</p>

4	优惠办法:	<p>小型企业或微型企业:</p> <p>①履约保证金: 按约定比例的 50%支付 (如果有的话)</p> <p>②价格扣除: 按报价的 <u>(94%)</u> 计算评审价中</p> <p>型企业:</p> <p>①履约保证金: 按约定比例的 50%支付 (如果有的话)</p> <p>注: 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的, 不视为中小企业。但联合协议中若约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的, 可给予联合体 2%~3% 的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审 (包括价格因素得分的计算)。</p>																																																							
5	小型或微型企业产品价格清单	<p>(本清单附在《中小企业声明函》后, 不附所投产品视为非小微企业产品)</p> <table border="1" data-bbox="542 831 1313 1603"> <thead> <tr> <th colspan="5">小型或微型企业产品价格清单</th> </tr> <tr> <td colspan="5">供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____</td> </tr> <tr> <td colspan="5">备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。</td> </tr> <tr> <th>序号</th> <th>货物名称</th> <th>制造商</th> <th>制造商性质 (小型、微型)</th> <th>报价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	小型或微型企业产品价格清单					供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____					备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。					序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)	1					2					3										小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A				
小型或微型企业产品价格清单																																																									
供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____																																																									
备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在表格中进行明确。																																																									
序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)																																																					
1																																																									
2																																																									
3																																																									
.....																																																									
小型或微型企业货物金额合计 A																																																									
报价一览表中所有货物报价 B																																																									
评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A																																																									
6	证明材料	<p>供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300 号) 文件规定, 提供《中小企业声明函》。符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注: 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策</p>																																																							

		<p>的通知》财库〔2017〕141号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>
7	<p>相关风险</p>	<p>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4. 未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 <p>二、提供虚假证明材料后果：</p> <p>供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p>

竞标人须知

一、总则

1. 适用范围:

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。 2.

定义

(1) “采购人”是指：铜仁市检验检测院

“采购代理机构”指：贵州东旭建设工程咨询有限公司

(2) “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本
次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

(3) “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

(4) “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(5) “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包括报价、技术和服务等 所
有内容的文件。

(6) 招标文件中所要求提供样品，如有重复只需提供一套即可。 3.

谈判供应商的基本条件

(1) 竞标人资格:

(一) 一般资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，

(一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六) 本项目不接受联合体。

(七) 法律、行政法规规定的其他条件。

(1) 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

1、竞争性谈判响应文件编制基本要求

- (1) 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。
- (2) 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与（采购代理机构）和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文件可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。
- (3) 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
- (4) 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
- (5) 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。
- (6) 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

2、价格文件

- (1) 谈判报价表；（附件三）
- (2) 分项报价表；（附件四）

3、商务、技术文件（必须提供），如未提供、未实质性响应招标文件的商务、技术文件，评审小组有权对投标供应商提交的投标文件作无效标处理）。实质性响应内容如下：

- (1) 投标函；（附件二）
- (2) 供货清单；（附件五）

(3) 技术响应、偏离情况说明表：（附件六）

(4) 营业执照（含税务登记证、组织机构代码证）或三证合一的营业执照；

(5) 法定代表人授权书原件；（附件七）

(6) 法定代表人身份证明：（附件八）

(7) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况；

(8) 货物制造、检验、验收执行的标准；

(9) 售后服务承诺及方案

4、计量单位

(1) 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

5、评标时，需审查以下资质文件：

(1) 有效的工商营业执照副本或三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；（含税务登记证、组织机构代码证）

(2) 法人授权委托书原件（如法人代表自行投标则此项无需提供）附法人身份证和被授权人身份证复印件；

(3) 2020年以来任意一个自然月缴纳税收及社保证明；

(4) 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人自行承诺）；

(5) 参加本次招标活动近三年在国内服务合同执行过程中，未因设计产品问题而造成批量退货或严重影响施工的声明（投标人自行承诺）；

(6) 主要技术参数和商务条款是否满足招标文件要求；

(7) 售后服务承诺书；

(8) 投标保证金凭证（复印件）；

(9) 需提 2020 年以来任意一个月的经审计的财务报告或提供银行质信证明。

三、谈判报价要求

1、投标报价：由设备价、服务价和相关费用组成； 设备价：本项目所列明设备及其备品备件的到目的地价格组成； 服务价：设计、安装调试等组成； 相关费用：包括至指定服务地点车船费、保险费、资料装订费等费用组成及招理费和专家评审费。

2、对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

3、成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。 四、

竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

一、谈判响应文件的份数和封装

电子版投标文件（用于电子标）：

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

- (1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；
- (2) 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；
- (3) 投标文件损坏或格式不正确的；
- (4) 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

纸质版投标文件：

1 谈判响应供应商应将响应文件正本和副本分别用信封密封或者正副本密封于一个密封袋，并标明谈判文件编号、谈判响应供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”，请加盖谈判响应供应商公章和法人印章。响应文件未密封可导致其谈判被拒绝。

2 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

3 响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

4 谈判响应供应商在谈判响应截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

5 谈判响应供应商在谈判响应截止期后不得修改、撤回响应文件。谈判响应供应商在报价截止期后修改响应文件的，其谈判响应将被拒绝。

6 投标文件的签署、密封及规定，投标人应按要求，准备一式 3 份投标书（1 份正本、2 份副本），投标文件（正、副本）内容均须按页码顺序胶装成册并编制目录，并在投标文件（正、副本）内容每一页加盖投标单位公章，投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。经补充后，对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，经请示行业主管部门同意后，谈判小组可以与两家供应商进行谈判。

二、竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

① 竞争性谈判项目编号；

② 竞争性谈判项目名称；

③ 谈判供应商名称。

三、竞争性谈判响应文件的递交

所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到铜仁市公共资源交易中心。

四、迟交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判要求

1、谈判委托

谈判供应商代表须携带居民身份证。如谈判供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

2、谈判原则

本次招标，主要从投标供应商提供的产品报价、响应谈判文件情况、产品质量、售后服务以及其他相关承诺等方面进行综合评定。

六、谈判的步骤

1、第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别的就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定

成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

2、谈判文件修正

(1) 第一轮谈判结束后，稳中有降响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2) 采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调整调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3) 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

3、第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组能确定成交候选人。最后报价，成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

4、响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

七、确定成交供应商办法

1、谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

2、谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次

也是最后报价。将作为谈判小组评比的最终依据。

注：第二次报价是包含投标报价，以投标人最后的一轮有效报价为准，超出规定时间没有进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以其前次报价为准。

3、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 八、成

交通知书：

谈判结束后，确定拟成交供应商，并于 5 个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，**供应商对成交结果提出质疑应在公告期内，并提交书面质疑书**，公共资源交易中心、采购人、招标代理机构无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件

九、签订合同

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。签订时间为《成交通知书》发出之日起三十日内，供应商与采购人签订正式采购合同后七日内报政府采购办、交易中心和招标代理机构各一份备案。

十、适用法律

1、采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，确定拟成交供应商，并于 5 个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，**供应商对成交结果提出质疑应在公告期内，并提交书面质疑书**，采购人、招标代理机构无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商议。

十一、交货地点：采购合同指定或采购方指定地点； 十

二、验收方式、验收标准

(1) 验收方式、标准等由采购人与供应商双方依据招标文件、投标文件与合同签订的事项进行。

(2) 采购人有权委托专业检测部门对产品及设备本身进行检测验收。检测的一切费用

由双方协商承担。

十三、投标人若因客观原因放弃投标，需提前 1 个工作日以书面或电话形式告知贵州东旭建设工程咨询有限公司（18722986677），否则该投标人行为将纳入市级政府采购供应商诚信体系考核。

十四、其 他

(1) 招标代理费由中标单位承担。

(2) 产品目录中，凡要求提供产品样品的。均为中标单位在签订合同前提供。

(3) 所提供的样品上粘贴投标人名称，项目编号和项目名称，不按参数要求提供样品的将导致投标被否决。

第三章：采购项目清单、技术参数及要求

一、采购项目编号：GZDXTRCG-2021-01-03

二、采购项目类别：货物类

三、基本要求：供应商所提供的产品须完全符合采购人的采购项目技术规格、参数及要求，且应根据本企业的情况，对本次采购活动的售后服务进行承诺，中标企业在签订采购合同时按要求提供产品样品（如有）。

四、采购项目采购清单及参数要求：

铜仁市检验检测院化妆品检测仪器设备采购项目采购清单

序号	仪器名称	单位	数量
1	全自动直接测汞仪（进口）	台	1
2	示差折光检测器（进口）	台	1
3	高压蒸汽灭菌器（进口）	台	2
4	真空离心浓缩仪	台	1
5	全自动视频熔点仪	台	1
6	高速冷冻离心机	台	1
7	电子天平	台	2
8	箱式电阻炉	台	1
9	台式空气浴恒温摇床	台	1

一、全自动直接测汞仪技术参数

(一)、用途

适用于食品、环境、医药、农业、石化、矿石、核电厂、煤电厂、能源等实验室，对食品、动植物、沉积物、土壤、淤泥、煤炭、油、水泥、涂料、饮用水、废水、大气、饮料、城市废弃物、工业废气、烟道气等各种固、液体样品的汞含量的直接检测分析，无需前处理。

(二)、技术指标

1、主机系统

1.1、制造厂家经过ISO9001认证，通过CE认证；负责中国销售及售后的制造商或者中国总代理需经过销售及服务的ISO9000认证；取得中国计量器具型式批准证书。

1.2、利用热裂解-金汞齐富集-冷原子吸收原理进行汞的检测，是EPA7473方法的制定仪器，适用于EPA30B、GB5009.17-2014、HJ923-2017、HJ917-2017、HJ910-2017等很多国内外标准方法。

1.3、无需进样模块切换可直接自动测定固体、液体或气体样品；固体液体直接进样，无需任何样品前处理，无需使用任何助燃剂、缓冲溶液。

1.4、检出限： $\leq 0.0005\text{ng}$ （仪器检出限的确定需提供11次空白测量数据软件截图）。

1.5、重复性： $\text{RSD}\leq 1.0\%$ ；

1.6、测量量程： $0\sim 1800\text{ng}$ ，具有可选的至 30000ng 高汞配置，随时可升级。

1.7、热解温度：室温 $\sim 1000^\circ\text{C}$ ；齐化管加热温度：室温 $\sim 950^\circ\text{C}$ ，齐化管升温至 900°C 时间2S；

1.8、测量计算方式：采用峰面积或峰高方式均可。

1.9、分析速度：固体、1.5ml液体均 ≤ 5 分钟/样品，而且可以连续测量1ml的水样或饮料样品，无需干燥管等耗材。

2、自动进样器

2.1、内置、样品量40个，固体/液体样品均可，转盘式自动快速进样，紧急样品可随时插入分析，样品始终由防尘罩防护。

2.2、最大样品量：固体1500mg，液体1500 μl ；

2.3、自动进样器上所有样品处于同一水平面上，避免样品垂直叠放带来的交叉污染。

2.4、自动进样上任意位置的样品自动定位至进样口的时间均小于3秒。

3、检测系统

3.1、双光束光路设计双检测器，参比光束用于消除光源波动对测定结果的影响。硅-UV光电检测器，高低灵敏度两个测量池的吸收信号需使用同一个检测器得出，减少系统误差的产生。

3.2、 120°C 的恒温加热型双测量池设计，更利于去除含水量高的样品中水汽的干扰，同时高温下利于高浓度汞样品的快速清除，避免汞沉积（提供 120°C 恒温检测池的软件截图证明，安装验收时现场确认）。

3.3、在仪器安装验收时要求在不更换任何附件的情况下，仪器一次可连续测定40个1ml水样及40

个1g固体样品，并保持每个样品分析速度在5分钟以内。

3.4、仪器主机具有颜色指示灯（非软件界面），具有4种以上不同颜色指示，分别代表不同的操作状态，远距离即可对仪器运行状况一目了然。（安装验收时现场确认）

4、软件工作站

4.1、电脑PC控制，全套分析及数据处理系统，完全符合CRF21.part11的要求，三级以上用户权限管理，电子签名，审计追踪。

4.2、可以和带有标准接口的天平连接，称样数据结果能自动导入到终端并直接参与结果的计算。

4.3、软件具有自动空白功能，当样品浓度超过设定值时自动重复空白运行，直到低于设定的空白水平(提供软件设定界面图片)，特别适合未知含量的系列样品，真正实现高通量自动分析。

4.4、先进的预富集功能，对于超低含量的样品进行多次进样一次解析的自动操作，可以实现40倍以上的富集能力（提供软件截图证明）。

4.5、无线网络监控功能，测汞仪软件工作站可以与任何电脑、平板电脑或智能手机等终端实现无线网络连接，通过手机等智能终端可监控仪器的运行情况及方法状态过程。

4.6、具有在线客服服务工作站，可支持无缝隙的24小时技术支持服务，安全操作，操作手册、分析数据库、视频等及所有相关信息均可时刻显示。

4.7、包含5种以上的多语言操作界面，含中文操作界面。

5、配置清单：

5.1、测汞仪主机(内置40位自动进样器) 1台

5.2、软件工作站 1套

5.3、品牌商务电脑和打印机 1套

5.4、镍舟 40个 1套

5.5、石英舟（1.5ml，10只/套） 4套

5.6、催化管 2套

5.7、汞齐化器 2套

5.8、活性炭尾气吸附 1套

三、售后服务

3.1 提供免费上门安装，提供免费培训服务；仪器安装验收后提供免费一年质保，生产厂家或国内总代理商在贵阳需设有办事处，提供贵阳办事处地址、联系人及联系电话并加盖公章。

3.2 生产厂家或国内总代理商售后服务需获得ISO9001质量管理体系认证，提供证明材料并加盖公章。

3.3 供应商提供仪器的现场安装与调试，需达到招标要求的技术性能及指标，若现场安装调试没有达到招标要求的技术性能及指标，用户有权要求退货并赔偿损失。

二、示差折光检测器

- 1.1 需要与安捷伦1260匹配
- 1.2 双套加热方式，平衡快易稳定
- 1.3 短期噪音： $\pm 1.25 \times 10^{-9}$ RIU
- 1.4 基线漂移： $< 200 \times 10^{-9}$ RIU/h
- 1.5 示差折光系数范围：1.00~1.75
- 1.6 温控范围：室温以上5℃~55℃
- 1.7 时间编程：色谱峰极性，峰宽
- 1.8 零校准：自动回零
- 1.9 阀功能：自动排气阀及自动溶剂回收阀
- 2.0 pH 范围：2.3~9.5
- 2.1 免费上门安装，提供免费培训服务，仪器安装验收后提供免费一年质保。

三、高压蒸汽灭菌器

- 1、罐体部分拥有中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、制造许可证
- 2、随机提供主管部门特种设备检测研究院颁发的特种设备制造监督检验证书
- 3、高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间
- 4、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为 135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行
- 5、数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便
- 6、槽内温度及推移过程通过 LED 实时显示监测
- 7、设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的 AC100V—120V 以及AC200V—240V 电源规格的产品
- 8、搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员
- 9、灭菌器内腔采用 3mm 厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理，设计使用年限：20 年。
- 10、GLP/GMP 检测规则对应
- 11、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃ 45-80℃（预热温度）
45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程） 105-135℃（灭菌工程）
- 12、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。
- 13、使用环境温度：5-35℃
- 14、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间
- 15、排气阀：全开放用和慢开放用各一个
- 16、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）
- 17、冷却风扇：轴流风扇马达
- 18、控制器：微电脑PID 控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示
- 19、定时功能（任意模式）：定时 0 或者 1 分—99 小时 59 分，分解能力：1 分
- 20、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式
- 21、其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20 件）、时间累计、时间显示、操作音 ON/OFF 设定功能

22、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR 短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警

告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀，倡导以人为本的安全、环保理念

23、外形尺寸：W680 x D760 X 1154mm

24、罐内有效尺寸：内径 450 X H692mm

25、罐体有效容积：110L

26、本体重量：约 145kg

27、电源电压：AC200—240V

28、附属品：灭菌框 3 个，蒸汽接收杯 1 个，排水箱 1 个，排水管 1 根，抱箍 1 个，灭菌效果测试卡 30 片

29、产品随机提供压力容器证明，特检院检测报告，设计蓝图等。

30、免费上门安装，提供免费培训服务，仪器安装验收后提供免费一年质保。

四、真空离心浓缩仪

一 主机：

1. 模块化设计，离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装。

2. 采用LCM段式液晶控制面板，微电脑控制，提供更高亮度，更高对比度

*3. 一键启动功能，整个流程一气呵成，自动化程度高。 4.

内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后再抽真空

5. 交流变频免维护感应电机，电磁驱动离心系统，噪声小，免维护

*6. 温控快捷键设计：室温、30℃、45℃和 60℃，确保安全有效地浓缩多种样品

7. 防腐蚀：腔体为Teflon涂层铝合金

*8. 原装进口减压阀自动真空释放，操作简便安全，具备自动开关功能 9.

转速范围：300rpm到1800rpm可调。

10. 最大离心力：≥430×g

11. 定时范围：0-9999min可调

12. 极限真空值：<30Pa

13. 温度设定范围：室温-70℃，1℃递增

14. 系统设计安全：断电自动泄真空，保护样品安全

15. 运行过程中可随时修改参数，简单快捷

16. 国际标准真空接口，可与多种真空泵联用

17. 转子配置：90x1.5ml角转子，8x50ml+8x10ml角转子

二 冷阱：

*1. 冷阱腔体采用304不锈钢拉伸一体成型工艺，Teflon高温喷涂工艺。 2.

密封圈双极密封，耐腐蚀材料。

3. 排液管选用聚四氟乙烯管路。

4. 欧洲原装进口排液阀。

5. 快速达到-60℃，显著提高真空浓缩系统的效率，加快浓缩过程。

6. 高效压缩机具有优越的性能和可靠性，欧洲品牌压缩机，无氟环保制冷剂。

7. 创新的管式换热模块，提供更低温度。

8. 宽度仅30cm，节约实验台空间。

9. 冷阱视窗选用超白钢化玻璃，安全、透明、耐腐蚀。

10. 冷阱容量：2000ml

*11. 极限温度：-60℃

三 原厂防腐蚀隔膜真空泵

1. 与气体接触部位均采用四氟乙烯PTFE材料制作，抗化学腐蚀能力强

2. 采用新型低温升电机，泵体温度低
3. 全新的结构设计，真空度及抽气速率显著提升
4. 阀片采用进口材料
5. 电机功率：180w
6. 转速（rpm）：1300
7. 极限压力（mbar）：7
8. 最大抽气速率（L/min）：28L
9. 外形尺寸（mm）：300W×230D×170H

四 售后服务

免费上门安装：是 保修期：2 年

是否可延长保修期：是

保内维修承诺：免费维修或更换被证明有损坏的部件。三包期之外，只收取配件费 报

修承诺：1 小时内响应，48 小时内到达用户现场

免费仪器保养：每年巡检 2 次 免费培训：提供免费培训服务 现场技术咨询：有

五、全自动视频熔点仪

显示方式：8.1 寸电容触摸屏

温度范围：室温--400℃

温度分辨率：0.01℃

重复性：0.2℃（升温速率为 0.20℃/min）

准确度：±0.4℃（<200℃）±0.7℃（<300℃） 升温速率：0.1℃--20℃

标准毛细管尺寸：内径 0.9~1.1mm，壁厚 0.10~0.15mm

处理能力：4 个/批

用户管理：100 个

数据接口：USB×3,RS232, Wi-Fi

手动测量：有

自动测量：有

视频重放功能：有

数据存数量：128G

符合 FDA21 CFR part 11：是

具有审计追踪功能：是

标准品套件：有

电源：100--240VAC 50Hz/60Hz

尺寸：360*216*188

功率：120W

配置打印机类型：激光打印机

免费上门安装，提供免费培训服务，仪器安装验收后提供免费一年质保。

六、高速冷冻离心机技术参数

最高转速	20000r/min	最大离心力	26660×g
最大容量	6×100ml	温控范围	-20° C~40° C
定时范围	1~99min	噪 音	≤58dBA
外型尺寸	608×570×380	净 重	≤82 KG
控速精度	±50r/min	电 源	AC 220V 50HZ 10A
控温精度	±1° C	转子容量	16×5ml、12×10ml、8×20ml、6×50ml、 6×100ml
免费上门安装，提供免费培训服务，仪器安装验收后提供免费一年质保。			

七、电子天平

一、参数及功能

- 1、最大称量值:320g
- 2、可读性: 0.1mg
- 3、典型重复性: 0.08 mg
- 4、典型线性: 0.06mg
- 5、稳定时间: 3S
- 6、彩色液晶触摸屏，操作更便捷，使用寿命更长
- 7、具有中文操作界面
- 8、金属底座，抗震性强，仪器耐用
- 9、单模块传感器（MonoBloc）优良性能，过载保护，保护天平
- 10、全自动温度漂移及时间设定的校准技术，确保称量时刻准确
- 11、最小称量值警告功能，避免称量超限制
- 12、具有统计分析功能，称量数据优化管理
- 13、具有ISO日志，如校准、调节水平及时间日期更改，密码保护提供额外的安全性，避免非授权人员对天平设置的更改
- 14、具有4个样品ID功能设置，以免样品混淆
- 15、具有多名用户的用户管理
- 16、具有RS232、USB、LAN、蓝牙通讯接口，方便各种数据传输
- 17、电子水平气泡，水平调节指向功能，方便现场快速调节天平水平
- 18、防风玻璃快速锁定，方便清洁
- *19、支持电池供电，交流直流两用，方便现场特殊情况使用
- 20、具有称重，统计称量，检重称重，求和称量，计件称量，配方称量，百分比称量，动态称重，自由因子称量，密度测定，PC直连(简单的数据传输)
- 21、售后服务: 免费上门安装，提供免费培训服务，仪器安装验收后提供免费一年质保。

八、箱式电阻炉技术参数

炉膛尺寸W*P*H (mm)	$\geq 200 \times 300 \times 120$
外型尺寸W*P*H (mm)	$\leq 520 \times 680 \times 660$
炉膛容积	$\geq 7.2L$
炉膛材料	陶瓷材料
最高温度	1200℃
使用温度	$\leq 1150^{\circ}C$
控温仪表	程序PID控温仪
控温精度	$\pm 1^{\circ}C$
升/降温速率	$\leq 45^{\circ}C/min$, $1000-300^{\circ}C \geq 5^{\circ}C/min$
加热元件	铁铬铝电热合金丝 (0Cr21A16Nb)
电源电压	AC220V 50HZ
额定功率	$\leq 3KW$
工作电流	$\leq 16A$
炉体	冷轧钢板外壳/不锈钢内门、双层、带风扇
免费上门安装，提供免费培训服务，仪器安装验收后提供免费一年质保。	

九、台式空气浴恒温摇床技术参数

显示方式	液晶一屏显示
控温范围	室温+5~60℃
温度分辨率	0.1℃
照明方式	内置照明灯
制冷方式	不带制冷
旋转频率	30~400rpm
摆振幅度	Φ26mm
开门方式	上开门（全透明上盖）
最大容量	50ml×20/100ml×16/250ml×12/500ml×9
托盘尺寸	450*370mm
振荡方式	回旋式
输入功率	320W
内胆尺寸	410*430*270mm(51L)
外形尺寸	620*580*520mm
托盘数量	一块
定时范围	0~999小时
免费上门安装，提供免费培训服务，仪器安装验收后提供免费一年质保。	

第四章：投标文件格式

附件：一

投标文件封面格式

注明：正本或副本

铜仁市检验检测院化妆品检测仪器设备采购

投 标 书

采购项目名称： _____

采购项目编号： _____

投标单位名称： _____（公司盖章和法人签名）

地 址： _____

联 系 人： _____

联 系 电 话： _____

附件二

投 标 函

铜仁市检验检测院：

我方授权_____（姓名）_____（职务）为全权代表，参加招标编号GZDXTRCG2021-01-03的招标活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方愿意按照招标文件的全部要求，对招标编号为GZDXTRCG2021-01-03进行投标报价。

2、我方将按招标文件的规定执行合同责任的义务。

3、我方已详细阅读了全部招标文件，包括补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有异议的权力。

4、我方承诺：我方的报价中，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价中已包含本次投标所有采购货物（竞争谈判文件的清单所示的全部内容）的费用，（含各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用）。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方的评标原则和方法及不向落标人解释落标原因的方式。

我方提交的投标报价如下：

货物采购报价表

项目编号：GZDXTRCG2021-01-03

序号	名称	品牌/规格	数量及单位	单价（元）	合价（元）

附件三

报 价 表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	货 物 名 称		
1	数量		
2	规格型号		
3	质保期		
4	交货期		
5	运杂费、保险费		
6	培训费		
7	总报价（含其他优惠条件）		

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：_____

谈判供应商名称（公章）：_____

报价时间：_____年____月____日

附件四

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：1、应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条款的响应和偏离。特别有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值，参数值必须填写完整，并且必须填写投标产品的实际参数，不得以简单复制竞争性谈判文件要求替代，若中标后所供货物与此表的产品不符时，将取消中标资格，所产生的费用自行承担。

2、如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期：_____年____月____日

附件八

法定代表人身份证明书

_____（姓名），职务：_____（职务）；身份证号
码：_____；年龄：_____；
系_____（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位全称：_____（公章）

年 月 日

附： 法定代表人身份证复印件（加盖单位鲜章）

中小企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为__（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____（采购人）的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声明人：_____（投标供应商名称、公章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

日期：_____

说明：1、提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商） 2、

填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

其 他 文 件

投标人认为需要提供的其他材料
格式自理

投标文件所提供资料参数真实性承诺

我公司对所提供的文件、证件、有关材料及其复印件参数的有效性、合法性、真实性、作保证，绝无弄虚作假，如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

单位：（公章）

授权人：（签字）

二〇 年 月 日通

信地址：

联系人：

联系电话： 手机

办公电话

第五章：合同主要条款
(合同模板仅供参考，具体内容双方协商为准)

政府采购合同

(合同模板仅供参考, 具体内容双方协商为准)

甲方: _____

乙方: _____

甲乙双方根据 2021 年 月 日政府采购竞争性谈判文件(项目编号: GZDXTRCG-2021-01-03)的要求和谈判(投标)文件承诺及现场承诺, 确定由 (以下简称乙方) 中标, 负责提供货物(货物清单及要求附后)及售后服务。经协商达成以下政府采购协议。

一、货物名称、规格型号、产地、数量、金额、供货时间:

货物名称	规格型号	产地	单位	数量	单价(元)	总金额(元)	供货时间
合计人民币(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写):							

二、质量要求及技术标准:

三、交货地点: (由采购人指定)

四、交货时间: 按照采购人要求适时供货

五、运输费用: 供应商负责

六、验收方式: 由采购人组织相关部门验收

七、付款方式: 与甲方合同签订为准。

八、双方权利和义务: 1、供应商必须按照标准供货; 2、运输过程中产品安全由供应商负责;
3、发生争议时, 双方协商解决, 协商不成的, 可通过法律途径解决。

九、技术支持及售后服务: 1) 质保期为验收合格后一年, 国家或厂家对设备或配件另有规定更长免费保修期限的从其规定。 2) 在质保期内, 凡因正常使用出现的质量问题, 中标供应商提供免费维修或更换。需返厂维修时, 中标供应商支付设备或组件的包装运输费, 同时承担装运风险。保修期内, 所有维修服务(人为损坏的除外)均免费。 3) 质保期结束后, 中标供应商仍负责对设备提供有偿维修服务(中标供应商需在合同中提供有偿服务价格表, 凡表中未有的项目属于免费范围)

十、违约责任: 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款承担惩罚。

十一、合同纠纷的解决: 由甲乙双方协商解决, 如达不成共识, 由合同签订所在地人民法院管

辖。

十二、其它：本合同附件与本合同具有同等法律效力。_____

十三、因任何原因造成的市场价格波动，均按合同价执行。

十四、本合同一式四份，采购人一份、供应商一份、报采购办、交易中心各一份。合同条款如有未尽事宜由甲乙双方协商补充。

采购人：（盖章）

供应商：（盖章）

法定代表人或授权

法定代表人或授权

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

联系电话：

联系电话：

签署地点：

签署日期： 年 月 日

第六章：评审标准

- 1、评标办法：最低评标价法
- 2、评审标准：满足招标文件要求且报价最低的供应商为本次项目中标供应商

附表 A-1:

评审委员会签到表

采购项目名称:

评审时间: 年 月 日

序号	姓名	职称	专家证号	签到时间	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

附表 A-2:

资格性和符合性审查表

项目名称：
 招标编号： 招标方式：竞争性谈判
 地点： 开标时间： 年 月 日 时

投标单位					
项 目					
营业执照（三证合一）复印件加盖公章					
组织机构代码证（复印件加盖公章）（三证合一无此项）					
2020 年以来任意一个自然月缴纳税收及社保证明。					
需提 2020 年以来任意一个月的经审计的财务报告或提供银行资信证明。					
参加本次招标活动近三年在国内服务合同执行过程中，未因设计问题而造成批量退货或严重影响施工的声明（投标人自行承诺）					
售后服务承诺书					
投标保证金凭证					
参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人自行承诺）					
投标文件封面格式					
投 标 函	格式				
	交货时间地点				
	付款方式				
投标分项目报价表（项目、数量）					
技术响应、偏离表					
售后服务承诺及方案					
法定代表人身份证明书					
法定代表人授权委托书					
其他要求:1、如你方中标，需承诺按照采购人要求完成所有设备的安装、调式及验收合格并移交采购人。					
投标文件所提供资料参数真实性承诺					
审查结果					

审查人： 监督人： 采购人代表：

附表 A-3:

开标和唱标记录表

项目名称:

招标编号:

招标方式: 竞争性谈判

地点:

开标时间: 年 月 日 时

序号	投标供应商	法定代表人身份证明或委托书及身份证复印件	投标保证金	投标文件密封情况	第一轮报价(元)	第二轮报价(元)	投标代表签字	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
采购人预算价(元)			元					

记录人:

监督人:

采购人代表: