



政府采购公开招标 采购文件

项 目 编 号: 0773-2141GZZC08

项 目 名 称: 印江土家族苗族自治县中医医院血透室、ICU 设备采购

采 购 人: 印江土家族苗族自治县中医医院

代 理 机 构: 中金招标有限责任公司

目 录

第一章 采购公告	4
第二章 供应商须知前附表	6
第三章 供应商须知	10
第四章 采购需求一览表及技术、商务要求	22
第五章 评标方法及评定标准	32
第六章 合同条款	37
第七章 附件——投标文件格式	42



敬告：投标前请认真阅读本招标文件！

本招标文件随本次招标工作的结束自行失效，招标代理单位保留对本文件的解释和修改权。

温馨提示: 供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前, 供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理, 以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心(以下简称“交易中心”) 政府采购交易系统。

二、一律不接受纸质投标文件, 只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前, 应当到依法设立电子认证服务机构在交易中心设立的办理点, 办理 CA 数字证书和电子签章。【因我中心处于推行电子标阶段, 请各位投标人上传加密的电子投标文件后, 并携带密封好的纸质投标文件(三份备用) 前往交易中心投标。】

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的, 供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件, 否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统, 且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、对收取投标保证金的项目, 只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账, 建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下:

1. 线上报名获取缴纳随机码

登录公共资源电子交易系统 (jyzx.trcs.gov.cn)

进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目, 点【操作】按钮, 进入该项目报名页面。

进入报名页面填写完报名信息后(带*号为必填项), 点左上角【保存修改】按钮。

报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】, 务必记录留存备用。该随机码一旦生成, 即使修改报名信息, 也不可更改。

2. 缴纳保证金

按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户, 打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致(要求从登记的基本户打款), 即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

不论何种渠道转款(不可用现金转账), 转款备注(用途) 栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】;

打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他(XX 项目保证金之类)、随机码填写错误, 均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

-【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目, 查看【缴纳状态】, 如支付成功, 将显示“已缴纳保证金”。确认到账回执信息, 打印留存备用。

六、加★号的条款均被视为重要的指标要求, 必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足, 将按投标无效处理。

七、投标人报价低于最高限价 60% 的, 必须在投标文件中说明报价理由。

八、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当按评标委员会的要求, 在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 将被作为无效投标处理。

九、对可接受分公司投标的项目, 分公司投标的, 需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书, 授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具

- 4 - 授权书。已由总公司授权的, 总公司取得的相关资质证书对分公司有效, 法律法规或者行业另有规定的除外。

十、联合体投标的, 供应商录入报名投标信息时, 须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

十一、评标委员会评标时, 对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息, 请供应商及时维护、更新企业库的信息, 确保其有效性。

十二、供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商, 其投标(响应) 文件中的相关内容(主要中标或者成交标的的名称等), 将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上, 接受社会监督。

十三、中金招标有限责任公司为采购代理机构, 不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责, 如供应商发现相关资料被盗用或复制, 应遵循法律途径解决, 追究侵权者责任。

十四、(本提示内容非招标文件的组成部分, 仅为善意提醒。如有不一致, 以招标文件为准。)

第一章 印江土家族苗族自治县中医医院血透室、ICU设备采购公告

项目概况

印江土家族苗族自治县中医医院血透室、ICU 设备采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(<http://jyzx.trs.gov.cn>)获取招标文件,并于 2021-04-27 10:30:00 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本信息

项目名称: 印江土家族苗族自治县中医医院血透室、ICU 设备采购

项目编号: 0773-2141GZZC08

采购方式: 公开招标

项目序列号: 0773-2141GZZC08

采购主要内容: 包 1 (预算: 230 万): 双级反渗透水处理装置 1 台、呼吸机 1 台、病人监护仪 1 台; 包 2 (预算: 50 万): 集中供液系统 1 套 (详见招标第四章采购需求)。

采购数量: 1 批

预算金额: 2800000.00 (元)

最高限价: 2800000.00 (元)

本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求

一般资格要求: 中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织, 符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定:

①、具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明;

②、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求: 供应商是法人的, 应提供 2019 年度经审计的财务报告 (2019 年至今新成立的供应商可不提供), 或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人, 没有经审计的财务报告, 可以提供银行出具的资信证明。

③、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力: 具体要求: 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 (自拟声明)。

④、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 具体要求: 提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料 (2020 年至今任意三个月);

⑤、参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (自拟声明);

⑥、法律、行政法规规定的其他条件: 供应商须承诺: 在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中, 如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。

⑦、不接受联合体投标。

特殊资格要求: 投标人是生产厂商的须具备《医疗器械生产企业许可证》, 投标人是经销商的须具备《医疗器械经营许可证》。

三、获取招标文件

时间: 2021-04-07 09:00:00 至 2021-04-13 17:00:00 (提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日) 每天上午 09:00 至 12:00, 下午 14:30 至 17:00 (北京时间, 法定节假日除外)



地点: 全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市) (<http://jyzx.trs.gov.cn>)

方式: 网上获取

售价: 300 元人民币(含电子文档)

投标保证金(元): 包 1:4 万元; 包 2: 1 万元。

投标保证金交纳时间: 2021-04-07 09:00:00 至 2021-04-27 10:30:00

投标保证金交纳方式: 采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站(jyzx.trs.gov.cn), 点击首页-办事指南-保证金缴退, 自行缴纳保证金; 或者采用《投标保证金保函》(电子保函)提交(具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》)

开户单位名称: 铜仁市公共资源交易中心印江分中心投标保证金专户

开户银行: 贵州银行印江县支行

开户账号: 0612001900000189

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间: 2021-04-27 10:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 不得少于 20 日)

地点: 铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标室

时间: 2021-04-27 10:30:00

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策: 已落实

PPP 项目: 否

简要技术要求、服务和安全要求: 具体要求详见招标文件。

交货地点或服务地点: 采购人指定地点。

其他事项(如样品提交、现场踏勘等): 无。

交货时间或服务时间: 签订合同后国产产品 30 日历天, 进口产品 90 日历天。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1、采购人信息

名称: 印江土家族苗族自治县中医医院

项目联系人: 吴仲文

地址: 印江土家族苗族自治县中医医院

联系方式: 0856-6222379

2、代理机构信息(如有)

代理全称: 中金招标有限责任公司

联系人: 杨爽

地址: 贵阳市高新区联合广场 3 栋 4 层 12 号

联系方式: 0851-85259777

3、项目联系方式

联系人: 杨爽

电话: 0851-85259777

中金招标有限责任公司

第二章 供应商须知前附表

说明:本表是对投标须知的具体补充和修改,如有差异,应以本表为准。(注:本项目是电子开评标,请各位投标人携带 CA 锁到交易中心投标,请各位投标人认真阅读招标文件内容,并制作符合招标文件的电子投标文件。)

序号	项目名称	印江土家族苗族自治县中医医院血透室、ICU设备采购
1	内 容	说 明 与 要 求
2	供应商 资格要求	(1) 一般资格要求: 中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织,符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定: ①、具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明; ②、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求:供应商是法人的,应提供 2019 年度经审计的财务报告(2019 年至今新成立的供应商可不提供),或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人,没有经审计的财务报告,可以提供银行出具的资信证明。 ③、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力: 具体要求:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自拟声明)。 ④、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 具体要求:提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料(2020 年至今任意三个月); ⑤、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录: 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自拟声明); ⑥、法律、行政法规规定的其他条件:供应商须承诺:在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资

		格, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。 ⑦、不接受联合体投标。 (2) 特殊资格要求: 投标人是生产厂商的须具备《医疗器械生产企业许可证》, 投标人是经销商的须具备《医疗器械经营许可证》
3	投标保证金	1. 投标保证金金额: 按采购公告的规定办理。 2. 投标保证金交纳形式: 按采购公告的规定办理。 3. 投标保证金在有效期同投标有效期。 4. 投标保证金交纳截止时间: 按采购公告的规定办理。
4	投标报价	1. 最高投标限价: 包1:230万元; 包2: 50万元 2. 投标报价: 针对本次所采购货物及售后服务报价, 超过最高投标限价作废标处理。 3. 货物类报价应包括: 货物费、运输费(到达采购人指定地点)、安装调试费、检验费、售后服务费、税费、培训费、外贸代理费、办理进出口贸易手续等直至货物到达使用地点并能正常投入使用所发生的一切费用, 即总价包干。 4. 投标货币: 人民币
5	投标文件的递交	(注: 本次招标采用电子招标, 各投标单位同步提供纸质版投标文件备用。纸质版投标文件应与电子版投标文件一致, 不一致的, 以电子版投标文件内容为准; 投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标平台上上传了投标文件后, 但在开标时其投标文件解密失败的情况下, 以非加密的电子投标文件U 盘(. nTRTF 格式) 为准。) 1. 投标有效期: 90天 2. 投标文件的份数: ①纸质投标文件份数: 叁份(备用) ②加密的电子投标文件(. TRTF 格式) 壹份 ③与纸质“投标文件”相同的PDF扫描件(U盘储存)及非加密的电子投标文件(. nTRTF 格式) U 盘贰份 3. 投标截止期: 见采购公告 4. 投标文件的递交时间: 投标截止时间前半小时(北京时间) 5. 投标文件递交要求: 5. 1、电子版要求: (1) 电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件(. TRTF 格式) 到全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(jyxx. trs. gov. cn) 电子招投标交易平台的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(jyxx. trs. gov. cn) 电子招投标交易平台系统问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与江苏国泰新点软件有限公司铜仁现场技术部联系。联系电话: 0856-3960513。 (2) 与纸质“投标文件”相同的PDF扫描件(U盘储存)及非加密的电子投标文件(. nTRTF) U 盘单独密封在一个包封套内, 由投标单位法定代表人或委托代理人在参加开标会时带至开标会现场备用。 5. 2、纸质版要求: (1) 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交纸质版投标文件。 (2) 投标文件递交地点: 铜仁市公共资源交易中心印江分中心(地址:



		铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标室), 面交中金招标有限责任公司。招标人需要投标人提交相关原件资料的, 投标人应在递交投标文件时 将原件一并提交。投标文件由招标人 (或招标代理机构) 接收。	
6	开 标	时 间	见采购公告
		地 点	铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标室
7	评 标	评标方法	综合评分法
		评标标准	详见第五章中评标方法和评定标准。
		增减变更	采购人在授予合同时有权根据客观因素对采购货物数量和服务予以适当增加或减少。
8	交货及地点	1. 交货期: 签订合同后国产产品30日历天, 进口产品90日历天。 2. 交货地点: 采购人指定地点	
9	付款方法和条件	除合同另有规定外, 乙方将全部产品运至甲方指定的地点, 经安装验收合格后, 甲方支付合同总额的50%, 设备安装验收合格满 6 个月, 且科室使用过程中无任何问题, 甲方向乙方支付合同总金额的 30%, 剩余 20%部分作为质保金, 该质保金在质保期满后, 15日内无息支付。乙方所供设备运到甲方指定地点后, 由甲方或代理机构组织有关部门对其设备进行验收, 验收合格后方可付款。	
10	履约保证金	中标供应商在签订合同前, 须以银行汇票、电汇凭据、银行进帐单等形式向需方交纳中标金额8%的履约保证金; 签订合同后, 若中标供应商不按双方签订合同规定履约, 则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的, 按实际损失赔偿; 合同履约保证金在项目实施验收合格后, 15日内无息退还。	
11	质疑与投诉	1. 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面原件形式向采购人或代理机构提出质疑, 逾期质疑无效。 2. 供应商应知其权益受到损害之日是指: 对招标文件提出质疑的, 为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日; (1) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日; (2) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告发布之日。 3. 质疑文件应当包括下列主要内容: 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等; 质疑项目及编号、质疑事项; 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源; 提出质疑的日期。(注: 质疑函格式详相关政府采购文件) 4. 质疑函应当署名: 质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字; 质疑供应商为法人的, 应当由法人代表签字并加盖法人章, 质疑供应商为其他组织的, 应当由其负责人签字并加盖单位公章。 5. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料, 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则, 提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源, 证据来源必须合法, 采购人或代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方, 请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者, 将上报政府采购监督管理部门依法处理。 6. 质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人、	



		招标代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。 7. 质疑受理部门: 中金招标有限责任公司或印江土家族苗族自治县中医医院 8. 提交质疑文件地点: 采购人名称: 印江土家族苗族自治县中医医院 联系地址: 印江土家族苗族自治县中医医院 项目联系人: 吴仲文 联系电话: 0856-6222379 采购代理机构全称: 中金招标有限责任公司 联系地址: 贵阳市高新区联合广场3栋4层12号 项目联系人: 杨爽 联系电话: 0851-85259777 (只接受现场提交书面质疑函)。 9. 本次采购活动中, 采购人或招标代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄(到付方式)或电子邮件。
12	中标服务费	根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改委《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件的有关规定下浮20%向中标人收取招标代理服务费, 投标人在报价时须自行考虑此因素。
13	电子招标的应急措施	1、电子开标评标如出现下列原因, 导致系统无法正常运行; 或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息的安全; 或出现其他软件专业人员不能现场处理的技术性问题时, 交易中心应协助招标人、招标代理机构采取应急措施。 (1) 系统服务器发生故障, 无法访问或使用; (2) 系统的软件或数据库出现错误, 不能进行正常操作; (3) 系统发现有安全漏洞, 潜在的泄密危险; (4) 病毒发作或受到外来的攻击; (5) 其他无法保证招投标过程公平、正和信息安全的情形。 2、出现上述情况时, 应对未开标的电子投文件暂停。并在相关人员监督下采用纸质版投标文件开标、唱标。 3、已在系统内开标、评标的, 立即停止。经采购人确认后改用纸质投标文件进行评审直至得出结果。 4、远程评标时如遇上述情形, 经采购人确认后在本市抽取专家按纸质投标文件继续评审直至得出结果。 5、若故障解除后专家已完成评审, 发现投标人上传的电子文件与电子投标文件 U 盘、纸质版投标文件不一致, 或未上传电子投标文件, 则取消其中标候选人资格。 6、对纸质投标文件没有要求的, 经采购人确认后, 等待系统恢复正常后再组织进行。 7、采取应急措施时, 必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
14	备 注	本次采购产品含进口产品, 如国货能达到采购需求, 不排斥国货参与竞争。如投标文件中有英文或其它语种时, 请翻译成中文。

第三章 供应商须知

一、说 明

1. 招标代理机构及合格的供应商

1.1 招标代理机构（以下简称“招标机构”）是指依法取得招标资格并从事招标代理业务的企业法人。

1.2 合格的供应商

1.2.1 符合“供应商须知前附表”之供应商，可以参加本次投标。

1.2.2 供应商不得直接或间接地与其他供应商或其附属机构有任何关联。

1.2.3 供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.2.4 有能力提供本招标文件所述货物及服务，符合本招标文件对供应商资格标准要求且已实质性响应招标要求的供应商为合格供应商。

1.2.5 一个供应商只能提交一份投标文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.2.6 供应商不得与本次招标项目下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

1.2.7 本次招标不接受联合体投标。

1.2.8 投标代表在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加投标。

1.2.9 为证明供应商有足够的 ability 有效地履行合同，供应商在投标文件中还应具备（包括但不限于）招标公告中资格要求所需要提交的材料。

2. 资金来源

2.1 采购人已拥有一笔资金。采购人计划用该部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

3. 投标费用

3.1 不论投标的结果如何，供应商自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

二、招标文件

4. 招标文件构成

4.1 要求提供服务的内容及详细需求、供应商须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共八章，各章的内容如下：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知

第四章 采购需求一览表及技术、商务要求

第五章 评标方法及评定标准

第六章 合同条款

第七章 附件——投标文件格式

4.2 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险,并可能导致其投标被拒绝。由此产生的一切后果,由供应商自行承担。

5. 招标文件的澄清

5.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清,可用书面、传真、电报形式在投标截止日期十天前通知招标代理机构,如不在规定时间内送达则无效。招标代理机构将以书面、传真、电报做出答复。

6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止日期十五日前,采购人或招标代理机构无论出于自己的考虑,还是出于对供应商提问的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2 采购文件的修改应以书面形式在铜仁市公共服务中心平台系统通知所有采购文件收受人,并对其具有约束力。

6.3 如遇特殊情况,采购人有权决定推迟投标截止时间和开标日期,并将此变更通知所有购买采购文件的供应商。

三、投标文件的编制

7. 投标范围、语言及投标文件中计量单位的使用

7.1 供应商应对采购文件中第四章“采购需求一览表及技术需求”所列的所有服务进行投标。

7.2 投标文件中所使用的计量单位,除采购文件中有特殊要求外,应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 供应商提交的投标文件以及采购人与采购代理机构和供应商就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料,都应提供中文翻译本,在解释时以中文翻译本为准。

8. 投标文件构成

8.1 供应商应完整地按采购文件提供的投标文件格式填写投标文件,投标文件应包括以下内容:

8.1.1 投标函(附件一)。

8.1.2 唱标报告（附件二）。

8.1.3 报价明细表（附件三）。

8.1.4 技术要求偏离表（附件四）。

8.1.5 商务要求偏离表（附件五）。

8.1.6 项目实施方案及服务承诺（附件六）。

8.1.7 投标资格证明文件（附件七）。

8.1.8 中标服务费确认书（附件八）。

8.1.9 投标其它说明等（附件九）。

8.1.8 装订要求:

(1) 加密电子投标文件（.TRTF 格式）无需装订，只需上传至到全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）电子招投标交易平台的指定位置即可；

(2) 非加密电子投标文件（.nTRTF 格式）无需装订，只需以 U 盘承载，作为备用电子开标、评标投标文件；

(3) 纸质“投标文件”可采用交易中心系统内的电子投标文件打印并装订成册，作为应急评标文件。所有纸质“投标文件”必须用 A4 幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章，供应商未按上述要求装订的视为投标文件无效。

9. 投标报价和货币

9.1 在投标有效期和合同有效期内，供应商对投标货物及服务的报价，应固定不变。投标报价应按“供应商须知前附表”的要求报价，以人民币为结算单位。

9.2 每种服务只能有一个投标报价。

10. 保证金

10.1. 参与投标的供应商必须在采购公告中规定的投标保证金缴纳截止时间之前缴纳保证金，保证金为：

10.2 政府采购项目保证金缴纳要求（详细流程请访问全国公共资源交易平台（贵州省•铜仁市）网站的保证金缴纳流程为准）：

10.2.1 线上报名获取缴纳随机码：登录公共资源电子交易系统（jyzx.trs.gov.cn）；进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

10.2.2 进入报名页面 填写完报名信息后（带*号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

10.2.3 缴纳保证金：按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

10.2.4 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一，必填 报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】； 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

10.2.5 打印回执：进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目， 查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”。点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。

10.3 下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还投标保证金：

10.3.1 供应商在公开采购文件中规定的有效期内撤回其投标响应。

10.3.2 供应商在规定期限内未按本须知第 26 条签订合同。

10.3.3 供应商将成交项目转让给他人，或者在公开采购投标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

11. 投标有效期

11.1 根据本须知 15 条款规定，投标应在规定的开标时间后的“投标相关资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式通知。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 10 条款有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

12. 投标文件的签署

12.1 电子版要求：投标文件按格式要求盖章、签字。

（1）所有要求签字的地方都应用本企业法定代表人签字（签章）或经其法定代表人正式授权的代表签字（签章）。

（2）所有要求盖章的地方都应用本企业制作该项目投标文件的 CA 印章签章（法定名称）。

12.2 纸质“投标文件”可采用交易中心系统内的电子投标文件打印并装订成册，作为应急评标文件。所有纸质“投标文件”必须用 A4 幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章，供应商未按上述要求装订的视为投标文件无效。

12.3 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行承担。

四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封和标记

13.1 供应商应将公开招标投标文件全部装入公开招标投标文件袋加以密封,并在每一封贴处密封签章(公章、法定代表人或其法定代表授权人的签名或盖章均可)。

13.2 投标文件袋封面按下列格式

项目名称: 印江土家族苗族自治县中医医院血透室、ICU 设备采购

项目编号: 0773-2141GZZC08

(注: 开标时间以前不得启封)

供应商名称: (盖章)

法定代表人或法定代表人授权代表: (印章或签字)

日期: 年 月 日

外层封套上应清楚地标明供应商名称、招标项目名称、项目编号和“在开标之前不得启封”的字样。

13.3 为方便开标唱标, 供应商应将“唱标报告”(一式两份)另密封进一个信封,并在信封上标明“唱标报告”字样,在投标时单独递交。

13.4 为方便核查供应商身份资格, 供应商应将“法定代表人授权书(委托代理人参会提供)或法定代表人身份证明(法定代表人参会提供)”另置一份,在递交投标文件时单独递交(无需密封)。

13.5 与纸质“投标文件”相同的 PDF 扫描件壹份(U 盘储存)及非加密的电子投标文件(.nTRTF 格式)U 盘贰份单独密封,并在信封上标明“电子档投标文件”字样,在投标时单独递交。

13.6 所有投标资料袋,须在每一封贴处密封签章(公章、法定代表人或其法定代表授权人的签名或盖章均可)。

13.7 供应商在递交投标文件时,未按本须知要求密封、标记的,采购代理机构将不予接收,由此造成的一些后果由供应商自行承担。

13.8 投标文件递交要求:

13.8.1 电子版要求:

(1) 电子投标文件的递交

a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件(.TRTF 格式)

到全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(jyzx.trs.gov.cn)电子招投标交易平台的指定位置。上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

b、投标人因全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(jyzx.trs.gov.cn)

电子招投标交易平台系统问题无法上传电子投标文件时,请在工作时间与江苏国泰新点软件有限公司铜仁现场技术部联系。联系电话: 0856-3960513。

(2) 与纸质“投标文件”相同的 PDF 扫描件(U 盘储存)及非加密的电子投标文件(.nTRTF)U 盘单独密封在一个包封套内,由投标单位法定代表人或委托代理人在参加开标会时带至开标会现场备用。

13.8.2、纸质版要求:

(1) 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交纸质版投标文件。

(2) 投标文件递交地点: 铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标室(地址: 铜仁市公共资源交易中心印江分中心四楼开标室), 面交中金招标有限责任公司。招标人需要投标人提交相关原件资料的, 投标人应在递交投标文件时 将原件一并提交。投标文件由招标人(或招标代理机构)接收。

(注: 本次招标采用电子招标, 各投标单位同步提供纸质版投标文件。纸质版投标文件应与电子版投标文件一致, 不一致的, 以电子版投标文件内容为准; 投标人在铜仁市公共资源交易中心电子招投标平台上上传了投标文件后, 但在开标时其投标文件解密失败的情况下, 以非加密的电子投标文件U 盘(.nTRTF 格式)为准。)

13.9、电子招标的应急措施:

13.9.1、电子开标评标如出现下列原因, 导致系统无法正常运行; 或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息的安全; 或出现其他软件专业人员不能现场处理的技术性问题时, 交易中心应协助招标人、招标代理机构采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障, 无法访问或使用;
- (2) 系统的软件或数据库出现错误, 不能进行正常操作;
- (3) 系统发现有安全漏洞, 潜在的泄密危险;
- (4) 病毒发作或受到外来的攻击;
- (5) 其他无法保证招投标过程公平、正和信息安全的情形。

13.9.2、出现上述情况时, 应对未开标的电子投文件暂停。并在相关人员监督下采用纸质版投标文件开标、唱标。

13.9.3、已在系统内开标、评标的, 立即停止。经采购人确认后改用纸质投标文件进行评审直至得出结果。

13.9.4、远程评标时如遇上述情形, 经采购人确认后在本市抽取专家按纸质投标文件继续评审直至得出结果。

13.9.5、若故障解除后专家已完成评审, 发现投标人上传的电子文件与电子投标文件 U 盘、纸质版投标文件不一致, 或未上传电子投标文件, 则取消其中标候选人资格。

13.9.6、对纸质投标文件没有要求的, 经采购人确认后, 等待系统恢复正常后再组织进行。

13.9.7、采取应急措施时, 必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

14. 投标文件格式

14.1 供应商应按采购文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“唱标报告”、“报价明细表”及“技术偏离表”和“供货方案”等(附件一至九)。

15. 投标截止期

15.1 供应商应在采购公告或采购邀请书中规定的截止日期和时间内, 将投标文件递交至采购代理机构, 递交地点应是采购公告或采购邀请书中开标地点。

15.2 采购代理机构有权按本须知的规定, 通过修改采购文件延长投标截止期。在此情况下, 采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 供应商在递交投标文件截止时间之前, 可以修改或撤回其投标, 但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前, 收到修改或撤回的书面通知。

16.2 供应商对投标文件的修改或撤回的书面通知应按本须知规定密封、标记和送达。

16.3 在投标截止时间之后, 供应商不得对其投标文件做任何修改。

16.4 从投标截止期至供应商在投标书格式中确定的投标有效期之间, 供应商不得撤回其投标, 否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

五、开标及评标

17. 开标

17.1 招标代理机构在“投标相关资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时供应商法定代表人或其授权代表必须按时到场参加, 招标代理机构将验证其投标代表身份证明材料(法定代表人身份证明或委托代理人的授权委托书原件、身份证原件)。

17.2 验标: 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况; 经确认无误后, 对密封合格的投标文件进行开启并现场解密投标人的电子投标文件。

17.3 有下列情况之一者其投标文件不接收:

17.3.1 供应商法定代表人或其授权代表未准时参加开标会议的。

17.3.2 投标文件未按规定密封的。

17.3.3 投标文件未按规定时间送达指定地点的。

17.4 唱标: 采购代理机构将当众宣读供应商名称、投标价格、服务期、交货地点、投标声明等, 以及招标代理机构认为合适的其他内容。

17.5 在开标时没有启封和唱读的投标文件, 在评标时将不予考虑。没有启封和唱读的投标文件将原封退回给供应商。

17.6 招标代理机构将做详细开标记录。

17.7 供应商必须对唱标内容进行签字确认。

18. 组建评标委员会

18.1 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)和国家相关法规规定, 依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成, 成员人数应当为5人以上单数, 其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

18.2 评标由评标委员会负责, 与供应商有利害关系的人不得进入评标委员会。

18.3 评标委员会名单在中标结果之前保密。

19. 投标文件的初审与澄清

19.1 投标文件的初审



19.1.1 根据中华人民共和国财政部令第 87 号—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条 公开招标采购项目开标结束后,采购人或采购代理机构依法对投标的资格进行审查,合格投标人不足 3 家的,不得评标。

19.1.2 评标委员会将对投标文件进行符合性审查是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。算术错误将按以下方法更正:若单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修改总价;若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致,以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正,其投标将被拒绝。

19.1.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则,评标委员会可以接受,但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

19.1.4 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质性响应是指无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留,与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符。

实质性偏离是指:

19.1.4.1 实质性影响合同的范围、质量和履行。

19.1.4.2 实质性违背采购文件,限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务。

19.1.4.3 不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

19.1.4.4 评标委员会决定投标的响应性只根据采购文件本身的内容,而不寻求外部的证据。

19.1.5 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

19.1.5.1 本采购文件供应商须知 17.3 条款界定的情况的。

19.1.5.2 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

19.1.5.3 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

19.1.5.4 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

19.1.5.5 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

19.1.5.6 不同投标人的投标文件相互混装。

19.1.5.7 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

19.1.6 投标人存在下列情况之一的,投标无效:

19.1.6.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

19.1.6.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

19.1.6.3 不具备招标文件中规定的资格要求的。

19.1.6.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

19.1.6.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

19.1.6.7 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.2 投标文件的澄清

19.2.1 在评标期间,评标委员会有权就投标文件中含糊不清之处向供应商提出询问或澄清要求,供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

19.2.2 必要时评标委员会有权要求供应商就澄清的问题作书面回答,该书面回答应有供应商法定代表人或其授权委托人的签字,并将该书面回答作为投标内容的一部分。

19.2.3 评标委员会要求供应商对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格、漏项等实质性内容做任何更改。

20. 投标文件的详审、评标的方法和定标的原则

20.1 投标文件的详审

20.1.1 评标委员会将按照本须知 19.1 条款的规定,只对符合初审要求的投标文件进行详细评审。

20.1.2 评委会按以下规定进行详审:

20.1.2.1 评委会将依据供应商投标文件中体现的投标人的投标保证金、投标资格、财务经营状况、是否低于成本价、有无不能接受条件、投标服务的技术和生产能力以及业绩、信誉等综合实力进行初步评审。如果确定供应商无资格或无履行合同的能力,其投标将被拒绝。

20.1.2.2 评委会对资格审查合格的投标文件进行符合性评审。

20.1.2.3 评委会对符合性评审合格的投标文件进行商务评审。

20.1.2.4 评委会对商务评审合格的投标文件进行技术评审。

20.1.2.5 评委会对技术评审合格的投标文件进行投标报价评审。

20.1.2.6 评委会只对以上评审合格的供应商按照评标办法和评分标准进行综合评审。

20.2 评标和定标

20.2.1 评标委员会将根据“投标相关资料表”中确定的评标方法和“评分标准”对具备实质性响应的投标进行评估、比较和定标。

20.2.1.1 综合评分法

指对通过了初步评审、资格评审、商务评审和技术评审的投标进行评定。评定量化因素如下:

20.2.1.1.1 投标价格及合理性(评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报

价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理)。

20.2.1.1.2 交货期/服务期/工期。

20.2.1.1.3 付款条件。

20.2.1.1.4 实施方案。

20.2.1.1.5 质量要求及标准。

20.2.1.1.6 “投标相关资料表”和“采购需求一览表及技术需求”中所列的其它具体标准。

20.2.1.1.7 供应商的综合实力、业绩评价、经营信誉和经营状况。

20.2.1.1.8 采购文件要求提供的资料或证明文件。

20.2.1.1.9 采购文件中规定的其它评标因素和标准。

各评委根据“评分标准”进行书面的量化评定,汇总后得分最高的供应商为预中标候选人。

20.2.2 评标委员会完成评标后,由评标委员会向采购人提出书面报告。采购人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人。采购人不得选择中标候选人以外的供应商为中标人。

20.3 中标标准

满足以下条件的供应商有可能中标:

20.3.1 技术、商务条件能最大限度地满足《采购文件》的实质性要求。

20.3.2 投标报价合理。

20.3.3 能提供最佳的服务。

20.3.4 有良好执行合同的能力,具有丰富的经验和良好的信誉。

20.3.5 具有良好的业绩。

能最大限度满足采购文件的实质性要求和采购文件中规定的各项综合评价标准,即综合优势明显的供应商有可能中标。

六、合同的授予

21. 保密

21.1 有关投标文件的审查、澄清、评价和比较以及有关授予合同的一切情况等,都不得向供应商或与评标工作无关的人员透露。

21.2 供应商不得以任何行为影响评标过程,否则投标将被拒绝。

22. 资格后审

22.1 评标委员会或采购人保留审查预中标候选人是否有能力令人满意地履行合同的权力,包括对预中标人的技术生产能力、经营情况、经营状况、规模、资格、人员、场地等方面的核实或现场考察。如果审查通过,评标委员会将把合同授予该供应商。如果审查没有通过,评标委员会将取消其中标资格,并对下一个候选人的投标能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新采购。

23. 授标时更改服务数量的权力

23.1 采购人在授予合同时有权因客观因素对货物数量和服务予以适当的增加或减少。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标,以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权力,对受影响的供应商不承担任何责任,也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

25. 中标通知书

25.1 中标人确定后,采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

25.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

26. 签订合同

26.1 中标人在收到中标通知书 30 天内,应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 “采购文件”、中标人的“投标文件”、中标人的澄清文件及“中标通知书”等,均为签订经济合同的依据。

26.3 中标人如未能按采购文件要求,在规定限期内签订合同,无论何种原因采购人有权取消其中标资格、撤销其中标通知书,并按招投标相关法规,依序选择中标人。若所有中标候选人放弃中标,采购人有权另行采购。

27. 中标服务费

27.1 中标人应按投标相关资料表中的要求和金额向采购代理机构交纳中标服务费。

27.2 中标人应承担自身和本次开标有关的一切费用。

28. 履约保证金

见供应商须知前附表。

29. 中标结果公告

29.1 采购代理机构在采购公告信息发布媒体上发布成交公告。

第四章 采购需求一览表及技术、商务要求

第一节 采购清单及技术要求

一、采购清单

包 1 采购清单

序号	商品名称	配置及参数	单位	数量
1	双级反渗透水处理装置		台	1
2	呼吸机		台	1
3	病人监护仪	双有创血压	台	3
合计				5

包 2 采购清单

序号	商品名称	配置及参数	单位	数量
1	集中供液系统		套	1
合计				1

呼吸机参数要求

一、一般要求

- 1、适用于成人，儿童的整机原装进口呼吸机（一体化内置涡轮压缩机）
- 2、中文操作界面，报警信息以中文显示，有操作提示
- 3、内置式高亮液晶屏幕显示，屏幕至少 6 吋。
- 4、操作简单，方便，操作界面可以个性化配置
- 5、有高压氧气接口

二、呼吸模式：

1、一般通气模式：

A/C（辅助/控制）：IPPV，IPPVassist

SIMV（同步间歇指令通气）

PSV（压力支持）

CPAP/PEEP

2、特殊通气模式：

▲PLV（压力限制通气）

▲BIPAP 双水平正压通气（全程支持自主呼吸）

▲NIV 无创通气模式（所有容控，压控模式下均可以使用）

▲可升级 AUTOFLOW（自动流量调节功能，在保证潮气量的同时以最低的气道压力进行通气，减少人机对抗）

三、呼吸机参数设定：

- 1、▲潮气量输送精确：范围 ≤ 50 至 $\geq 2000\text{ml}$
- 2、流量传感器测量误差率 $\leq 10\%$
- 3、▲呼吸频率可调：2—80 次/分
- 4、▲吸气时间可调：0.2—10 秒
- 5、吸气峰流速：0—180 升/分
- 6、压力上升时间可调：0—2 秒
- 7、▲吸气压力可调：0—100cmH₂O
- 8、▲压力支持：0—35cmH₂O
- 9、▲呼气末正压 PEEP：0—35cmH₂O
- 10、流速加速度：5—200mbar/sec
- 11、氧浓度精确可调：21-100%
- 12、具有叹息功能，间断性复张肺
- 13、▲敏感的流速触发方式：1—15 升/分

四、监测参数要求：

1、监测参数精确，

潮气量监测范围：0-4000ml，包括吸入潮气量，呼出潮气量，

▲呼吸频率监测范围：0-150 次/分，包括总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

▲分钟通气量监测范围：0-99L 升/分，包括分钟通气量 MV，自主分钟通气量 MV_{spon}，
泄漏分钟通气量 MV_{leak}

气道压力监测范围：0-99mbar，气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压

吸入气体温度监测范围：18-51 摄氏度

吸入氧浓度监测范围：FiO₂21-100%；

2、▲可以区别监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量

3、具有实时波形监测功能：压力—时间波形和流速—时间波形

4、记录本功能

五、报警参数要求：

▲1、报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定 15s—60s）、呼吸频率过快报警，吸入潮气量过高报警

2、呼吸回路断开报警

3、智能三级声光报警系统，



4、具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

六、性能要求

1、高压供氧压力：3—6Bar

2、具有待机功能

3、具有智能程序吸痰功能

4、具有呼吸机同步雾化功能

5、具有吸气保持功能

▲6、精确耐用的外置式传感器，可以随时取下方便消毒,传感器失灵时，不影响呼吸机运行

7、漏气补偿功能

8、具有今后升级功能

七、配置要求

1、呼吸机车架一套

2、有自动加温湿化装置

3、夹板肺一个

4、具有呼吸机售后培训，整机保修 2 年。

病人监护仪技术参数

1. **▲标准配置:** 12 导心电/心率、原装进口 Masimo 血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温、17 英寸触摸屏、4+1 功能模块插槽、≤4.3 英寸触摸显示屏转运模块, 内置锂电池。
2. 可升级选配: 有创血压、呼吸末二氧化碳、有创心输出量、无创心输出量, 麻醉气体模块、麻醉深度监测模块等监测功能等。
3. 产品适用于手术室、ICU, 适用于成人、小儿和**新生儿**。

硬件指标

4. **▲标配主机及≤4.3 英寸触摸显示屏急救转运模块和相应附件。**
5. 功能模块插槽 4+1, 分上下两排, 上排一个插槽, 插自带显示屏的可独立工作的多功能模块, 下排 4 个插槽可同时插四个模块; 支持热插拔, 全模块任意组合, 软件自动识别, 界面动态组合。
6. 17 英寸 LED 背光彩色触摸液晶屏, 分辨率 1280×1024
7. 支持按键、触摸、飞梭三重操作, 并支持外置鼠标键盘。
8. 高性能锂电池, 可使用 120 分钟以上。
9. 无风扇设计镁铝合金机架, 超静音, 适合手术室 ICU 等静音环境。
10. 支持 VGA 视频接口、USB 数据接口、网络接口、多功能接口、电源及等电位接口。
11. 数据接口管理仓具有防尘盖和线缆收纳勾。
12. 支持选配内置热敏打印机或外接激光打印机
13. 可升级十个模块插槽, 为主机扩展功能模块, 软件自动识别, 界面动态调整

功能指标:

14. 具有快捷键配置菜单, 对各区域快捷键分区管理, 可灵活选择调换快捷键功能及位置。
15. 屏幕亮度百级可调。
16. 在冻结波形界面, 可选择三项参数对数秒前的数据及波形进行采样打印。
17. 具有手动触发事件功能, 可将实时三个参数波形数据转存为生理报警事件, 便于后续进行查看分析。
18. 具有监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式、演示模式。
19. 具有普通监护、手术/麻醉监护、重症监护、新生儿监护、心脏重症监护五种默认科室。每个科室下有成人、儿童、新生儿三种默认配置。并可自定义。
20. **▲支持与同品牌麻醉机、注射泵及信息化管理系统互联互通, 实现手术室信息一体化。**
21. 在连接急救转运监护仪时, 可实现病例自动导入, 自动合并。新增病例自动弹出病人信息填写界面。
22. **▲转运模块与主机配合使用时可双屏同步显示, 前后可同时观察。**
23. 具有常规界面、大字体界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、列表界面、他床观察界面、全屏 7 导界面、半屏 7 导界面、全屏 12 导界面、ECG 级联界面
24. 常规界面与大字体界面可以任意选择各通道显示参数, 界面根据测量参数数量种类自动调整布局。
25. **▲触摸屏按键双重操作, 支持拼音、五笔、手写中文输入方式**
26. 标配 5 导心电, 支持 3 导、5 导、12 导, 可同屏显示十二道心电波形。
27. 心率检测范围: 成人 15~300 bpm, 儿童/新生儿 15~350 bpm。精 度: ±1rpm
28. 具体心律失常分析功能, ST 段分析功能支持成人、小儿、新生儿
29. 无创血压测量方式: 智能振荡法
30. 测量参数: 收缩压、舒张压、平均动脉压
31. **▲具有动态血压分析功能**
32. 标配 Masimo SpO₂
精度: 测量范围为 0%~100%; 在 70%~100% 范围内, 成人/小儿测量精度为 ±2%
33. 具有灌注指数 PI, 测量范围: 0.02%~20%
34. **▲具有窒息延迟报警功能, 延迟时间 10-60 秒可调。**
35. 具有信号质量指示工具, 可直观判断每次脉搏事件的信号质量。
36. 120 小时所有参数的趋势图和趋势表、5000 组 NIBP 测量数据、200 次参数报警事件的存储、100 条心律失常事件、和单道 ECG 波形最长 48 小时波形全息回顾、20 组 ST 段趋势回顾。



37. 支持掉电存储, 关机或解除病人后, 数据转存到病历管理之中。
38. 具有呼吸氧合图、肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。
39. 具备护士呼叫功能
40. 支持有线/无线混合联网连接监护中央站。
41. 支持连接 HIS、CIS 等医院管理系统。
42. 支持心电模拟输出。
43. 支持全参数多种单位选择。
44. 双有创血压检测功能模块

44.1 有创血压测量种类: ART (动脉压), PA (肺动脉压), CVP (中心静脉压), RAP (右房压), LAP (左房压), ICP (颅内压), P1, P2 (扩充压力)

44.2 具有 IBP 波形叠加功能, 便于对比分析

报警指标:

45. 对报警事件区分生理报警和技术报警, 并有高中低三级报警级别。
46. 具有灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁四重报警方式。
47. 生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。
48. 除 ECG 和 IBP 外可设置延迟报警。
49. 具有它床报警设置功能。
50. 具有报警系统自检功能。

血液透析用双级反渗透水处理装置 技术参数

一、预处理配置和功能特点

1. 预处理泵前配有原水可冲洗滤器, 保护预处理泵且几乎没有耗材产生。
2. ▲配有漏水检测装置和进水电磁阀, 在检测到泄漏时自动关断水源。
3. 配有预处理加压泵, 可根据压力自动启动, 具有无水空转保护功能。
4. 砂滤罐, 内含粗砂、细砂、锰砂三种滤料, 配有全自动数字型控制头。
5. 前后滤器采用 4 " 胖滤器, 选用折叠纸滤芯, 滤器前后配有压力表。
6. ▲树脂罐, 双罐并联一备一用, 配有全自动流量控制数字型控制头, 可根据本地自来水硬度自动计算原水处理量。
7. 活性炭罐, 双罐串联设计, 配有全自动数字型控制头。
8. 砂滤罐、前后滤器、树脂罐、活性炭罐均有内置取样口
9. 配有软水硬度、余氯、铁离子、过氧乙酸残留、PH 等试纸。
10. 预处理管路连接采用压接或热熔方法连接, 不使用化学粘接剂连接。
11. 预处理部分配有排水漏斗, 防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理。

二、主机配置、性能和功能特点

1. 具有 CFDA 注册证。
2. ▲双级反渗透系统, 水温 15℃, 回水压力 2Bar 时, 产水量不小于 1500L/H (约 25L/min), 每降低或上升 1℃, 产水量降低或上升约 3%
3. 主机占地面积小, 不超过 1.2m²; 建筑物承重要求低, 设备运行重量 450Kg。
4. 选用特制大产水量 4 寸反渗透膜, 单支膜产水量 500L/H (15℃)
5. 平均脱盐率>96%, 细菌和内毒素清除率>99%
6. ▲封闭主机, 防水, 低噪音。
7. 材料的使用符合生物相容性要求, 不采用需要粘接的 PVC 材料, 防止有害物质的释出。
8. ▲采用风冷式多级立式离心泵, 避免水冷泵对进水加温造成的夏季高温运行时的不稳定。
9. 无死腔设计的反渗透膜组件和水路结构。
10. 先进的自检功能和数据监控功能, 屏幕可显示全部传感器输入参数 (电导率、温度、流量、压力、液位、输入开关量) 以及全部执行部件输出参数 (泵、阀门、继电器、SD 卡、运行状态及指示灯)。
11. 动态节水技术, 水利用率 50%-75%可调, 根据血透机开机数量自动调节排水量大小, 血透机不开机时排水量几乎为 0。
12. 可编程控制的全自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序。
13. 冗余控制, 具备单反工作模式。
14. 双反工作时, 仅在一反主机即可控制整个系统。
15. 具备密码保护设置功能, 增加系统运行安全。
16. 具备漏水检测功能。
17. 使用大容量 SD 存储卡, 用于运行数据的保存。
18. 预留带光电隔离的 RS232 接口。
19. ▲一体式容积控制全自动化学消毒功能, 可实现主机和供水循环管路同时进行化学消毒。



20. 具备半自动整合血透机化学消毒功能。
21. 主机配有排水漏斗, 防止建筑物排水系统微生物反向污染主机系统。
22. 内置标准网络接口, 可配置专用软件实现远程控制, 控制界面与主机一致。

三、供水管路配置和功能特点

1. 供水管路材质选用 PVC 材料。
2. 30 套给排水接口。

集中供液系统技术参数

- 1、主要适用于 AB 浓缩液集中配置与输送;
- 2、配置并输送到透析机的 A、B 浓缩液体质量符合 YY 0598-2015《血液透析及相关治疗用浓缩物》标准;
- 3、▲主机尺寸长宽高应不大于 1900mm×955mm×1700mm, 要求 A、B 主机一体成型,
- 4、可满足 1-30 台血透机的同时透析使用, 如果超过 30 台需增加储液罐模块;
- 5、系统在封闭状态下储液、恒压供液, 紫外灯定时照射储液罐, 有效防止滋生细菌;
- 6、最大供液流量 3L/min; 配液精度 6%;
- 7、适用于不同配方产品, 按需求任意配制 A、B 浓缩物数量;
- 8、24 小时待机恒压供液状态;
- 9、具备全自动/手动配液功能;
- 10、具备全自动配液罐清洗、配液罐消毒、系统清洗、系统消毒功能;
- 11、输送 A、B 浓缩液的管道采用耐高温耐酸碱的硅胶软管, 提供国家卫生部内相关证明文件;
- 12、▲ A、B 浓缩物输送主管道采用无死腔 U 型管接头;
与血透机连接方式采用密闭管夹的供液方式, 有效防止连接血透机接头的细菌滋生与减少交叉感染的风险;
- 13、▲ 阳性区 A、B 供液管, 红、蓝小球阀出口加装单向阀装置, 此阀体耐高温、耐腐蚀食品级材质, 有效避免交叉感染;
- 14、A、B 配制罐和存储罐采用食品级 PE 材质, 卫生环保、耐腐蚀。
- 15、▲A、B 储液罐容量分别是 100L;
- 16、▲配液罐容量是 100L, 现配现用, 保障 A、B 浓缩液新鲜优质, 配制时间≤25 分钟。B 配液系统自带加热恒温系统, 加热温度不超过 30℃
- 17、使用三级过滤器, 过滤杂质和部分细菌。
- 18、具备预约启动功能、液位自动校准功能。
- 19、▲所有关键过程数据保存, 打印功能, 具有可追溯性。
- 20、主机配置触摸屏, 可设置和显示系统运行参数和状态, 触摸屏在损坏的情况下, 可以操作应急按钮, 可以独立配液、供液。
- 21、具备动作提示、声光报警功能, 故障自动显示。具有搅拌电机故障、电导错误、恒压故障、过滤器到期、缺水报警、电源缺相故障等报警功能。
- 22、▲本系统左边为水路部分, 右边为动力部分, 水电分离, 每个动力部分设有独立的漏电保护器。
- 23、▲ 在质保期内生产厂家需免费定期每三个月对集中供液系统整体做维护保养一次。



24、系统电气安全符合相关中国国家安全标准。

25、生产厂家免费协助用户血透中心透析液集中供液系统现场的装修设计。

26、生产厂家应派遣专业人员，到现场观测场地，与客户达成合作后，根据要求负责系统安装设计，提供安装图纸及详细零配件清单，配合安装前的场地准备。

第二节 商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：签订合同后国产产品 30 日历天，进口产品 90 日历天。

交货地点：采购人指定地点

二、验收标准、规范及方式

验收标准、规范：国家有关相关规范标准，招标文件要求及中标人投标文件内容。

三、售后服务

故障响应时间：接到采购人通知后 2 小时内电话响应，24 小时内到达现场处理。

四、质保期

总体质保期为壹年（清单中另有规定的从其规定，延长质保的以投标人承诺函为准）。

五、付款方式

除合同另有规定外，乙方将全部产品运至甲方指定的地点，经安装验收合格后，甲方支付合同总额的 50%，半年后支付合同总额的 30%，余款在扣除 5%的质保金后于质保期满后，15 日内无息支付。

六、履约保证金

中标供应商在签订合同前，须以银行汇票、电汇凭据、银行进帐单等形式向需方交纳中标金额 8%的履约保证金；签订合同后，若中标供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿；合同履约保证金在项目实施验收合格后，15 日内无息退还。

七、投标有效期

90 日历天

八、其他要求

维修技术支持：提供质保期外不少于 5 年的维修技术支持。

第五章 评标方法及评定标准

一、评标方法:

本次评标采用 综合评分 法进行评审, (选择该评标方法的依据)

二、评标标准

1、初步评审(采用以下具体步骤)

1.1 资格性审查表

序号	资格要求	供应商名称	供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3
1	经营资格 审查	提供法人或其他组织的营业执照等证明文件, 或自然人身份证明			
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求: 供应商是法人的, 应提供 2019 年度经审计的财务报告(2019 年至今新成立的供应商可不提供), 或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人, 没有经审计的财务报告, 可以提供银行出具的资信证明。			
3		提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自拟声明)。			
4		提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料(2020 年至今任意三个月)			
5		提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自拟声明)			
6		供 应 商 须 承 诺: 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中, 如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。			
7	专业资格 审查	投标人是生产厂商的须具备《医疗器械生产企业许可证》, 投标人是经销商的须具备《医疗器械经营许可证》。			
8	投标保证金 审查	提供保证金已缴纳的依据(系统缴纳的出具交易中心系统下载的电子收据并加盖单位公章, 银行保函、保证保险复印件加盖公章, 原件开标现场验证)			
9	其他资格	招标文件规定的其他资格要求(签字、盖章等)			

资格审查成员(签字):

1.2 符合性审查表

审查标准		供 应 商 1	供 应 商 2	供 应 商 3	供 应 商 4
1	实质性响应审查（商务要求无负偏离）				
2	报价审查：异常低价审查				
3	按本项目采购文件第三章第 19.1.5 和第 19.1.6 的无效标条款规定，审查是否通过				
注：为确保采购人的使用权益得到合法保障，本项目只接受合理低价中标人， 坚决拒绝恶意低价行为。对明显偏低的报价，评标委员会有权要求该投标人作出书面说明并提供相关技术证明材料原件，评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关相关技术证明材料原件的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理，并向财政部门备案将其纳入不良行为记录名单并处罚。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。					
符合性审查结论（通过或不通过）					
评审委员会（签字）：					

2、详细评审（评分标准）

评分项目		权重	
报价部分		35%	
技术部分		50%	
商务部分		15%	
政策性加分		5%	
投标人最终得分=技术部分分值+商务部分分值+报价部分分值+政策性加分			
评标项目		分值	评分内容及打分办法
类别	评审项目	标准分	评分标准
报价	报价分	35	投标人报价得分=（有效供应商最低报价/有效供应商投标价）×价格权重 35%×100 注： 1、根据财政部令第 87 号文件规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、根据财政部令第 87 号文件规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3、评标基准价指满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价； 4、得分取两位小数点，第三位四舍五入； 5、超出最高投标限价的投标报价为无效报价； 6、如投标人的报价均为无效报价，且采购人不能接受的将重新招标。 7、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小型 and 微型企业产品，须提供制造商的《中小企业声明函》；监狱企业生产的产品，须提供省级以上监狱主管部门出具的《监狱企业声明函》；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》

商务部分	售后服务	5	5-4 分: 有该项目详细的系统建设的售后服务方案, 售后服务流程、应急预案、质量保障, 响应时间优于招标文件等, 并对本地化服务进行描述 (投标人根据商务要求提供售后服务承诺书, 格式自拟)。 3-1 分: 售后服务方案描述较详细, 对服务措施、应急预案、响应时间等有描述; 未提供不得分。
	延保承诺	6	根据投标人质保期承诺, 商务要求中要求的质保基础上, 每延保 6 个月得 3 分, 延保 12 个月及以上得 6 分。
	安装及培训	4	培训计划及安装调试方面安排科学合理可行, 满足用户要求, 得 4 分; 培训计划及安装调试方面仅有简单安排, 得 1 分;
技术部分	技术标响应情况	45	“▲”号参数每负偏离一项扣 7 分, 非“▲”号参数每负偏离一项扣 2 分, 本项 45 分直至扣完为止。
	产品综合评议	5	完全满足采购人需求 (部分优于), 得 5-4 分; 基本满足采购人需求, 得 3-2 分; 勉强满足采购人需求或有不足之处, 得 1-0 分。
政策性加分	少数民族产地	3	黔财采 [2014] 15 号《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》中, 对原产地在少数民族自治州和享受少数民族自治待遇的省份 (云南、贵州、青海) 的投标主产品 (不含附带产品), 享受政策性加分和价格扣除, 即采用综合评分法或性价比法进行评审的, 在总分得分基础上加 3 分 (投标供应商必须提供相关的证明材料, 否则不予加分)。本项目投标主产品即指按照不得低于本采购项目预算金额 50% 加以确定, 不含附带产品。
	产品、环境标志产品实施品目清单中政府优先采购的产品	2	根据 财库 (2019) 9 号《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》对投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单中政府优先采购的产品 (强制采购产品除外), 在招标采购评审工作过程中, 给予适当加分, 即在总得分基础上, 每一项加 0.5 分, 最高不得超过 2 分 (需提供证明材料)。
注: 如弄虚作假, 取消投标资格并报财政监管部门备案。			

3. 价格分的计算

投标报价得分=（有效供应商最低报价/有效供应商投标价）X35

注：1、若所投产品达到以下要求，可对投标产品价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与报价得分的计算

1.1 投标产品为小型和微型企业产品的（需提供证明材料，中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。）；

4、确定中标人（按评分细则对入围供应商给相应的评分，并计算其总得分，按各项评标因素权重计算各有效供应商的最终得分）

评标总得分计算方法：

评标总得分=报价分+商务分+技术分+（政策分）

注：以上打分均为整数，计算最终得分保留小数两位。

4.1 投标产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族待遇的省份加 3 分（产品占总预算的 50%以上）。（需提供证明材料）。

4.2 根据 财库（2019）9 号《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》对投标产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单中政府优先采购的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分（需提供证明材料）。

4.3 排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.4 中标原则：由评标委员会根据计算各有效供应商的最终得分排名向采购人推荐得分最高的前三名，原则上由采购人现场依序确定中标供应商。

4.5 本评分办法的解释权为采购代理机构。

第六章 合同条款

设备购销合同

甲 方：

乙 方：

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就甲方向乙方购买_____事宜，达成以下协议，双方恪守履行。

一、产品名称、数量、价格：

序号	设备名称	型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	生产厂家	备注
----	------	----	----	----	-------	-------	------	----

乙方保证所提供的设备是全新的，表面无划伤、无碰撞痕迹，权属清楚，并且各方面符合合同所规定的质量、规格、型号及技术参数等要求。乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。产品属于国外进口的，必须是指定在中国大陆销售的产品，并且必须附有中文说明书。

二、质量与验收：

1、执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。

乙方在本合同签订后____日内向甲方提供加盖公章的关于该产品的国家质量标准文件，乙方在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。乙方必须保证所提供的产品是签定合同之日起半年内生产的产品。甲、乙双方对设备进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在____日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处

理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。设备到货后，乙方应在接到甲方通知后__日内完成设备的安装调试及技术操作培训工作。

2、售后服务

在免费质保期内，当乙方收到甲方对设备提出质量方面问题的通知后，乙方应在__小时内派相关技术人员到达现场处理，逾期甲方可自行组织维修，由此造成双方不认可的故障和所产生的相关费用，由乙方完全承担。在免费质保期后，当乙方收到甲方对设备提出质量方面问题的通知后，乙方应在____小时内派相关技术人员到达现场处理，所产生的相关费用，由甲方承担。

3、质保期

免费质保期为____年，自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料费和人工费等一切费用。超过质保期，乙方负责甲方设备的终生维修，如果需要更换零配件，乙方只能按零配件的进价收取费用。

4、安装培训

设备运至甲方医院，乙方应指派相关技术人员对设备进行安装，并对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方操作人员能独自熟练操作为止。

三、搬运费：

甲方所购设备到达甲方医院指定摆放地点之前的一切搬运费用由乙方承担，已包含在所购设备总价之内。

四、付款收货：

1. 本合同项下的所有款项均以人民币转帐支付。

2. 除合同另有规定外，乙方将全部产品运至甲方指定的地点，经安装验收合格后，甲方支付合同总额的 50% ，半年后支付合同总额的 30%，余款在扣除 5%的质保金后于质保期满后，15 日内无息支付。

3、甲方收货人： 联系电话：

五、违约责任：

1、若甲方逾期付款的，按逾期交付货物金额的 3‰ 每天向乙方支付违约金。

2、若乙方逾期交付货物的，按逾期交付货物金额的 3‰ 每天向甲方支付违约金。乙方逾期 20 天以上交付货物，甲方有权单方面终止合同。

3、在设备正常使用年限内，甲方发现乙方的供货存在内在、隐性质量问题的，乙方必须无条件免费给甲方更换同型号新产品，并按甲方的实际损失进行赔偿。

4、乙方在履行合同中，如果所提供产品出现更改配置等弄虚作假行为，乙方应向甲方交纳设备金额两倍的违约金，同时，甲方将视情节在 5 年内不允许其进入甲方采购任何设备及产品。

5、乙方在履行合同中，如果在售后服务环节接到部门单位关于所供产品质量问题的通知后，凡是出现响应不及时、服务质量差、态度不好等问题的，甲方在接到正式情况反映后，都将按照程序进行调查核实予以处理。一经查实，情节严重的，甲方视情况在 5 年内不允许其进入甲方采购任何设备及产品。

6、双方发生争议的，由甲方所在地人民法院仲裁。

六、不可抗力

本合同内所述的全部商品，在制造和装运过程中，如因人力不可抗拒的原因，造成拖延装运或无法交货，乙方可逾期交货。但乙方应将上述的事故立刻通知甲方，且在其后航空邮寄一份由政府签发的事故证书给甲方作为证据。乙方仍应负责采取必要的措施加速交货，若事故持续超过 30 天，则甲方有权单方面取消合同。

七、合同争议的解决

1. 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商仍不能达成协议，可向甲方注册地人民法院提起诉讼解决。

2. 诉讼费用除上述法院判决中另有规定外，应由败诉方负担。

3. 在法院诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。

八、本合同未及之处，双方另行签订补充协议。补充协议同本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式六份，甲方两份（设备科、财务科各保存一份），乙方一份，另三份报政府相关监督管理部门备案。

十、本合同一经双方盖章签字即生效。

甲方（签章）：

法人代表：

委托代理人：

代理人电话：

年 月 日

乙方（签章）：

法人代表：

委托代理人：

代理人电话：

年 月 日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。

第七章 附件——投标文件格式

目 录

附件一—— 投标函

附件二—— 唱标报告

附件三—— 报价明细表

附件四—— 技术要求偏离表

附件五—— 商务要求偏离表

附件六—— 服务策划方案、服务承诺

附件七—— 投标资格证明文件

附件八—— 中标服务费确认书

附件九—— 投标其它说明等

（封面）

正/副本

政府采购公开招标 投标文件

项目名称:

项目编号:

供 应 商:

（公 章）

法定代表人:

授权代表人:

联系电话:

附件一：投 标 函

致：中金招标有限责任公司

根据贵单位招标项目编号为 （项目编号）的 （招标项目名称）包招标，签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（ （供应商名称、地址）提交下述文件正本 份、副本 份：

- 1、 唱标报告。
- 2、 报价明细表。
- 3、 技术要求偏离表。
- 4、 商务要求偏离表。
- 5、 供货策划方案、服务承诺。
- 6、 资格证明文件。
- 7、 中标服务费确认书。
- 8、 投标其它说明等。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）（必须按要求填写清楚） 元，交货期 。
- 2、 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、 供应商已详细阅读了全部招标文件，包括第（编号、补充通知书）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、 本投标有效期为开标日起 个日历日。
- 5、 如果在规定的投标截止期后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
- 6、 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的投标，并承认贵方有选择和拒绝任何供应商中标的权力（部分或全部服务）。
- 7、 我方承诺中标后，将按招标文件规定的标准向贵方支付中标服务费。

供 应 商: _____ (盖章)

单位地址: _____

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

邮政编码: _____ 电话: _____ 传真: _____

日期: _____年____月____

附件二：唱 标 报 告

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	产品名称	制造商名称	规格、型号	品牌	产地	单 价 (元)	数量	其他	投标报价 (元)
1									
2									
...									
交货期 (含安装调试完毕)									
质保期									
优惠及其它									
投标报价合计						大写： 元			
						小写： 元			
投标申明：									

供应商名称 (盖章)：_____

供应商授权代表 (签字)：_____

注：1、若此表总价与附件三投标总金额不符，以唱标报告为准。

2、此表可自行扩展。

3、此表应按“投标须知”的规定另外单独密封两份以便于唱标。

附件三：报价明细表

项目名称：单位：元

序号	投标产品名称	规格型号	制造商名（产地）	数量（单位）	投标总报价	投标报价组成							交货日期	交货地点	其他
						产品单价	特殊工具费	备品备件费	保管安装调试费	技术服务及培训费	运输保险费	其他费用			
1															
2															
3															
...															
全部投标产品总报价大写：						小写：									

根据采购项目的实际要求供应商还应提供以下附件（格式自拟）：
1. 产品主要部件分项价目表；2. 特殊工具清单及价目表；3. 备品、备件清单及价目表；4. 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期

附件四：技术参数偏离表

供应商名称：_____

招标编号：_____

名称	采购文件 条款号	采购文件要求	响应性文件内容	偏离情况	说明

注：偏离情况请填写：符合/正偏离/负偏离。

供应商（公章）：_____

供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日 期：_____

附件五：商务要求偏离表

供应商名称：_____

招标编号：_____

采购文件 条款号	采购文件要求	响应性文件内容	偏离情况

注：偏离情况请填写：符合/正偏离/负偏离。

供应商（公章）：_____

供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章：_____

日 期：_____

附件六:供货方案、服务承诺

6.1 供货方案

致: (采购人名称) :

 供应商针对本次采购要求,作如下详细的供货策划方案(可不仅限于评分标准中的条目)。

 供应商(公章):

 法定代表人或授权代表(签字):

 投标日期:

6.2 服务承诺

致：____（采购人名称）：

供应商针对本次服务采购的服务方案，作出服务承诺（可不仅限于评分标准中的条目）。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件七：投标资格证明文件

法定代表人授权书

致：中金招标有限责任公司

我____（姓名）系____（投标单位全称）法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名）参加贵方组织的_____招标项目（编号：_____）活动，全权代表我单位处理本次报价中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委托）。

附全权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 身份证号码：_____

部门：_____ 职 务：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电 话：_____

授权代表：（签字）_____

法定代表人身份证
正面复印件粘贴处

法定代表人授权代表身份证
正面复印件粘贴处

法定代表人身份证
反面复印件粘贴处

法定代表人授权代表身份证
反面复印件粘贴处

投标单位（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日

年 月 日

（注：请另外单独封装一份，作为开标时验证投标授权代表身份）

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证
正面复印件
粘贴处

法定代表人身份证
反面复印件
粘贴处

供应商（公章）：_____

供应商法定代表人签字或盖章：_____

日 期：_____ 年 月 日

资格要求:

(1) 一般资格要求:

中华人民共和国境内能够独立承担民事责任的法人或其他组织,符合中华人民共和国政府采购法第二十二条之规定:

①、具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;

②、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

具体要求: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 具体要求: 供应商是法人的, 应提供2019年度经审计的财务报告(2019年至今新成立的供应商可不提供), 或其基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人, 没有经审计的财务报告, 可以提供银行出具的资信证明。

③、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:

具体要求: 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自拟声明)。

④、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

具体要求: 提供依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料(2020 年至今任意三个月);

⑤、参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录:

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自拟声明);

⑥、法律、行政法规规定的其他条件: 供应商须承诺: 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中, 如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格, 并承担由此造成的一切法律责任及后果。

⑦、不接受联合体投标。

(2) 特殊资格要求: 投标人是生产厂商的须具备《医疗器械生产企业许可证》, 投标人是经销商的须具备《医疗器械经营许可证》。

以上提供符合要求的证明材料或者情况说明。

附件八： 中标服务费确认书

中金招标有限责任公司:

根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发改委《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）文件的有关规定下浮 20%，经招标人、招标代理机构和供应商协商，本次招标（ 招标项目名称 ）（ 招
标编号： ）的招标服务费向中标人收取。若我单位中标，将按招标文件规定的费率向贵单位支付招标服务费。

供应商：（公章）_____

法定代表人或其授权委托人（签字或印章）：

供应商地址: _____

时间： 年 月 日

注：“招标服务费确认书”为投标文件的附件请一同放入投标文件中。

附件九： 投标其它说明等

1、中小企业声明函

致： (招标采购单位名称) ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

另附：中小企业证明材料

2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

另附：证明材料

3、节能环保产品声明函

致: _____ (招标采购单位名称):

本公司郑重声明, 本次投标中本公司所投产品为财政部、国家发展改革委第XXX (必须是最新一期) 期节能产品政府采购清单产品, 制造商为_____, 品牌为_____, 产品型号为: _____, _____, 节字标志认证证书号为_____, 节能产品认证证书有效期截止日期为_____。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称 (盖章): XXXXXXXX 有限公司
法定代表人或授权代表 (签字):
投标日期:

4、声明及承诺

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明函

致: _____ (采购人或采购代理机构)

_____ (供应商全称), 参加贵单位组织的项目编号为: , 项目名称: 的政府采购活动, 在此郑重声明: 我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商: (公章)

声明时间:

5、业绩

同类或类似业绩一览表

序号	采购人	项目名称	履属交易平台名称	合同主要服务内容	合同金额	供应商负责人	采购方式	合同签订时间	采购人评价意见

备注: 1、业绩中标通知书、合同、采购评价意见复印或扫描件(按业绩一览表所列顺序依次排列合同复印件, 复印件须加盖投标供应商公章)

投标供应商名称(盖章): XXXXXXXX 有限公司(公章)

法定代表人或授权代表(签字):

投标日期:



6、其它投标人认为需要补充的材料