

铜仁市检验检测院 2021 年医疗卫生计量标准器具采购项目（B）包

竞争性谈判文件

项目编号:GZDXTRCG-2021-05-B

采 购 人：铜仁市检验检测院

采购代理机构：贵州东旭建设工程咨询有限公司

日 期：2021 年 06 月

目 录

第一章：竞争性谈判公告.....	1
第二章：竞标人须知前附表.....	4
第三章：项目需求.....	17
第四章：谈判书格式.....	23
第五章：合同主要条款.....	33
第六章：评审标准.....	39

第一章

竞争性谈判公告

项目概况

铜仁市检验检测院 2021 年气相色谱仪采购和医疗卫生计量标准器具采购项目（A、B 包） 采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（贵州省·铜仁市）获取采购文件，并于 2021 年 6 月 25 日 10 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GZDXTRCG-2021-05

项目名称：铜仁市检验检测院 2021 年气相色谱仪采购项目和医疗卫生计量标准器具采购项目（A、B 包）

采购方式：☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价

预算金额：165 万元其中：（A 包：90 万元；B 包：75 万元）

最高限价：155 万元其中：（A 包：80 万元；B 包：75 万元）

采购需求：详见谈判文件第三章：采购项目清单、技术参数及要求

合同履行期限：以合同签订为准

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、A、B 包一般资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2019 或 2020 年任意一年度经审计的财务报告，附审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及其附注；新成立不满一年的公司可提供银行资信证明。）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行书面承诺）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收具体要求：（提供 2020 年 1 月至今任意一个月的缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据或依法免缴税费的证明材料）；社会保障资金具体要求：（提供 2020 年 1 月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单或加盖收款银行专用章的银行收款凭证或免缴证明）证明

材料。

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行书面承诺）

(六) 本项目不接受联合体。

(七) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、特殊资格要求

A 包：需提供仪器设备的授权委托书原件或彩色复印件。

开标评标时，A、B 包投标供应商需提供以下原件：

(1) 工商营业执照副本；

(2) 税务登记证；（“三证合一”可不提供）

(3) 组织机构代码证；（“三证合一”可不提供）

(4) 法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

(5) 检察机关出具的无行贿犯罪记录告知函或“信用中国”网站，政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）；

注：A 包：除提供以上（1）-（5）项相关资料外，还需提供仪器设备的授权委托书原件或彩色复印件。

三、获取采购文件

(1) 购买竞争性谈判文件时间：2021 年 6 月 22 日至 2021 年 6 月 24 日（工作时间内）

(2) 购买竞争性谈判文件地点：全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）

(3) 竞争性谈判文件售价：人民币 300 元/套，售后不退；

投标保证金：A 包：壹万元（10000.00）（人民币）；B 包：壹万元（10000.00）（人民币）。

(4) 竞争性谈判文件获取方式：网上购买。

投标保证金交纳时间：同投标截止时间（以实际到账时间为准）；

投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》

（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

（5）开户银行及帐号

户名：铜仁市公共资源交易中心

开户银行名称：贵州银行股份有限公司铜仁锦江支行

开户银行账号：0601 0015 0000 0296

注：实行网上缴退保证金，具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）关于实行网上缴退投标保证金的通知。

四、响应文件提交

截止时间：2021年6月25日10点00分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：铜仁市公共资源交易中心

五、开启

时间：2021年6月25日10点00分（北京时间）

地点：铜仁市公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实
- 2、PPP项目：否
- 3、简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件
- 4、交货地点或服务地点：采购人指定的地点
- 5、交货时间或服务时间：以合同签订为准
- 6、其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见采购文件

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称： 铜仁市检验检测院

地 址： 贵州省铜仁市碧江区川硐街道敬业路

联 系 人： 杨 小 江

联系方式： 180 8350 9469

2. 采购代理机构信息

名 称： 贵州东旭建设工程咨询有限公司

地 址： 贵阳市观山湖区麒龙 CBD 中心 B1 座 20 楼

联 系 人： 张 燕

联系方式： 181 8561 4633

3. 项目联系方式

项目联系人： 张 燕

电 话： 181 8561 4633

第二章：竞标人须知前附表

序号	条款内容	内容
1	基本情况	项目名称：铜仁市检验检测院 2021 年医疗卫生计量标准器具采购项目（B）包 竞标编号：GZDXTRCG-2021-05-B 预算金额：75 万元
2	供应商资格	一般资格要求 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定， （一）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照） （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2019 或 2020 年任意一年度经审计的财务报告，附审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及其附注；新成立不满一年的公司可提供银行资信证明。） （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行书面承诺） （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收具体要求：（提供 2020 年 1 月至今任意一个月的缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据或依法免缴税费的证明材料）；社会保障资金具体要求：（提供 2020 年 1 月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单或加盖收款银行专用章的银行收款凭证或免缴证明）证明材料。 （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行书面承诺） （六）本项目不接受联合体。 （七）法律、行政法规规定的其他条件。 开标评标时，投标供应商需提供以下原件： （1）工商营业执照副本； （2）税务登记证；（“三证合一”可不提供） （3）组织机构代码证；（“三证合一”可不提供） （4）法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证； （5）检察机关出具的无行贿犯罪记录告知函或“信用中国”网站, 政府采购严重违法失信行为记录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名时间开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。
3	竞标文件份数	正本一份, 副本二份.
4	竞标有效期	竞标截止日期后 90 天。

5	竞标保证金	1、竞标保证金：壹万元（10000.00元）（人民币） 2、投标保证金交纳方式：采用银行转账、电汇形式提交具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站，点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用《投标保证金保函》（电子保函）提交（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》） 3、投标保证金递交时间：供应商应在投标截止前交纳，否则不能参与投标。 （1）收款单位：铜仁市公共资源交易中心 （2）开户银行：贵州银行股份有限公司铜仁锦江支行 （3）银行账号：0601 0015 0000 0296 4、未成交供应商的投标保证金，将在公示期满后五个工作日内由退还。成交供应商的投标保证金自合同签订之日起五个工作日退回。 5、参加投标的供应商，有下列情形之一者，投标保证金予以没收： （1）未按时参加本次招投标的； （2）在开标过程中撤回投标文件或评标结束后放弃中标的； （3）投标供应商相互串通，损害采购人利益的； （4）投标成交，接到成交通知书，在规定时间内未前来签订采购合同的； （5）在签定合同时不能按谈判文件履行的。 竞标保证金有效期与竞标有效期相同； 注：实行网上缴退保证金，具体缴退流程见全国公共资源交易平台（贵州省铜仁市）关于实行网上缴退投标保证金的通知
6	竞标文件递交截止时间	2021年6月25日10:00分（此竞标截止日期） 地址：铜仁市公共资源交易中心
7	谈判时间及谈判地点	谈判时间：2021年6月25日10:00分 谈判地点：铜仁市公共资源交易中心
8	交货时间	以合同签订为准
9	付款方式	付款方式：待成交供应商与采购人签订供货合同时另行协商，付款方式和条件：以双方签订的供货合同中的付款方式为准。
10	评标委员会的组建	评审委员会构成：3人，其中招标人代表1人，省综合评标专家库专家2人（专家库随机抽取）审查专家确定方式：3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

11	投标报价	投标报价应包括：货物生产制造厂家及品牌、型号、货物的辅助器 材、备品备件、税金、售后服务、运输、保险、安装、仓储、质保期 内的保修等及其他费用，同时投标人报价时应充分考虑本次投标中标后应承担的招标服务费等 相关税费及招标代理费等全部费用。
12	售后服务	售后服务：供应商须承诺在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标供 应商提供免费更换。中标供应商支付设备或组件的包装运输费，同时承担装运 风险。
13	废标条款	投标文件有下列之一者，其投标无效： (1) 逾期送达的投标文件； (2) 投标人未按规定提交投标保证金。 (3) 超出经营范围投标。 (4) 招标文件要求提供的文件不全。（需加盖投标人公章文件没有加盖投标 人公章，该文件无效） (5) 投标文件无法定代表人或授权代理人签字。 (6) 签字或签章人无法定代表人有效授权书。 投标有效期不足或投标文件载明的投标项目完成期限超过招标文件规定的期 限。 (7) 不满足技术规范要求或有虚假响应情况及投标文件附有招标人不能接受 的条件。 招标过程中有下列行为之一者，应予废标： (1) 出现影响招标公正的违法、违规行为的； (2) 投标人的最终报价均超过了招标控制价的，招标人不能支付的； (3) 因重大变故，招标任务取消的；
14	其他说明	1、若谈判供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本 的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判供应商应按谈判小组要求作 出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相 关证明材料的， 可作无效报价处理。 2、如你方中标，需承诺按照采购人要求完成所有设备的安装、调试及采购人 验收合格。 3、招标代理服务及专家论证费、专家评审费用由中标成交供应商承 担。招 标代理服务费按国家计价格(2002) 1980 号文件及相关规定标准执行。 4、必须按照合同要求，按时完成相关工作任务，越期将不支付任何经费并扣 除保证金，所造成的损失由供应商承担。

中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动：	☐是/☒否 （监狱企业视同小型、微型企业）
2	中小企业的认定标准	投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业 （含中型、小型、微型企业，下同）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 注：联合体参与谈判响应的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
3	监狱企业的认定标准	需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

4	优惠办法:	小型企业或微型企业: ①履约保证金: 按约定比例的 50%支付 (如果有的话) ②价格扣除: 按报价的 <u>(94%)</u> 计算评审价 中型企业: ①履约保证金: 按约定比例的 50%支付 (如果有的话) 注: 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的, 不视为中小企业。但联合协议中若 约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的, 可给予联合体 2%-3%的价格扣除, 用扣除后的价格 参与评审 (包括价格因素得分的计算)。																																								
5	小型或微型企业产品价格清单	(本清单附在《中小企业声明函》后, 不附所投产品视为非小微企业产品) 小型或微型企业产品价格清单 供应商中小企业性质 (中型、小型、微型): _____ 备注: 如供应商为大型或中型企业, 表格以下部分无需填写。如 供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品, 均需在 表格中进行明确。 <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>制造商</th><th>制造商性质 (小型、微型)</th><th>报价 (元)</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">小型或微型企业货物金额合计 A</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">报价一览表中所有货物报价 B</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A</td><td></td></tr></table>	序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)	1					2					3										小型或微型企业货物金额合计 A					报价一览表中所有货物报价 B					评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A				
序号	货物名称	制造商	制造商性质 (小型、微型)	报价 (元)																																						
1																																										
2																																										
3																																										
.....																																										
小型或微型企业货物金额合计 A																																										
报价一览表中所有货物报价 B																																										
评审价格 C= <u>(0.94)</u> *A+B-A																																										
6	证明材料	供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300 号) 文件规定, 提供《中小企业声明函》。符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。 注: 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策																																								

		的通知》财库（2017）141 号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。
7	相关风险	一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业： 1. 投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300 号”规定的中小企业标准的； 2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部 联企业[2011]300 号”规定的中小企业标准的； 未按本附表第 5 项要求提供合法、有效、完整资料的。 二、提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上才良政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。

竞标人须知

一、总则

1. 适用范围：

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

（1）“采购人”是指：铜仁市检验检测院

“采购代理机构”指：贵州东旭建设工程咨询有限公司

（2）“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本 次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

（3）“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（4）“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（5）“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包括报价、技术和服务等所有内容的文件。

（6）招标文件中所要求提供样品，如有重复只需提供一套即可。

3. 谈判供应商的基本条件

（1）竞标人资格：

（一）一般资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，

（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2019 或 2020 年任意一年度经审计的财务报告，附审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及其附注；新成立不满一年的公司可提供银行资信证明。）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（自行书面承诺）

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依法缴纳税收具体要求：（提供 2020 年 1 月至今任意一个月的缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据或依法免缴税费的证明材料）；社会保障资金具体要求：（提供 2020 年 1 月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单或加盖收款银行专用章的银行收款凭证或免缴证明）证明材料。

（五参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（自行书面承诺）

（六）本项目不接受联合体。

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

1、竞争性谈判响应文件编制基本要求

（1）谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

（2）谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与（采购代理机构）和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文件可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

（3）谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

（4）竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

（5）如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

（6）竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

2、价格文件

（1）谈判报价表；（附件三）

（2）分项报价表；（附件四）

3、商务、技术文件（必须提供），如未提供、未实质性响应招标文件的商务、技术文件，评审小组有权对投标供应商提交的投标文件作无效标处理）。实质性响应内容如下：

（1）投标函；（附件二）

（2）供货清单；（附件五）

（3）技术响应、偏离情况说明表；（附件六）

（4）营业执照（含税务登记证、组织机构代码证）或三证合一的营业执照；

（5）法定代表人授权书原件；（附件七）

（6）法定代表人身份证明；（附件八）

（7）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新

工艺、新材料等情况；

(8) 货物制造、检验、验收执行的标准；

(9) 售后服务承诺及方案

4、计量单位

(1) 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

5、评标时，需审查以下资质文件：

(1) 有效的工商营业执照副本或三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；（含税务登记证、组织机构代码证）

(2) 法人授权委托书原件（如法人代表自行投标则此项无需提供）附法人身份证和被授权人身份证复印件；

(3) 提供 2020 年 1 月至今任意一个月的缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据或依法免缴税费的证明材料）；社会保障资金具体要求：（提供 2020 年 1 月至今任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单或加盖收款银行专用章的银行收款凭证或免缴证明）证明材料。

(4) 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人自行承诺）

(5) 参加本次招标活动近三年在国内服务合同执行过程中，未因设计产品问题而造成批量退货或严重影响施工的声明（投标人自行承诺）；

(6) 主要技术参数和商务条款是否满足招标文件要求；

(7) 售后服务承诺书；

(8) 投标保证金凭证（复印件）；

(9)（提供 2019 或 2020 年任意一年度经审计的财务报告，附审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表及其附注；新成立不满一年的公司可提供银行资信证明。）

三、谈判报价要求

1、投标报价：由设备价、服务价和相关费用组成；设备价：本项目所列明设备及其备品备件的到目的地价格组成；服务价：设计、安装调试等组成；相关费用：包括至指定服务地点车船费、保险费、资料装订费等费用组成及招理费和专家评审费。

2、对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报

价中。

3、成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

~~一、谈判响应文件的份数和封装—电子版投标文件（用于电子标）：—~~

~~1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。—~~

~~2. 代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。—~~

~~3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在铜仁市公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。—~~

~~4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。—~~

~~5. 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。—~~

~~6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：—~~

~~—（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；—~~

~~—（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；—~~

~~—（3）投标文件损坏或格式不正确的；—~~

~~—（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。—~~

纸质版投标文件：

1. 谈判响应供应商应将响应文件正本和副本分别用信封密封或者正副本密封于一个密封袋，并标明谈判文件编号、谈判响应供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”，请加盖谈判响应供应商公章和法人印章。响应文件未密封可导致其谈判被拒绝。

2. 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

3. 响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒绝。

4. 谈判响应供应商在谈判响应截止时间前，可以对所提交的谈判文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

5. 谈判响应供应商在谈判响应截止期后不得修改、撤回响应文件。谈判响应供应商在

报 价 截止期后修改响应文件的，其谈判响应将被拒绝。

6. 投标文件的签署、密封及规定，投标人应按要求，准备一式 3 份投标标书（1 份正本、2 份副本），投标文件（正、副本）内容均须按页码顺序胶装成册并编制目录，并在投标文件（正、副本）内容每一页加盖投标单位公章，投标文件正本与副本不一致时，以正本为准。经补充后，对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，经请示行业主管部门同意后，谈判小组可以与两家供应商进行谈判。

二、竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

- （1）竞争性谈判项目编号；
- （2）竞争性谈判项目名称；
- （3）谈判供应商名称

三、竞争性谈判响应文件的递交

所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到铜仁市公共资源交易中心。

四、迟交的竞争性谈判响应文件按《政府采购法》的规定，（采购代理机构）将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判要求

1、谈判委托

谈判供应商代表须携带居民身份证。如谈判供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

2、谈判原则

本次招标，主要从投标供应商提供的产品报价、响应谈判文件情况、产品质量、售后服务以及其他相关承诺等方面进行综合评定。

六、谈判的步骤

1、第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别的就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

2、谈判文件修正

(1) 第一轮谈判结束后，稳中有降响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2) 采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3) 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

3、第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组能确定成交候选人。最后报价，成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

4、响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

七、确定成交供应商办法

1、谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

2、谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次也是最后报价。将作为谈判小组评比的最终依据。

注：第二次报价是包含投标报价，以投标人最后的一轮有效报价为准，超出规定时间没有进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以其前次报价为准。

3、根据符合采购需求、质量和服务满足并且报价最低的为成交供应商。

八、成交通知书：

谈判结束后，确定拟成交供应商，并于 5 个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，供应商对成交结果提出质疑应在公告期内，并提交书面质疑书，公共资源交易中心、采购人、招标代理机构无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。

九、签订合同

成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。签订时间为《成交通知书》发出之日起三十日内，供应商与采购人签订正式采购合同后七日内报政府采购办、交易中心和招标代理机构各一份备案。

十、适用法律

1、采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，确定拟成交供应商，并于 5 个工作日内发放成交通知书，《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，所有未成交的供应商不另行通知，供应商对成交结果提出质疑应在公告期内，并提交书面质疑书，采购人、招标代理机构无义务向未中标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商议。

十一、交货地点：采购合同指定或采购方指定地点；

十二、验收方式、验收标准

(1) 验收方式、标准等由采购人与供应商双方依据招标文件、投标文件与合同签订的事项进行。

(2) 采购人有权委托专业检测部门对产品及设备本身进行检测验收。检测的一切费用由双方协商承担。

十三、投标人若因客观原因放弃投标，需提前 1 个工作日以书面或电话形式告知贵州东旭建设工程咨询有限公司(18185614633)，否则该投标人行为将纳入市级政府采购供应商诚信体系考核。

十四、其他

- (1) 招标代理费由中标单位承担。
- (2) 产品目录中，凡要求提供产品样品的。均为中标单位 在签订合同前提供。
- (3) 所提供的样品上粘贴投标人名称，项目编号和项目名称，不按参数要求提供样品的将导致投标被否决。

第三章：采购项目清单、技术参数及要求

一、采购项目编号：GZDXTRCG-2021-05-B

二、采购项目类别：货物类

三、**基本要求：**供应商所提供的产品须完全符合采购人的采购项目技术规格、参数及要求，且应根据本企业的情况，对本次采购活动的售后服务进行承诺。

四、采购项目采购清单及参数要求：

铜仁市检验检测院 2021 年医疗卫生计量标准器具采购项目（B）包采购清单

序号	仪器名称	单位	数量
1	乳腺机检测功能附件	套	1
2	核磁共振检测装置	套	1
3	呼吸机/麻醉呼吸机综合质量检测仪	套	1
4	麻醉机麻醉气体检测附件	套	1
5	婴儿培养箱检测仪	套	1
6	血液透析机质量检测仪	套	1

参数要求：

1、乳腺机检测功能附件满足《JJG1145-2017 医用乳腺 X 射线辐射源检定规程》

※1.1 将现有医用诊断 X 射线辐射源检测仪的主机升级乳腺机千伏、曝光时间、剂量、剂量率的检测及应用、半价层的自动测量(无需外接探头或传感器)，具有 23 种线质乳腺机的检测（满足 JJG1145-2017 检定规程附录 C 的技术要求）：

Mo / 30 μ m Mo: 18 - 49 kV, $\pm 1.5\%$ 或 ± 0.7 kV

Mo / 25 μ m Rh: 20 - 46 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

Rh / 25 μ m Rh: 25-49 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

W / 50 μ m Rh: 20-49 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

W / 0.50 mm Al: 20-48 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

Mo / 1.0 mmAl: 18-49 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

W / 50 μ m Ag: 20-40 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

W / 75 μ m Ag: 20-40 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

W / 50 μ m Rh (Gio): 22-35 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

W / 0.70 mmAl: 20-49 kV, $\pm 1.5\%$ 或 ± 0.7 kV

W / 50 μ m Ag(Sel): 22-39 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
W / 50 μ m Rh(Sel): 22-39 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
W / 0.30 mm Cu: 40-49kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
W / 0.70 mm Al (Inno.): 20-49 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
W / 50 μ m Rh (Inno.): 20-49 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
Mo / 25 μ m Rh (Sel): 20 - 46 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
Rh / 30 μ m Ag (GE): 27 - 40 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
Rh / Ag IQST (GE): 31 - 37 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
Mo / 0.25 mm Cu (GE): 40 - 49 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
Rh / 0.25 mm Cu (GE): 40 - 49 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
Mo / 30 μ m Mo (GE): 22 - 32 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 Kv
Affirm Prone W / 50 μ m Ag: 20-40 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV
Affirm Prone W / 0.70 mm Al: 20-49 kV, $\pm 2\%$ 或 ± 1 kV

曝光时间量程: 0.1 ms-2000 s、1-65535 pulses, 精度: $\pm 1\%$ or 0.5 ms

剂量量程: 25nGy – 1500 Gy, 精度: $\pm 5\%$

剂量率量程: 25nGy/s-750mGy/s, 精度: $\pm 5\%$

半价层量程: 0.19-0.8 mmAl, 精度: $\pm 10\%$

1.2 乳腺机分辨力模体

材料: 等效乳腺腺体50%, 脂肪组织50%

尼龙纤维直径为: 1.56、1.12、0.89、0.75、0.54和0.40mm;

三氧化二铝斑点直径为: 0.54、0.40、0.32、0.24和0.16mm;

圆盘厚度为: 2.00、1.00、0.75、0.50和0.25mm。

尺寸: 模体总厚度42mm, 其中底座34mm、盖板3mm

1.3 剂量性能模体

材料: 有机玻璃板 (PMMA) ;

尺寸: 长240mm、宽180mm、高10mm (4个高10mm的叠加, 总高度40mm) 。

1.4 半价层专用铝片

与主机配套使用检测乳腺机半价层。

1.5 乳腺专用支架及保护板套装

按照规程要求, 与探测器配合使用, 保证中心位置距离胸壁侧4cm及有效传感器平面
距离支撑台面40mm。

2、核磁共振检测装置

2.1 便携式磁场强度检测仪

※1. 三维霍尔磁场强度检测仪，掌上数据控制器及其专用测试软件。

2. 测量量程：100 mT, 500 mT, 3T (自动或手动)

3. 数据输出：- Bx, By, Bz (ASCII 或二进位，单点或阵列，校准或非校准)

- 温度(uncalibrated)

- 时间标志 (10ms resolution)

4. 单位：T, mT, G, kG, MHz p (NMR frequency of proton)

5. 采样率：- 立即触发(默认)：约 12 kHz (自由-运行，直到内部缓冲区满)

- 定时触发：0.36Hz-2.048 kHz (定时器分辨率至少为 0.24 %;连续读出在
2048 samples)

- 总线触发 (通过 USB)：最高约 400 Hz (直到内部缓冲区满)

※6. 带宽：DC to 1 kHz

7. 分辨率：- 不平均：100 mT range: 300 μ T, 500 mT range: 500 μ T, 3 T range: 3 mT

- 平均：100 samples: 100 mT range: 30 μ T, 500 mT range: 50 μ T,

3 T range: 300 μ T

※8. 精度：读数的 1% (分辨率在 0-3T)

9. 用户校正：在每次连续测量之前，用消磁器消磁

10. 操作条件：操作温度：0°C 至 +40°C

保存温度：-20°C 至 +60°C

操作磁场：主机: 最大 3 T

2.2 核磁共振性能检测模体

1. 核磁共振圆柱形性能检测模体和球形模体；

2. 两个模体共用一套插件：10cm 的立方体测试插件；

3. 丙烯酸材料的圆柱形核磁共振性能模体外径 20cm，内径 19cm；

4. 丙烯酸材料的球形核磁共振性能检测模体内径 20cm；

5. 测磁场均匀性、信噪比、T1,T2 值、空间分辨率(高分辨率)、密度分辨率(低对比度)、几何线性等；

6. 空间分辨力及成像线性度测试：包括 11 组高分辨率测试卡，测试卡分别是 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11 lp/cm。测试卡上含有标称距离为 2cm、4cm、8cm 的测试标尺；

7. 低对比度灵敏度测试：含有低对比度灵敏度测试块，包括有 4 组不同深度的同一种圆柱形测试物质，其深度分别是 0.5mm、0.75mm、1mm、2mm；每组物质中有三种不同的直径，分别是 4mm、6mm、10mm。

3、呼吸机/麻醉呼吸机综合质量检测仪

1. 双向测量压力、流量、容积、温度、湿度、氧浓度等。

2. 具有成人、小儿及高频通气检测模式，可应用于检测各种呼吸机、麻醉机及流量仪表。

3. 技术参数：

3.1 高流量量程：-300L/min - 300L/min；精度：读数的 $\pm 1.75\%$ 或 $\pm 0.1\text{L/min}$

低流量量程：-20L/min - 20L/min；精度：读数的 $\pm 1.75\%$ 或 $\pm 0.05\text{L/min}$

3.2 低压量程： $\pm 15\text{kPa}$ (150mbar)；精度：读数的 $\pm 0.75\%$ 或 $\pm 0.01\text{kPa}$ (0.1mbar)

3.3 高压量程：0-1000kPa(10bar)；精度：读数的 $\pm 1\%$ 或 $\pm 1\text{kPa}$ (10 mbar)

3.4 流量单位：L/min, L/s, cfm, mL/min, mL/s

3.5 压力单位：bar, mbar, cmH₂O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI

3.6 氧浓度，主机内置氧浓度传感器：量程：0-100%，精度： $\pm 1\%$

氧电池工作环境：-10 - +50 °C

※ 3.7 温度：主机内置温度传感器，自动测量气道温度，并自动修正流量精度，温度补偿。

量程：0-50°C，精度： $\pm 0.5^\circ\text{C}$

※ 3.8 湿度：主机内置湿度传感器，自动测量气道湿度。

量程：0-100%，精度： $\pm 3\%$

3.9 呼吸参数：

呼吸频率 (Rate)：1-1000bpm,精度： $\pm 1\text{bpm}$ 或 $\pm 2.5\%$

呼气时间、吸气时间 (T_I 、 T_E)：0.05-60s，精度： $\pm 0.02\text{s}$

吸呼比：1:300-300:1，精度：读数的 $\pm 2.5\%$

呼气、吸气潮气量 (V_{ti} 、 V_{te})： $\pm 10\text{L}$,精度：读数的 $\pm 1.75\%$ 或 0.20mL

※分钟通气量(V_i 、 V_e)：0-300L，精度：读数的 $\pm 2.5\%$

峰值压力 Ppeak、平均压 Pmean、呼气末正压 PEEP、平台压 Pplateau: 0-150mbar,

精度: 读数的 $\pm 0.75\%$ 或 0.1mbar

呼气、吸气流速: $\pm 300\text{L/min}$, 精度: 读数的 $\pm 1.75\%$ 或 0.1L/min

※ 4. 功能扩展: 主机具有麻醉呼吸机气体浓度分析的功能扩展能力。今后可增置麻醉气体浓度分析附件。

5. 顺应性可调模拟肺

具有顺应性可调节和模拟病人自主呼吸的能力, 很好地模拟不同患者真实条件, 便携、高精度、使用方便。

应用于呼吸机通气模式和特性的展示、测试呼吸机在现实中和不同的患者条件下的工作状态、示范新的呼吸机的特性。

气道阻力和顺应性可调、泄露模拟功能, 比传统模拟肺具有更高的线性和稳定性。

1.2 L 气囊覆盖新生儿、成人范围

气道阻力: 0.5、2、5 kPa/L/s

顺应性: 100、200、500 ml/kPa

容量: 1.2 L

4、麻醉机麻醉气体检测附件

1. 与呼吸机/麻醉呼吸机综合质量检测仪主机连接, 具有软件支持, 主机屏幕直接显示所有检测数据, 包括 7 种麻醉气体的技术参数; 快速响应, 不需要额外的预热时间, 完备的数据存储及测试报告打印功能。

2. 技术参数:

CO₂: 0-10%, $\pm$ (读数的 $\pm 2\%+0.2\%$); 10%-20%, $\pm$ (读数的 $\pm 4\%+0.3\%$)

N₂O: 0-100%, $\pm$ (读数的 $\pm 2\%+2\%$)

HAL(氟烷), ISO(异氟醚), ENF(安氟醚): 0-8%, $\pm$ (读数的 $\pm 5\%+0.15\%$);

8%-12%, $\pm$ (读数的 $\pm 10\%+0.2\%$)

SEV(七氟醚): 0-10%, $\pm$ (读数的 $\pm 5\%+0.15\%$); 10%-15%, $\pm$ (读数的 $\pm 10\%+0.2\%$)

DES(地氟醚): 0-22%, $\pm$ (读数的 $\pm 5\%+0.15\%$); 22%-25%, $\pm$ (读数的 $\pm 10\%+0.2\%$)

3. 婴幼儿可调模拟肺

零件可更换，并可以进行高温消毒。阻力、顺应性及泄漏可调。

阻力：0.5、2、5、20 kPa/(L.s-1)(可调)

顺应性：10、20、30、50 mL/ kPa(可调)

泄露模拟：0-10L/min

容量：0-200mL (0.5L 气囊)

5、婴儿培养箱检测仪

※（1）设备为国内生产品牌，测量软件为全中文界面;制造厂家通过 ISO9001 质量体系认证。

※（2）满足 JJF 1260-2010 婴儿培养箱校准规范的建标要求。

※（3）提供该项目计量校准资格培训平台，考试合格人员由具有培训资格的省级以上法定计量机构出具成绩单。

（4）需溯源的仪器含中国计量科学研究院或中国测试技术研究院出具检定证书或校准证书或测试报告。

※（5）婴儿培养箱检测仪高度 2cm，带倾斜传感器，软件自动识别测量状态，自动记录数据，生成原始记录和结果。

※（6）显示屏外置，不影响恒温均匀场

（7）声级计：（30~130）dB A/C 加权二级声级计

（8）湿度测量范围：（0~100）%RH；分辨率:0.01 %RH；最大允许误差:±3 %RH

（9）温度测量范围:（5~55）℃；分辨率：0.01℃；最大允许误差:±0.05℃

（10）外观:长：40cm 宽：30cm 高：2cm 主机重量：约 1.2kg

（11）配置清单:控制器显示器 1 个，采集器 1 台，专用笔记本电脑 1 台，分析软件 1 套，声级计 1 个，证书/说明书 1 套，专用包装箱 1 个。

6、血液透析机质量检测仪

1、符合最新计量规程

2、智能操作平台，多语言设置。

3、大屏幕显示血液透析机的各个重要参数

4、独立探头即插即用，单个探头故障无需整机送修。

5、主要功能：可以检测血液透析机的电导率、温度、压力、pH 值、流速。

6、Pressure 压力

量程：-700-1900mmHg 分辨率：0.01mmHg

精度：-500-+1000mmHg，±1mmHg，其他，0.05% 全刻度

7、Temperature 温度

量程：0-100℃ 分辨率：0.01℃ 精度：25-40℃，±0.05℃，其他，±0.1℃

8、Conductivity 电导率

量程：0-200.00mS/cm

精度：0-199uS/cm，0.3%±0.6uS/cm

200-1999 uS/cm，±6uS/cm

2-11.99mS/cm，±0.06mS/cm

12-19.99 mS/cm，±0.03mS/cm

12-200mS/cm, ±0.06mS/cm

9、Flow 流量

量程：100-2000ml/min 分辨率：1ml/min 精度：±2%

10、pH 值

量程：0-14pH 分辨率：0.01pH 精度：±0.02PH

11、大屏幕显示，可同时显示全部检测数据和波形曲线。

12、满足《JJF 1353-2012 血液透析装置校准规范》

售后服务

1. 仪器在验收合格过后必须有 12 个月的保修期。仪器生产商应在西南有维修站, 方便维修, 有相应的维修工程师。
2. 供应商须提供现场培训, 培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

注：技术参数要求中带“※”项条款为重要参数，不允许作负偏离响应。投标供应商如不能提供技术参数证明材料，无论其报价是否最低都不作为第一成交候选人推荐。

第四章：投标文件格式

附件：一

投标文件封面格式

注明：正本或副本

铜仁市检验检测院 2021 年医疗卫生计量标准器具采购项目 (B) 包

投标书

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标单位名称：（公司盖章和法人签名）_____

地 址：_____

联 系 人：_____

联 系 电 话：_____

投标函

铜仁市检验检测院：

我方授权_____（姓名）_____（职务）为全权代表，参加招标编号_____

的招标活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方愿意按照招标文件的全部要求，对招标编号为_____进行投标报价。

2、我方将按招标文件的规定执行合同责任的义务。

3、我方已详细阅读了全部招标文件，包括补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有争议的权力。

4、我方承诺：我方的报价中，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价中已包含本次投标所有采购货物（竞争谈判文件的清单所示的全部内容）的费用，（含各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用）。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方的评标原则和方法及不向落标人解释落标原因的方式。

我方提交的投标报价如下：

货物采购报价表

项目编号：GZDXTRCG-2021-05-B

序号	名称	品牌/规格	数量及单位	单价（元）	合价（元）
总价人民币（大写）： 元（¥： ）					

注：本表“品牌和规格”必须填写完整，并且必须填写投标产品的实际参数，不得以简单复制 竞争性谈判文件要求替代，若中标后所供货物与此表的产品不符时，将取消中标资格，所产生的费用自行承担。

报价人名称（公章）：

报价人法人代表（签名）：

报价人代表人（签名）：

联系电话：

开 户 行：

银行帐号：

日 期：

附件三

报价表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	货物名称		
1	数量		
2	规格型号		
3	质保期		
4	交货期		
5	运杂费、保险费		
6	培训费		
7	总报价（含其他优惠条件）		

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：_____

谈判供应商名称（公章）：_____

报价时间：____年__月__日

附件四

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：

1、应对照竞争性谈判文件“第三章谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提 供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文 的响应和偏离。特别有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值，参数值必须填写完整，并且必须填写投标产品的实际参数，不得以简单复制竞争性谈判文件要 求替代，若中标后所供货物与此表的产品不符时，将取消中标资格，所产生的费用自行承担。

2、如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日 期： _____年____月____日

附件五

法定代表人授权书

（采购代理机构）：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动的投标代表人，
全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年_____月_____日起至_____年
月_____日止。

授权单位（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

签发日期：_____年_____月_____日

附：代理人工作单位：_____

职务：_____

性别：_____

身份证号码：_____

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件六

法定代表人身份证明书

_____（姓名），职务：_____（职务）；身份证号码_____；
年龄：_____；系_____（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位全称：_____（公章）

年 月 日

附： 法定代表人身份证复印件（加盖单位鲜章）

中小企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]30号）规定的划分标准，本公司为—（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加_____（采购人）的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声明人：（投标供应商名称、公章）

法定代表人：（签名或盖章）

日期：

说明：

- 1、提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）
- 2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

其他文件

投标人认为需要提供的其他材料
格式自理

投标文件所提供资料参数真实性承诺

我公司对所提供的文件、证件、有关材料及其复印件参数的有效性、合法性、真实性、作保证，绝无弄虚作假，如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

单 位： （公章）

授 权 人： （签字）

通 信 地 址：

联 系 人：

联系电话：

年 月 日

第五章：合同主要条款

（合同模板仅供参考，具体内容双方协商为准）

政府采购合同

(合同模板仅供参考，具体内容双方协商为准)

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据 年 月 日政府采购竞争性谈判文件（项目编号：_____）的要求和谈判（投标）文件承诺及现场承诺，确定由（以下简称乙方）中标，负责提供货物（货物清单及 要求附后）及售后服务。经协商达成以下政府采购协议。

一、货物名称、规格型号、产地、数量、金额、供货时间：

货物名称	规格型号	产地	单位	数量	单价（元）	总金额（元）	供货时间
合计人民币（大写） 佰 拾		合万仟佰拾元角				分	（小写）：

二、质量要求及技术标准：

三、交货地点：（由采购人指定）

四、交货时间：按照采购人要求适时供货

五、运输费用：供应商负责

六、验收方式：由采购人组织相关部门验收

七、付款方式：与甲方合同签订为准。

八、双方权利和义务：1、供应商必须按照标准供货；2、运输过程中产品安全由供应商负责；

3、发生争议时，双方协商解决，协商不成的，可通过法律途径解决。

九、技术支持及售后服务：1）质保期为验收合格后一年，国家或厂家对设备或配件另有规定更长免费保修期限的从其规定。2）在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标供应商提供 免费维修或更换。需返厂维修时，中标供应商支付设备或组件的包装运输费，同时承担装运风险。 保修期内，所有维修服务（人为损坏的除外）均免费。3）质保期结束后，中标供应商仍负责对设备 提供有偿维修服务（中标供应商需在合同中提供有偿服务价格表，凡表中未有的项目属于免费范围）

十、违约责任：按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款承担处罚。

十一、合同纠纷的解决：由甲乙双方协商解决，如达不成共识，由合同签订所在地人民法院管辖。

十二、其它：本合同附件与本合同具有同等法律效力

十三、因任何原因造成的市场价格波动，均按合同价执行。

十四、本合同一式四份，采购人一份、供应商一份、报采购办、交易中心各一份。 台 同条款如有未尽事宜由甲乙双方协商补充。

采购人：（盖章）

供应商：（盖章）

法定代表人或授权

法定代表人或授权

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系电话：

开户名称：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

联系电话：

联系电话：

签署地点：

签署日期： 年 月 日

第六章：评审标准

- 1、 评标办法：最低评标价法
- 2、 评审标准：满足招标文件要求且报价最低的供应商为本次项目中标供应商

评审委员会签到表

采购项目名称：
评审时间： 年 月 日

序号	姓名	职称	专家证号	签到时间	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

资格性和符合性审查表

项目名称:

招标方式: 竞争性谈判

招标编号:

开标时间: 年 月 日 时

地点:

投标单位						
项目						
营业执照（三证合一）复印件加 盖公章						
组织机构代码证(复印件加盖公章)（三证合一无此项）						
2020 年至今任意一个自然月缴 纳税收及社保证明。						
需提供 2019 年或 2020 年任意一年度经审计的财务报告或提供银行 质信证明。						
参加本次招标活动近三年在国内 服务合同执行过程中，未因设计 问题而造成批量退货或严重影 响施工的声明（投标人自行承 诺）						
售后服务承诺书						
投标保证金凭证						
参加本次招标活动前三年内，在 经营活动中没有重大违法记录 的声明（投标人自行承诺）						
投标文件封面格式						
投 标 函	格 式					
	交货时间地点					
	付款方式					
投标分项目报价表（项目、数量）						
技术响应、偏离表						
售后服务承诺及方案						
法定代表人身份证明书						
法定代表人授权委托书						
其他要求：1、如你方中标，需承 诺按照采购人要求完成所有设备的 安装、调式及验收合格并移交采 购人。						
投标文件所提供资料参数真实 性承诺						
审查结果						

审查人:

监督人:

采购人代表:

开标和唱标记录表

项目名称:

招标方式: 竞争性谈判

招标编号:

开标时间: 年 月 日 时

地点:

序 号	投 标 供 应 商	法定代 表 人身份 证明或委 托书及身 份证复印 件	投 标 保 证 金	投 标 文 件 密 封 情 况	第 一 轮 报 价 (元)	第 二 轮 报 价 (元)	投 标 代 表 签 字	备 注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
采购人预算价 (元)			元					

记录人:

监督人:

采购人代表:

竞争性谈判结果

项目名称			
项目编号		招标方式	竞争性谈判
开标时间	年 月 日 时		
成交推荐： 根据本项目竞争性谈判文件规定，谈判小组推荐满足竞争性文件各项要求且预算范围内报价最低的 _____ 为拟成交供应商。 成交价： 谈判小组： 年 月 日			

监督人签字：

采购人代表签字：