

贵州黔诚商务有限公司

招 标 文 件

招标项目：石阡县中医医院 2021 年第一批医疗设备采购项目

招标编号：QCZB2021-006L

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

温馨提示: 供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前, 供应商应确认铜仁市公共资源交易诚信库档案是否办理, 以免出现铜仁市公共资源交易诚信库档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心(以下简称“交易中心”)政府采购交易系统。

二、一律不接受纸质投标文件, 只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前, 应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点, 办理 CA 数字证书和电子签章。【因我中心处于推行电子标阶段, 请各位投标人上传加密的电子投标文件后, 并携带密封好的纸质投标文件(一正二副及电子文档一份备用)前往交易中心投标。如项目开评标过程中因不可抗力因素导致电子开评标系统不能顺利进行, 则本项目转为线下开评标】

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的, 供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件, 否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

四、电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统, 且取得成功提示。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

五、对收取投标保证金的项目, 只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账, 建议至少提前二个工作日转账并绑定。

保证金缴纳流程如下:

1. 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统 (<http://jyzx.trs.gov.cn>)
- 进入【业务管理】—【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目, 点【操作】按钮, 进入该项目报名页面。
- 进入报名页面 填写完报名信息后 (带*号为必填项), 点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】, 务必记录留存备用。该随机码一旦生成, 即使修改报名信息, 也不可更改。

2. 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户, 打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致 (要求从登记的基本户打款), 即与【诚信库管理】—【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。
- 不论何种渠道转款 (不可用现金转账), 转款备注 (用途) 栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】;
- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他 (XX 项目保证金之类)、随机码填写错误, 均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3. 打印回执

- 进入【业务管理】【查询投标保证金缴纳情况】搜索或直接找到项目, 查看【缴纳状态】, 如支付成功, 将显示“已缴纳保证金”
- 点【打印保证金回执单】按钮, 查看确认到账回执信息, 打印留存备用。

六、加★号的条款均被视为重要的指标要求。

七、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

八、对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，**授权书须加盖总公司公章**。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

九、评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

十、供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

十一、交易中心为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。

招标公告

项目概况

石阡县中医医院 2021 年第一批医疗设备采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyxx.trrs.gov.cn）下载购买。获取招标文件，并于 2021 年 7 月 20 日 9 时 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本信息

项目名称: 石阡县中医医院 2021 年第一批医疗设备采购项目

项目编号: QCZB2021-006L

采购方式: 公开招标

项目序列号: QCZB2021-006L

采购主要内容: 医疗设备一批，具体技术要求详见采购文件。

采购数量: 1 批

预算金额:1552800.00（元）

最高限价:1552800.00（元）

本项目（是/否）接受联合体投标:否

二、申请人的资格要求

（一）一般资格要求:

1、具有独立承担民事责任的能力: 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 提供由第三方出具的 2019 或 2020 年度的财务审计报告或公司自行出具的 2020 年至今任意三个月的财务报表；新成立的公司需提供开户行出具的资信证明材料；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力: 提供具有履行合同所必需的

设备和专业技术能力的承诺函；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2020 年至今任意三个月的依法缴纳税收（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和社会保障资金的有效证明材料；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中（格式文件详见〈供应商信用记录承诺书〉）。如在上述名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

（二）特殊资格要求：投标人须提供医疗器械生产许可证或经营许可证、所投产品生产厂家的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表。

三、获取招标文件

时间：2021 年 6 月 29 日 9 时 00 分至 2021 年 7 月 5 日 17 时 00 分（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日）每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:30:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyxx.trgs.gov.cn）下载购买。

方式：在全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）（jyxx.trgs.gov.cn）下载购买。

售价：300 元人民币（含电子文档）

投标保证金金额（元）：10,000.00

投标保证金交纳时间：2021 年 6 月 29 日 9 时 00 分至 2021 年 7 月 20 日 9 时 30 分

投标保证金交纳方式：采用银行转账形式提交，具体缴退流程见全国公共资

源交易平台（贵州省·铜仁市）网站（jyzx.trs.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；

开户单位名称： 石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行： 贵州银行股份有限公司石阡支行

开户账号： 0615001700000457

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年7月20日9时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点： 铜仁市公共资源交易中心石阡分中心

时间：2021年7月20日9时30分

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

PPP项目：否

简要技术要求、服务和安全要求：医疗设备一批，具体要求详见采购文件。

交货地点或服务地点：采购人指定地点，按采购方的书面或电话通知进行交货。

其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无

交货时间或服务时间：合同签订后30个日历天内完成全部交付并投入使用。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称: 石阡县中医医院

项目联系人: 邓君

地址: 铜仁市石阡县佛顶山南路 116 号

联系方式: 0856-7942669

2、代理机构信息 (如有)

代理全称: 贵州黔诚商务有限公司

联系人: 刘璐

地址: 铜仁市石阡县佛顶山南路 59 号

联系方式: 15185009927

3、项目联系方式

联系人: 刘璐

电话: 15185009927

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的要求,根据评审时“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的信息,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与政府采购活动(如查询结果显示“没查到您要的信息”,视为没有上述三类不良信用记录)。

机构名称: 贵州黔诚商务有限公司

第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投

标人没有按照招标文件要求提交全部资料, 或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险, 并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名词解释

1. 采购代理机构:是指贵州黔诚商务有限公司。贵州黔诚商务有限公司是整个采购活动的组织者, 依法负责编制和发布招标文件, 对招标文件拥有最终的解释权。贵州黔诚商务有限公司不以任何身份出任评标委员会成员。

2. 采购人:是指石阡县中医医院, 是采购活动当事人之一, 负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施, 作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3. 投标人:是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。

4. 招标文件:是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

5. 电子投标文件:是指使用铜仁市公共资源交易中心石阡分中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

6. 电子签名和电子签章:是指依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章, 供应商应当到上述服务机构在贵州省公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。(贵州省内任何办理的电子签名和签章均可以在我中心投标使用。)

7. 日期、天数、时间:未有特别说明时, 均为公历日(天)及北京时间。

8. 采购信息发布网站:贵州省政府采购网(www.ccgp-guizhou.gov.cn)、和全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(jyzx.trs.gov.cn)。

二、一般要求

(一) 投标的费用及报价

1、不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2、**投标报价**应包括提供货物运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务、招标代理服务费(含一切必须的因项目产生的相关费用)以及售后服务费等。

3、以上投标报价为交钥匙价(含一切税费)。以人民币为投标报价和结算货币。确定中标(成交)供应商后,中标(成交)供应商不得以任何理由追加一切费用。

(二) 招标文件的澄清和修改

1. 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的,在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,更正公告在投标截止时间至少15日前发出;不足15日的,交易中心顺延提交投标文件截止时间。

2. 更正公告为招标文件的组成部分,一经在交易中心网站发布,视同已通知所有招标文件的收受人。投标人应随时登录贵州省政府采购(<http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/>)或全国公共资源交易平台(贵州省·铜仁市)(jyzx.trns.gov.cn)“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容,如因投标人未及时上网查询导致的后果,由投标人自己承担。如更正公告有重新发布电子招标文件的,供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的,将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(三) 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加,则评审时将同

时被拒绝。

（四）关于分公司投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的。需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

（五）关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（六）知识产权

1. 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2. 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3. 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（七）纪律与保密事项

1. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2. 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3. 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、质疑与投诉

（一）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应

商应知其权益受到损害之日是指:

1. 对招标文件提出质疑的, 为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日;

2. 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

3. 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日。

(二) 质疑函应当包括下列主要内容:

1. 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等:

2. 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求:

3. 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源:

4. 提出质疑的日期。

(三) 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

(四) 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则, 提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源, 证据来源必须合法, 交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方, 请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者, 将上报政府采购监督管理部门依法处理, 同时交易中心将在企业信用档案中予以记录, 对综合信用评价得分予以扣除。

(五) 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意, 或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

质疑受理部门: 贵州黔诚商务有限公司或石阡县中医医院

提交质疑函地点:

代理公司: 贵州黔诚商务有限公司

地址: 铜仁市石阡县佛顶山南路 59 号

联系人: 刘璐 联系电话: 15185009927

采购单位: 石阡县中医医院

地址: 铜仁市石阡县佛顶山南路 116 号

联系人: 邓君 联系电话: 0856-7942669

质疑函范本请自行在“交易中心主页—办事指南—政府采购—常见问题解答”下载。

(六) 本次采购活动中, 对质疑回复等文件的送达方式为现场取件。

四、投标要求

(一) 投标文件的制作

1. 投标文件中, 除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外, 其他内容均以电子文件编制, 其格式要求详见第三章说明。如因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时。其后果由投标人承担。

2. 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

3. 如有对多个子项目投标的, 要对每个子项目独立制作电子投标文件。

4. 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标, 否则其报价将被视为非实质性响应。

5. 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应。

6. 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价, 各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外, 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位, 以人民币填报所有报价。

7. 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言, 但相应内容应翻译成中文, 在解释投标文件时以中文文本为准。

8. 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任, 并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实(核对原件)的要

求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

9. 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

（二）投标文件的提交

1. 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

2. 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3. 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得成功提示。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

4. 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6. 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，并作无效标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的：

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的：

（3）投标文件损坏或格式不正确的；

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三）投标文件的修改与撤回

1. 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2. 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3. 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载

入不良信用记录。

（四）投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 90 天。

在特殊情况下,交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期,要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求,但其投标将会被拒绝并退还投标保证金(如有);同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金

投标人应交纳投标保证金: 10000.00 元人民币

1. 交易中心不接受现金, 支票及汇票方式提交的投标保证金。

2. 投标保证金交纳

(1) 投标保证金应以投标人的名义汇入铜仁市公共资源交易中心石阡分中心账户

单位名称: 石阡县产权交易中心线上保证金专户

开户银行: 贵州银行股份有限公司石阡支行

帐号: 0615001700000457

(2) 线上报名获取缴纳随机码

- 登录公共资源电子交易系统 (jyzx. trs. gov. cn)
- 进入【业务管理】-【填写投标信息】搜索或直接找到拟报名项目, 点【操作】按钮, 进入该项目报名页面。
- 进入报名页面填写完报名信息后(带*号为必填项), 点左上角【保存修改】按钮。
- 报名成功后在该页面会生成【保证金缴纳随机码】, 务必记录留存备用。该随机码一旦生成, 即使修改报名信息, 也不可更改。

(3) 缴纳保证金

- 按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

- 不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

- 打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX 项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

在中标结果公告发出之日起 2 个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金及银行同期利息（如有）；在采购人与中标人签订合同、并上传合同后 2 个工作日内，退还中标人的投标保证金及银行同期利息（如有）；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后 5 个工作日内，退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息（如有）。采购失败的项目，在采购结果公告后 2 个工作日内，退还所有投标人的投标保证金及银行同期利息（如有）。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

3. 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还；

(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；

(2) 中标人无正当理由放弃中标及中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(4) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(5) 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；

(6) 以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (7) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；
- (8) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (9) 无故不参与开标会的；
- (10) 法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

(七) 电子保函

采用电子保函提交的，请于项目开标时间三天之前申请保函。具体操作方式见全国公共资源交易平台（贵州省·铜仁市）网站首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》。

第二章 用户需求

一、采购清单

序号	名称	数量	技术要求	产地
1	空气压力治疗系统	2	具体技术参 数详见表下 内容	国产
2	亚低温治疗仪	1		
3	无创呼吸机（成人）	1		
4	颈椎牵引机	1		
5	电动气压止血带	2		
6	双极电凝钳	1		
7	中药熏洗机	1		
8	阴道镜	1		
9	YAG 激光治疗机	1		
10	新生儿专用喉镜（不可视）	1		
11	新生儿窒息复苏模型	1		
12	T 组合	1		
13	新生儿负压吸引器（移动）	1		
14	脉冲针灸治疗仪	4		
15	特定电磁波治疗仪	4		
16	中频电疗仪	1		
17	冷热喷治疗仪	1		
18	红蓝光治疗仪	1		
19	调 Q 激光	1		
20	耳鼻喉科治疗仪（带成像系统）	1		

21	裂隙灯（眼前节数码照相系统）	1		
22	牙科综合治疗机	1		
23	充电款检眼及耳组合套装（双底充）	1		

二、详细技术参数

（一）空气压力治疗系统

- 1、操作方式：7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作；
- * 2、血液回盈侦测功能：具有；
- 3、通道数：两路物理通道；
- 4、气囊腔道数：4腔气囊或者8腔气囊可选，支持每腔压力单独可调；
- 5、气囊种类支持：腿部四腔气囊（拉链套筒式）、腿部八腔重叠气囊（拉链套筒式）、臂部四腔气囊（套筒式）、腿部三腔气囊（分体式）、臂部三腔气囊（分体式）、背部四腔气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊、右脚气囊、手部气囊（KF）；
- * 6、气囊自动识别：支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗；
- 7、屏幕界面旋转功能：支持屏幕旋转功能，方便临床操作使用，可悬挂于床内侧或外侧；
- 8、压力范围：0-240mmHg；
- 9、充气速度：充气速度1-6级可调，最大充气速度下，充满单腔的时间18s以内；
- * 10、气囊压力调节：支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能；
- 11、治疗时间：治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗；
- 12、治疗模式：支持标准治疗、梯度治疗以及高级治疗模式；
- 13、治疗方案： ≥ 20 种；

- 14、无线扩展功能: 支持;
- 15、提示功能: 具有过压、欠压、脱落等安全提示功能;
- 16、安全防护功能: 达到阈值时、突然断电或中断治疗时, 可自动泄压, 避免对病人意外伤害;
- 17、售后服务: 省内有厂家售后服务人员, 并开通 400 服务热线。

(二) 亚低温治疗仪

- 1、毯/帽温度控制范围: 4°C — 40°C , 精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$;
- 2、带升温、降温双重功能; 采用加热技术和制冷双隔离系统, 确保病人安全;
- 3、最大降温速度: $\geq 2^{\circ}\text{C}/\text{分}$; 最大升温速度: $\geq 2^{\circ}\text{C}/\text{分}$;
- * 4、体温监测: 具有体表温度和体腔温度两种专用体温探头, 监测范围 30°C — 45°C , 精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$; 可单路和双路进行体温检测;
- 5、体温监测报警: 双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和(或)体温上限, 体温超限时报警并停止输出;
- 6、双路输出, 双温控制, 毯/帽可以用一个或两个同时工作;
- 7、时间控制范围: 1—99 小时或长期运行, 可自动计时;
- 8、水量不足, 传感器松脱等智能提示功能;
- 9、仪器故障智能诊断;
- 10、机器内置 ≥ 10 个常用固化程序, 方便紧急时使用, 也可用户自定义设置;
- 11、高亮度 LCD 中文及图标显示, 简捷明确, 方便夜间及紧急情况下使用;
- * 12、标配 SD 卡并具有 SD 卡存储功能, 可实时记录 10 年以上科研工作、医疗效

- 果评估的治疗时间、模式等参数,方便科室内部管理;
- 13、断电保护功能,断电后通电自动恢复设定的程序运行;
- 14、正常工作噪声 ≤ 55 分贝,噪声低;
- * 15、体积小,正面宽度 ≤ 0.30 米,方便在病床间尤其是ICU室移动;
- 16、TPU材质毯、帽蜂窝状设计,毯帽中液体流动性好,降温快且均匀;其中冰帽为贴敷式设计,低温时柔软,贴近病人皮肤,体感舒适;
- 17、双向快速液压接头,无液体喷溅,方便操作;
- 18、有多种不同体位冰囊,满足患者局部的冷敷治疗。

(三) 无创呼吸机(成人)

- * 1、入选国家卫计委《优秀国产医疗器械目录》。
- 2、通气模式:持续气道正压通气模式(CPAP模式)、自主模式(S模式)、时控模式(T模式)、自主/时控模式(S/T模式)。
- 3、具备自动同步技术。
- * 4、具备自动灵敏度技术,无需手动调节触发、撤换灵敏度。
- 5、内置电磁阀,精确控制压力升降。

- 6、具备容量保证功能。
- * 7、目标潮气量设置范围值: 20ml~2500ml。
- 8、内置压力传感器, 机器无需外接压力采样管。
- 9、可选配后备电池, 后备电池工作时长 ≥ 8 小时, 交流电供电与电池供电可无缝切换。
- 10、具备呼气末压力释放技术, 且三档可调。
- * 11、吸气时间: 0.2s~4.0s。
- * 12、后备呼吸频率设置: 1BPM~60BPM。
- 13、屏幕: 防误触彩色液晶屏, 屏幕尺寸 ≥ 5.5 英寸, 同屏显示设置参数、监测参数, 旋钮操控, 无需触屏。
- 14、治疗波形: 同时显示压力、流量双波形, 波形刻度范围可调。
- 15、压力范围: 吸气正压 (IPAP): 4cmH₂O~30cmH₂O
呼气正压 (EPAP): 4cmH₂O~25cmH₂O
持续正压 (CPAP): 4cmH₂O~20cmH₂O
- 16、升压档设置范围: 1-6 档可调。
- 17、最大流速可达 180L/min。
- 18、爬坡压力: CPAP 模式下: 4cm-20cmH₂O, 其他模式下: 4cmH₂O-EPAP
- 19、爬坡时间设置范围: 0-60min 可调。
- 20、报警功能: 呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、掉电报警、高压保护报警。
- 21、实时监测数据: 压力、流量、每分钟通气量、当前潮气量、每分钟呼吸频率、当前漏气量。
- 22、具备自动漏气补偿功能, 补偿能力可达 60L/min。

- 23、屏幕亮度可调, 可选择白天/黑夜。
- 24、具备治疗计时功能。
- 25、具备系统锁定功能, 可便利锁定屏幕。
- 26、窒息报警设置范围值: 0 秒、10 秒、20 秒、30 秒。
- 27、管路连接断开报警设置范围值: 0 秒、15 秒、60 秒。
- 28、配备一体式移动台车
- 29、配备独立专业医用湿化器。
- 30、呼吸机整机(含电池, 不含台车)重量 $\leq 6.5\text{kg}$, 方便手提移动。
- 31、采用无遮挡进气口设计, 更换过滤棉避免交叉感染。
- 32、支持 1 键旋钮、4 按键操纵全功能。

(四) 颈椎牵引机

治疗原理: 采用减速电机为动力源实行牵引的一种颈椎牵引机。通过微电脑控制牵引力、牵引时间, 使之达到自动间歇牵引、复位歇息、连续牵引、牵引力过大自动保护、牵引力过小自动补偿的颈椎牵引机。

- 1、电源电压: 交流 $220\text{V} \pm 22\text{V}$ 50Hz $\pm 1\text{Hz}$
- 2、额定输入功率: 70VA
- 3、颈椎牵引力: 0~300N 范围内调节
- 4、颈椎牵引行程: 0~500mm, 允差 $\pm 20\text{mm}$
- 5、牵引总时间: 0~99min 内设定, 级差 1min, 允差 $\pm 30\text{s}$
- 6、持续牵引时间: 0~9min 内设定, 级差 1min, 允差 $\pm 30\text{s}$
- 7、间歇牵引时间: 0~90s 内设定, 级差 10s, 允差 $\pm 3\text{s}$
- 8、颈、背部按摩连续工作时间: $\leq 30\text{min}$; 按摩转速: 29 转/min~45 转/min, 允差 $\pm 15\%$

- 9、具备牵引力自动补偿功能;
- 10、具备牵引力过大自动保护功能;
- * 11、配备颈部机械按摩功能,可在牵引过程中使用,也可单独使用,且可根据患者的高低调整按摩装置的高度;
- 12、配备腰部按摩装置及红外热疗功能,增加坐位治疗时的舒适性;
- 13、智能化数字显示时间、牵引力;
- 14、简捷的牵引数据输入方式;
- 15、具备多种安全设计(最大牵引力 990N,患者应急操控器、医务人员操作急退键)
- 16、产品通过(NQA)CE认证证书
- 17、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录
- 18、通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和知识产权管理体系认证

(五) 电动气压止血带

- 1、输出方式:单路输出,适用于上肢或下肢单一肢体使用;
- 2、电源电压:AC220V \pm 22V,50Hz \pm 1Hz;功率:12VA;
- 3、操作方式:精确数字显示,按键操作,微电脑控制;
- 4、工作压力:设定范围:3~100kPa,步距1 kPa,误差为 \pm 2kPa;
- 5、工作时间:设定范围:1~600min,步距1分钟,误差为 \pm 3s;
- 6、记忆功能:设备断电后自动存储上次设定参数,以供下次使用参考;
- 7、阶梯放气:设定工作时间到或按“放气”键时,设备每隔10秒进行一次放气,放气压力为3kPa,允差 \pm 2kPa,防止患者心、脑突然缺血;

8、断电、失电压力保持:出现意外断电时,设备将继续保持止血仪内的气压值,气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行,保证患者安全;

9、紧急阀门装置:可手动紧急放气;

10、压力自动补偿功能:设备工作时,实时检测止血袖带内气压,对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整,实现止血袖带气压稳定;

11、工作噪音:设备正常工作时噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$;

12、提示功能:

a、设定工作时间剩余 10min、5min、1min 时,将“滴一滴一滴”提醒操作人员;

b、设定工作时间完成时,蜂鸣器持续“滴”声响,提示操作人员设定工作时间完成;

c、止血仪内气压超过设定值的 $\pm 5\text{kPa}$,时间超过 2min 时,将有持续“滴”声提示;

13、外观尺寸:一体成膜ABS材质,长220mm宽161mm高292mm,允差 $\pm 10\%$;

14、延长导气管尺寸:长度不小于1m;

15、止血袖带尺寸:超大号袖带:长1020mm宽140mm1条,大号袖带:长980mm宽86mm1条,中号袖带:长750mm宽75mm1条,小号袖带:长440mm宽62mm1条;

16、推车:可选配推车一台;

(六) 双极电凝钳

1、头部采用YY0672.1标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢(ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢),钳杆及内芯采用不低于YY/T 0294.1中M号钢,绝缘套管用聚亚苯基砜制造。

2、夹持力不小于20N。

- 3、其硬度为350HV0.2~700HV0.2
- 4、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4 μm。
- 5、耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。
- 6、导电凝血作用强，安全要求符合 GB9706.1 中 BF 型设备的规定，能承受 GB9706.4 中规定的高频手术器械应用互连条件试验（提供证明材料）。

（七）中药熏洗机

- 1、通道数：双通道，微电脑独立控制
- 2、预热及治疗功率四档可调
- 3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为 40℃~90℃
- 4、加热时间≤15 分钟
- 5、治疗时间 1-35 分钟可调
- 6、显示方式：大尺寸液晶屏显示
- * 7、喷头采用双腔隔热设计（提供证明材料），具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适。
- 8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示
- 9、当熏蒸机药罐中气压大于 0.08MPa 时，减压阀排气减压
- 10、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。
- 11、设备输入功率：≥1800W

- 12、额定装药最大容量: $\geq 5L$
- 13、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能。
- 14、智能倒计时, 做到喷汽时间与治疗时间完全相符
- 15、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计, 便于保养和维修, 并做到完全隔离
- 16、采用气路、液路防阻塞设计及工艺
- 17、采用直径达 23mm 排液管路, 确保排液方便快捷不阻塞, 配备储水抽屉, 便于维护
- 18、外置气路过滤器, 方便清洁维护
- 19、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器, 使用寿命较常规加热器长一倍以上
- * 20、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目(2011 版第一批)”, 提供国家中医局文件为准

(八) 阴道镜

1、镜头技术

- (1) 镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清 CMOS 成像功能, 输出 FULL HD1080P 信号;
- (2) 成像系统水平分辨率: $\geq 900TVL$
- (3) 图像几何失真度 $\leq 3\%$;

- (4) 有效操作距离: 200mm-300mm;
- (5) 视场范围: $\geq \varnothing 100\text{mm}$ (3X), $\geq \varnothing 15\text{mm}$ (18X);
- (6) 景深: $\geq 120\text{mm}$ (6X), $\geq 5\text{mm}$ (18X);
- (7) 空间分辨率: $\geq 14 \text{ lp/mm}$;
- (8) 放大倍数支持: 1-50 倍 (可选 1-60 倍);
- (9) 光源色温: 3200K-7000K;
- (10) 照明范围, 在 200mm-300mm 工作距离时 $\geq \varnothing 60\text{mm}$;
- (11) 平均色彩还原误差 $\leq 20 \text{ NBS}$, 饱和度值在 95%-120%;
- (12) 亮度可调的高显色性贴片 LED 光源, 与镜头集成一体, 30cm 处光源照度 $\geq 3000\text{Lx}$;
- (13) 有快速自动聚焦和手动聚焦功能, 手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能;
- (14) 防水按键设计, 9 按键扇形布局, 单手操作按键即可实现对图像观察的视野变换 (放大/缩小)、可视焦距调节 (手动定位聚焦+/-)、白光变色温成像 (三级, 包括自然光成像、暗光成像模式以及曝光补偿模式)、电子绿色滤镜成像 (三级)、计时显示和图像冻结功能控制, 并支持镜头手柄按键控制图像采集;
- (15) 可通过镜头操作按键独立控制醋酸试验计时标记显示和关闭功能, 醋酸计时时长可自定义设置, 并可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记, 为检查过程提供量化评估依据, 放大倍数和计时时间分布在图像一侧, 减少对图像观察的影响;
- (16) 镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像两种功能, 便于快速确定病变部位的位置;
- (17) 图像采集单元提供 HDMI 视频输出接口;

(18) 采用全金属模具结构可升降直立式支架, 镜头可调, 确保其使用的稳定性, 升降固定的可靠性及操作的灵敏性;

2、阴道镜工作站性能

(1) 计算机性能: CPU 不低于 1.8G; 内存: 不低于 4GB; 硬盘: 不低于 1T; (可选配 USB 光驱);

(2) 满足多功能应用的阴道镜工作站, 集成显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能, 打印机放置位置空间可支持常用类型的喷墨打印机安放 (如惠普、佳能、爱普生);

(3) 具有自动提示患者随访管理功能, 医护人员可根据患者需求转入预约, 让医院对高危患者进行有效的系统管理, 同时患者信息的集中录入, 可有效提高医生阴道镜检查的效率;

(4) 具有病例重点关注功能, 医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者, 同时提供查询功能, 便于医生快速查找患者信息;

(5) 能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示 (图像数量 ≥ 6 幅), 方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联;

(6) 提供符合 IFCPC2011 阴道镜诊断术语及参考图谱, 并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面, 方便对比参考, 辅助检查医生做出准确判断;

(7) 在观察检查界面中可快速查找患者历史资料, 便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。

(8) 提供 RCI 及 Swede 评估方法, 可通过病变边界、范围、表面轮廓、醋白上皮颜色、醋酸变化、血管形态及碘染色等维度做评分, 用于评估宫颈病变的程度, 并提供参考图谱, 为基层医院学习掌握提供辅助;

(9) 提供 R-way 阴道镜诊断评估方法, 具有阴道镜操作提醒及自动采图功能, 量化检查流程, 提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统, 便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果, 同时简化了阴道镜检查技

术的培训难度,更适合基层医院使用,提供不少于 50 例病理确诊的病例资料供操作练习,能够提供进修培训其临床应用功能的教学医院;

(10) 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理,提供不少于 6 种打印报告模版,提交患者打印报告后系统自动生成 PDF 文件备份,提供邮件、DICOM 等选择报告发送模式,便于医疗纠纷的追述;

(11) 可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析,统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示,并可输出到 Excel 表;

(12) 支持接入扫描枪,快速扫描患者信息,减少医务人员工作量,提高工作效率;

(13) 打印方式: A4/B5 纸打印,无需设置打印机,方便临床应用;

(14) 病例存储 ≥ 50000 份,支持病例查找,编辑,删除,导入,导出等功能;

(15) 具有定时自动采图功能,给出临床检查流自动提示信息;

(16) 具有视频采集功能,能够在检查或手术过程中进行录像,并且对视频进行回放,回放过程中支持再次采集图像;

(17) 图像处理功能:可以对图像进行注释、标注,图像亮度、对比度可调;可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中;

(18) 具有图片导出导入功能;

(19) 提供临床检查过程的帮助文件;

3、网络应用功能

(1) 基于患者为中心的网络数据库系统,对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病例、诊断术语等进行规范化管理,保证患者数据的一致性;

- (2) 支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络, 提供四级用户权限管理(主任、医生、护士及系统管理者);
- (3) 提供数据信息的自动备份与恢复功能;
- (4) 为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性, 在断网情况下, 阴道镜也能支持单机运行, 网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步;
- (5) 转诊信息和病理结果信息综合管理网络化应用, 方便门诊业务的统计分析;
- (6) 提供 DICOM3.0 数据交换接口, 可方便与医院 PACS 系统互联;
- (7) 具有广域网连接功能, 能够与电子阴道镜数据管理系统联网, 便于宫颈门诊中心或区域性宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理, 提高管理效率, 提升临床诊疗与随访管理的服务质量;
- (8) 可提供示教系统, 支持阴道镜检查室/LEEP 手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出; 并提供双向语音交流, 方便教学;
- (9) 支持联网叫号系统, 便于对阴道镜检查患者的分流处理, 提高工作效率。

(九) YAG 激光治疗机

- 1、注册证临床适用范围: 泌尿系结石、膀胱肿瘤及耳鼻喉科、妇科、皮肤科等多科室应用。
- 2、工作激光输出波长: $2100\text{nm} \pm 100\text{nm}$
- 3、激光器工作方式: 脉冲
- * 4、激光腔体数: ≥ 3 路(以产品技术要求或者说明书为准)
- 5、光纤终端输出功率: $\geq 85\text{W}$
- * 6、在配合输尿管软镜下 $200\ \mu\text{m}$ 光纤终端输出最大功率: $\geq 55\text{W}$ (提供检测报告为准)

- 7、单脉冲能量: 0.5-5.0J 可调
- 8、脉冲重复率: 5-50Hz 可调
- 9、脉冲宽度: 250 μ s~800 μ s 连续可调, 步进 1us 可调
- 10、需通过 ISO9001 质量体系认证, ISO13485 医疗器械质量体系认证、CE 认证、环境管理体系认证
- 11、显示方式: 液晶屏显示
- * 12、传输系统: 光纤传输, 光纤规格应含 200 μ m、270 μ m、365 μ m、400 μ m、500 μ m、600 μ m、800 μ m、1000 μ m 等多种规格要求。须可使用 200 μ m、270 μ m 光纤配合输尿管软镜手术(以注册产品技术要求为准), 需提供注册检验报告及产品标准
- 13、冷却方式: 内置水冷
- 14、激光模式: 多模
- 15、激光输出功率的不稳定度: $\pm 8\%$
- 16、激光输出功率的复现性优于: $\pm 8\%$
- 17、激光输出最大单脉冲能量允许误差值: $\leq \pm 10\%$
- 18、瞄准光输出波长: 532nm ± 5 nm
- 19、瞄准光输出功率: ≤ 5 mw, 瞄准光激光波长误差值: ± 5 nm
- 20、光纤传输效率: $\geq 85\%$
- 21、最大脉冲功率: 12000W
- * 22、产品工作时的噪音小于 60dB(提供检测报告核实)
- 23、设备运行模式: 连续运行
- 24、系统配置:

- (1) 主机 1 台
- (2) 设备电源连接线(两端带插头)1 根
- (3) 脚踏开关及连接线(带插头)1 个
- (4) 光纤(输入端有 SMA 接头)2 根
- (5) 光纤刀 1 把
- (6) 光纤剥离器 2 把
- (7) 防护眼镜 1 副
- (8) 使用说明书 1 本
- (9) 检验合格证 1 张
- (10) 设备保修卡 1 张
- (11) 机器开关钥匙 1 套
- (12) 光纤盒 1 个

(十) 新生儿专用喉镜（不可视）

- 1、镜片含 00 号、 0 号、 1 号
- 2、配置：包括手柄一个，镜片三片(可选)，套盒一个

(十一) 新生儿窒息复苏模型

- 1、高分子材料，经久耐用，组件式组装，易拆卸，方便消毒，方便清洗，且不变形；模型做工精细，解剖标志准确逼真。
- 2、模拟人身高比列协调，模拟婴儿设计。

- 3、训练气道开放和胸部压迫。
- 4、气道贯通时的胸部扩张。
- 5、窒息, 异物阻塞气道的模拟。
- 6、模型可练习海氏手法。

(十二) T 组合

新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统是用鼻罩或鼻塞将持续的正压气流送入气道的正压呼吸支持系统, 其原理是利用医用氧气源作为动力源, 同时有效控制最大压力 (MAX-P)、吸气峰压 (PIP)、CPAP/PEEP 压力的设备, 适用于有自主呼吸的新生儿和小儿, 提供持续正压通气支持。该设备是一台人工操作、气体驱动的呼吸支持系统。

- 1、安全、受控和精密吸气峰压 PIP, 安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供最佳的氧合作用;
- 2、恒定一致和精密 CPAP/PEEP, 使肺部在呼气时保持张开的状态, 从而避免粘连受损并维持功能残气量;
- 3、单手容易操作, 操作者不因操作皮囊而疲劳;
- 4、可靠的呼吸支持系统, 可代替临时的呼吸、复苏支持;
- 5、操作者的经验、训练、注意力和疲倦程度都不会影响输出的压力;
- 6、恒定一致和精确的 CPAP/PEEP 能协助婴儿在被转运的途中或在更换呼吸机管道的时候进行呼吸。
- 7、主要用于产房、婴儿病房和新生儿重症监护室体重最大可达 10 公斤的新生儿和小儿提供一个受控和准确的复苏装置。
- 8、技术要求

(1) 压力表: $-2-10\text{kPa}$ ($-20\sim 100\text{cmH}_2\text{O}$)

(2) 压力限制 (MAX-P): @0-15LPM $\leq 6\text{kPa}$ ($60\text{cmH}_2\text{O}$)

- (3) 吸气峰压 (PIP) : @5-15LPM 0.2-5.7kPa (2-57cmH₂O)
- (4) CPAP/PEEP: @5-15LPM 0.03-2.3kPa (0.3-23cmH₂O)
- (5) 工作噪音: 不大于 55dB (A)
- (6) 气源要求: 0.3MPa-0.4MPa 容量大于 100L
- (7) 安全/性能要求: YY0600.5-2001
- (8) 建议适用体重范围: 最重 10KG
- (9) 工作和存放环境: -20℃~50℃, 相对湿度最高 90%

(十三) 新生儿负压吸引器 (移动)

- 1、低负压电磁泵, 关机后无反馈;
- 2、配有储液瓶;
- 3、装有液满报警传感器, 当液体达到储液瓶标称容量的 90%时发出声光报警提示;

(十四) 脉冲针灸治疗仪

- 1、净重: 约 1.6KG
- 2、产品体积: 约 222*172*75
- 3、波形: 不低于 5 种
- 4、使用方法: 临床电脉冲疗法
- 5、额定电压: 220V 或 DC9V

- 6、安全类型: II 类 BF 型
- 7、输入功率: 小于等于 10VA
- 8、输出隔离度: 小于等于 10%

(十五) 特定电磁波治疗仪

1、产品特征

- (1) 安全类型: I 类 B 型设备
- (2) 工作方法: 连续运行方式
- (3) 使用方式: 非接触式

2、技术条件

- (1) 电源条件: AC220V 额定频率: 50Hz
- (2) 输入功率: 250 VA
- (3) 光谱波长: 2~25 μ m

3、治疗器使用环境条件

- (1) 温度 5℃~40℃
- (2) 相对湿度 \leq 85%
- (3) 治疗板使用有效期 \geq 1000~1500 小时
- (4) 加热器使用 \geq 2000 小时

(十六) 中频电疗仪

- 1、大屏幕中文液晶显示, 中文菜单操作, 可同时显示四路通道输出的治疗剂量、

治疗波形、治疗处方、治疗时间, 各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能;

- * 2、智能控制系统, 可以快速的选择参数及操作;
- 3、输出通道: 含四路中频电疗法, 含四路离子导入, 含二组干扰电疗法.
- 4、具有透热功能, 导电橡胶最大透热温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$, 六档可调;
- 5、内存 99 个处方;
- 6、中频频率: 2~10KHz;
- 7、调制频率: 0~150Hz;
- 8、调制波形: 方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合, 由程序设定
- 9、调制方式: 调制方式为调幅, 根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制;
- 10、输出电流稳定度: 电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。
- 11、调幅度: 电疗仪的调幅度为 0%、25%、50%、75%, 100%, 允差 $\pm 5\%$ 。
- 12、差频频率范围: 四通道电疗仪, 其干扰电差频频率应在 0~200Hz 范围内。
- 13、动态节律: 四通道电疗仪, 其干扰电动态节律为 4s~10s 范围内。
- 14、差频变化周期: 四通道电疗仪, 其干扰电差频变化周期为 15s~30s。
- 15、定时装置: 电疗仪具有定时装置, 允差 $\pm 5\%$ 。
- 16、连续工作时间: 治疗仪连续工作时间应能 $\geq 4\text{h}$ 。
- 17、噪声: 电疗仪工作时, 其噪声应不大于 60dB。
- 18、输入功率: 160VA ;
- 19、输出电流: 电疗仪纯交流波形, 最大输出不大于 100 mA; 含直流分量时,

输出电流不大于 80mA; (负载电阻为 500 欧姆) 输出电流为连续递增/递减调节, 每档递增/减量为 1mA;

20、输出方式: 双向波 (AC-中频电疗模式) 及单向波 (DC-离子导入模式);

21、工作电压: 交流 220V \pm 10%; 50Hz \pm 1Hz。

22、通过 IS09001 质量体系认证, IS013485 医疗器械质量体系认证。

(十七) 冷热喷治疗仪

1、雾化量:0-400mL

2、适用对象:美容院、医院

3、净重:约 5KG

4、产品特点说明:

(1) 所有元件采用可拆的方式, 方便更换。冷热水箱可清洗方式, 除菌, 除垢, 真正安全美容。

(2) 采用冷热水箱分隔式, 冷热双喷式使冷热雾通道分离。

(3) 采用优质元件, 不衰减、无损耗起雾片, 雾化时间可达 8000 小时。

(4) 热喷发热管使用优质不锈纲发热管, 永不生锈。

(5) 无水断电采用水位探测式, 保证无水自动断电。

(6) 冷雾充足、冷热雾可同时使用成温雾。

(7) 设计新颖、美观典雅、操作简便。

(十八) 红蓝光治疗仪

1、适应症:

(1) 炎性痤疮; (2) 消除炎症; (3) 促进伤口愈合; (4) 嫩肤, 对增强皮肤弹性有较好的治疗作用。

2、治疗原理: 利用光动力学原理治疗炎性痤疮修复老化肌肤及缓解日晒灼伤的皮肤, 不会对皮肤带来任何伤害和不适感。发出高纯度、高功率密度的红光、蓝光及黄光对皮肤进行照射。采用一种连续或脉冲光来改变细胞结构, 杀死细菌, 为新生细胞提供一个合适的环境。

3、设备特点: 选用了超大功率高亮发光二极管矩阵组成大面积半圆弧面, 以达到高功率, 大面积均匀照射患部的特殊效果。

4、设备组成: 该产品由主机、治疗头、升降支架组成。

5、选用波长: 红光 $633 \pm 10\text{nm}$; 黄光 $590 \pm 10\text{nm}$; 蓝光 $417 \pm 10\text{nm}$;

6、光的功率密度 (距离出光面 17cm 处测量): 红光 $80\text{mW}/\text{cm}^2 \pm 20\%$; 蓝光 $100\text{mW}/\text{cm}^2 \pm 20\%$;

7、定时范围: 0~120min 连续可调。

8、立式机

9、光源类型: LED 发光二极管

10、显示方式: 8.4" 触摸式彩色 LCD 液晶显示屏

11、通过 ISO9001 质量体系认证, ISO13485 医疗器械质量体系认证、CE 认证

* 12、设备有医疗器械产品出口销售证明书

13、制动装置: 治疗仪的脚轮中有 2 个脚轮带有制动装置。

14、使用环境要求: 环境温度: $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$; 相对湿度: 30%~75%; 大气

压力: 700hPa~1060hPa; 电源: AC220V±10%, 50Hz 或 60Hz。

(十九) 调Q激光

1、设备名称: 脉冲 Nd:YAG 激光治疗机

2、基本配置: 主机 1 台; 导光关节臂 1 套; 电源线 1 根; 脚踏开关 1 个; 防护眼镜 1 副; 眼罩 1 副; 钥匙 2 把; 合格证 1 份。

3、详细参数

(1) 激光波长: 1064nm, 532nm

(2) 1064nm 激光能量: $\leq 500\text{mJ}$

(3) 532nm 激光能量: $\leq 200\text{mJ}$

(4) 1064nm 激光光束发散角: $< 7\text{mrad}$

(5) 532nm 激光光束发散角: $< 10\text{mrad}$

(6) 激光脉冲宽度: $< 20\text{ns}$

(7) 重复频率: 1~10Hz

(8) 指示光: He-Ne 632.8nm

(9) 激光输出方式: 7 关节导光臂输出

* (10) 冷却方式: 循环水冷、风冷, 水冷自带过滤系统, 自锁式水、电路快速联接 (提供证明材料)

* (11) 超长寿命激光晶体保护, 采用无死角导光器 (提供证明材料)

(12) 激光输出能量不稳定性: $\pm 10\%$, 出厂后任一时间测量时附加到出厂时测量值上的预计增值: ≤ 0

(13) 输出控制方式: 脚踏开关控制

(14) 电源: AC220V \pm 22V 50Hz \pm 1Hz

(二十) 耳鼻喉科治疗仪 (带成像系统)

1、耳鼻喉科治疗台标配及技术参数

(1) 电源: 220VAC, 50-60HZ

(2) 外形尺寸: 约 1730*635*790mm

(3) 写字台: 1 副、12mm 厚高强度钢化玻璃台面, 网板丝印技术上色 (豪华亮丽、无渗透)

(4) 环境温度: 5 $^{\circ}$ C-40 $^{\circ}$ C, 相对湿度: \leq 80%, 大气压力: 86KPA-106KPA

(5) LED 照明灯: 1 套, 可以在 360 $^{\circ}$ 内旋转, 垂直上下移动, 功率: 12V, 10W (带阻力平衡支臂, 定位准确)

(6) 智能控制系统: 按钮式控制开关, 自动控制各项功能

(7) 喷雾枪: 3 支 (2 直 1 弯)、喷雾正压 (100-150) KPA \pm 5KPA (可手动控制喷药量、枪管任意互换)

(8) 吹枪: 1 支、正压 \geq 0.1Mpa

(9) 吸枪: 1 支、负压 (20-70) KPA \pm 2KPA (压力可自调)

(10) 加热除雾装置: 1 套, 加热温度为 (38 \pm 5) $^{\circ}$ C (可根据工作环境调整温度) 450W

(11) 不锈钢器械盘: 1 个, 可整体移动消毒

(12) 不锈钢药膏罐: 2 个, 直径 8cm

- (13) 滴药瓶: 4 个、磨沙口玻璃药瓶 (透明/棕色) 30cc
- (14) 压缩机马达 : 1 台、功率 80W, 无油超静音
- (15) 真空吸引马达: 1 台、功率 370W, 无油超静音
- (16) X 射线胶片观察灯: 1 个, LED, 可壁挂
- (17) 欧氏管装置: 1 套, 治耳鸣、耳聋
- (18) 排污装置: 1 套, 主副污物瓶设计, 2500ml、1000ml
- (19) 内置式收集箱: 1 个

2、耳鼻喉诊疗台技术参数 (成像系统)

(1) 内窥镜技术参数

内窥镜参数表

- ① 0° 鼻窦镜 1 支, $\Phi 4.0\text{mm}$, 工作长度 175mm (史托斯的)
- ② 90° 喉镜 1 支, $\Phi 8.0\text{mm}$, 工作长度 175mm (史托斯的)

(2) LED 冷光源技术参数

- ①电源条件: a. c. 220V、50Hz 相对允差 $\pm 1\%$
- ②输入功率: 20VA
- ③采用优质 LED 发光组件, 稳定性强;
- ④寿命长: LED 发光寿命长达 2 万~4 万小时, 无需更换灯泡, 节约成本
- ⑤色温 $\cong 6500\text{K}$, 发光颜色纯, 无杂光;
- ⑥照度高: 190000Lx 通透性好
- ⑦噪声: $\cong 55\text{dB(A)}$;
- ⑧大气压力: 860hPa~1060hPa

- ⑨整机外表温度; $\leq 60^{\circ}\text{C}$;
- ⑩光输出孔; 直径为 (10 ± 0.10) mm
- ⑪有效光功率; $\geq 100\text{mW}$;
- ⑫净重: $\leq 3.85\text{KG}$
- ⑬导光束: 长度 $4\text{mm} * 2000\text{mm}$

(3) 摄像机技术参数

- ①高清摄像头: 原装芯片, 数字信号;
- ②消光速度: 小于 0.2 秒. 进入腔体遇水不会反光⑪
- ③摄像头 8 级防水, 防止手术过程中水浸润;
- ④特殊抗干扰处理, 有效解决高频电刀产生的干扰纹
- ⑤分辨率: 700TVL (线) ;
- ⑥有效像: P:795(H)*596(V);
- ⑦扫描方式: 隔行扫描;
- ⑧语言: 中文/英文
- ⑨调焦范围: $\geq (2 \sim 200)$ m;
- ⑩扫描频率: N:60HZ P:60HZ
- ⑪亮度: ODS 可调;
- ⑫信噪比: $\geq 50\text{dB}$
- ⑬最低照度: F1.2 时 $\leq 0.5\text{Lux}$;
- ⑭视频输出: BNC*2, VGA*1, 远程端口*1
- ⑮光学接口: 使用范围可接各种硬管内窥镜

(4) 彩色监视器技术参数

- ①屏幕: 不小于 15 寸液晶屏
- ②分辨率: 不低于 1024*768
- ③电源输入: AC220V/50HZ
- ④比例: 4:3
- ⑤色彩 1670 万
- ⑥对比度: 800:1
- ⑦视角: 140/140
- ⑧相应时间: 8ms
- ⑨功耗: 25Wmax
- ⑩MTBF;>50000 小时

电脑 (主机+显示器)

打印机 (彩色喷墨打印机)

脚踏开关: 脚踏采集开关 1 个

耳鼻喉科专用软件: 耳鼻喉科专用图文软件 1 套

(二十一) 裂隙灯 (眼前节数码照相系统)

1、显微镜

- (1) 类型: 伽利略平行夹角式
- (2) 倍率改变方式: 非连续 5 级转鼓变倍式

- (3) 目镜倍率: 12.5 倍
- (4) 屈光度调节: +6D~-6D
- (5) 目镜间交角: 13 度
- (6) 总倍率: 6 倍 10 倍 16 倍 25 倍 40 倍
- (7) 瞳距调节范围: 52mm~78mm
- (8) 屈光度调节: +6D~-6D

2、照明系统

- (1) 裂隙宽: 0~14mm 连续可调 (在 14mm 时, 裂隙呈圆形)
- (2) 裂隙长度: 1~14mm 连续可调
- (3) 光栏直径: 14、10、5、3、2、1、0.2
- (4) 裂隙角度: 0~180 度由垂直到水平方向连续可调
- (5) 滤色片: 隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
- (6) 照明灯泡: 6V、20W 进口卤钨灯泡 (亮度连续可调)

3、运动底座:

- (1) 前后移动 90mm; (2) 左右移动 100mm; (3) 前后左右微动 15mm;
- (4) 上下移动 30mm

4、颞托支架:

- (1) 上下移动: 80mm; (2) 固视灯: 绿色或红色 LED

5、电源:

- (1) 输入电压: 220V/110V~±10%
- (2) 输入频率: 50Hz/60Hz

(3) 输出电压: 6V 连续可调

(4) 固视灯: 3V

6、裂隙灯具备国际标准接口, 可接 Goldman 眼压计及多款眼科激光, 同时还可接 CCD。

7、数码相机参数: 数码单反相机, 有效像素 2400 万, 可手动调节感光度和相机快门速度。

8、电脑、打印机

(二十二) 牙科综合治疗机

(1) 基本配置

1) 医生位:

①二套四孔高速手机接口

②一套低速气动马达接口

③一支三用喷枪

④外置式低压观片灯

⑤医生位多功能程序控制盘 (给水键、冲盂键、椅位上升、下降键、椅背前倾、后仰键、2 个自设定位、治疗完毕椅位复位键、LP 漱口位键、恒温热水加热键)

⑥内置洁牙机一台

2) 助手位:

①一支三用喷枪

②一套强吸/一套弱吸 (中央负压)

③助手位多功能程序控制盘（给水键、冲盂键、椅位上升、下降键、椅背前倾、后仰键、2个自设定位、治疗完毕椅位复位键、LP漱口位键、恒温热水加热键）

(2) 其它配置: LED手术灯、陶瓷漱盆、蒸馏水系统、手机管路清洗系统、脚控多功能程序开关、自动加热恒温给水系统、豪华医生座椅、豪华护士座椅、副控挂架可选加位（选配）、两支高速手机、一支低速、一拖二的空气压缩机。

(3) 性能

①超低椅位设计, 座椅高度可在 360mm 至 750mm 范围内调节。

②带急救位靠背设计, 靠背可在 4° 至 70° 范围内调节。

③可调速的液压升降系统。

④24v 直流电机驱动靠背。

⑤病人椅左右无障碍式扶手, 可完全调整至座垫以下。

⑥双关节转动的助手支架。

⑦工作灯自动点亮系统。

⑧机椅互锁功能, 当动态器械工作时, 椅位运动自动锁定。

⑨LED手术灯, 手柄可拆卸消毒, 无级调光, 三关节旋转, 最大照度 > 25000LUX。

⑩低压 24V 外置观片灯（选配）。

⑪靠背, 底座, 地箱座均为整体合金铸件再精整加工。

⑫水气管道。

⑬缝制软皮。

⑭自动加热恒温给水系统。

⑮全气控水气控制系统。

(4) 规格

- ①电源：~220V±10% 50HZ±10%
- ②气源：气压 0.5-0.6Mpa 流量≥50L/min
- ③水源：水压 0.2-0.4Mpa
- ④治疗台输入总功率：800VA

(二十三) 充电款检眼及耳组合套装（双底充）

1、检眼镜

- (1) 设有五种不同的光斑，供不同检查需要
- (2) 设有 19 个不同屈光度的透镜，透镜屈光度变化范围：-20Dto+20D

2、检耳镜

- (1) 窗防止刮伤
- (2) 易于清洗
- (3) 检眼镜检耳镜共用手柄
- (4) 4 个不同尺寸的耳塞

三、商务要求

(一) 交货期及交货地点

交货期：合同签订后 30 个日历天内完成全部交付并投入使用。

交货地点：采购人指定地点，按采购方的书面或电话通知进行交货。

（二）验收标准、规范

验收标准：满足招标文件要求且符合国家现行相关货物的质量验收规范标准。

（三）付款方式

采购合同签订后，货到安装调试合格培训结束交付采购人使用，验收合格后向成交供应商支付合同总金额的 50%，6 个月后支付合同总金额的 40%，剩余 10% 作为项目质保金，货物质保期结束后全额支付。

（四）质保期

自验收合格之日起 3 年。

（五）履约保证金

由中标供应商和采购人在合同中自行约定是否缴纳，缴纳数额不得超过政府采购合同总价的 10%。

（六）投标有效期

投标截止之日起 90 个日历日。

（七）售后服务

1、投标人负责采购文件中要求的一切事宜及责任，包括运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务等；

2、投标人所提供的货物必须为原厂原装、全新产品、无任何缺陷隐患。如在安装调试完成后无法通过验收，用户有权要求无条件退换货，中标人承担退换货产生的相关费用；

3、中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。质保期内，应提供 7*24 小时技术支持服务，在接到用户服务请求后，1 小时内响应，2 小时内到达现场处置。一般故障排除最长时间不超过 8 小时；重大故障或需到生产厂家调配零件，应在 3 天

内完成，7 天内无法排除故障需提供备用机并保证所供备用机的性能和作用不低于原配置。

4、投标人在质保期内无条件负责所投设备的维修、保养，并承担相应的维修和配件费用；质保期外只收取零备件成本费用，软件部分（如有）提供终身免费升级服务。

5、投标人或产品售后服务维修中心须有足够的备品备件，以便在需要能及时更换保证设备正常运行。

6、其它未尽事宜采购双方在签订合同时约定。

（八）其他要求

1、本项目投标报价包含项目所有设备的运输、安装、调试、税费、并交付使用等所需的所有费用；投标人所投报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2、采购人保留对中标单位复核的权利，中标单位所提供的佐证材料若有不符，则中标人自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失及法律责任。

备注：招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担（可编制投标文件前咨询采购人或代理机构）。

第三章 政府采购合同（参考文本）

合同号：

甲方(采购人)：

签定地点：

乙方(中标人)：

签定日期： 年 月 日

根据甲方委托(招标代理机构)对_____进行招标采购（招标编号：_____）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、（中标人）投标文件及有关法律、

法规、规章规定的内容, 双方达成如下协议:

1、合同标的和合同价格

服务名称	数量	单价	总价	服务期

2、服务方式和服务地点

2.1 服务方式: _____

2.2 服务地点: _____

3、供货清单

3.1 供货清单: 包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的, 应作具体约定。)

4、付款方式与条件

4.1 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后, 甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以_____方式向乙方一次性支付_____%的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的, 可在支付货款时予以扣除。)

现场交货条件下, 乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a. 金额为有关合同货物价格_____%的正式发票。
- b. 制造厂家出具的货物质量合格证书。
- c. 甲方已收讫货物的验收凭证。
- d. 甲方签发的验收合格文件。

4.2 分期支付货款的, 余下的货款应于_____ (时间) 支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

（安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收

（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 ____个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后__小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若____小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1 未按期交货的违约责任：_____

11、违约终止合同

11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后 30 天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其他义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：

向 _____（甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3 本合同一式四份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效。甲方二份、

乙方一份，招标代理机构和政府采购主管部门各备案一份，具有同等效力。

14.4 乙方应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同在贵州省政府采购网上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第四章 开标、评标和定标

一、开标

(一)代理机构按招标公告规定的时间进行开标,投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

(二)解密时间截止后,交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件,获取投标保证金交纳情况(如有),投标文件提交及解密情况。

(三)电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况(如有),投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的,投标保证金未交纳的(需交纳投标保证金项目),作无效投标处理。

(四)代理机构将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金交纳情况(如有)和解密情况进行公布,并通过交易中心开标室大屏幕将《开标记录表》公开发布。

二、评标委员会

(一)本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从贵州省综合评标专家库随机抽取的专家组成,如采购人不派代表评审,则评标委员会全部由专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则,严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果,任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

(二)评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的,应当要求其回避:

1. 参加采购活动前三年内, 与供应商存在劳动关系, 或者担任过供应商的董事、监事, 或者是供应商的控股股东或实际控制人;
2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
3. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系;
4. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作;
5. 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员, 或与该供应商存在其他经济利益关系;
6. 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系;
7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

(三) 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况, 仅依据投标人所提交一切文件的真实表述, 不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

(四) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价, 并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

三、评标方法

(一)本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

评分项目	价格评分	技术评分	商务评分
100 分值	30 分	45 分	25 分

(二)投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
5. 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；
6. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
7. 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评委会成员均应当阅读供应商的澄清，但应独立参加考澄清对标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 如果投标文件实质上不影响招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有影响性的投标。

5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

四、评标程序

（一）资格审查

1. 项目开标结束后，采购人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号	资格审查内容
1	满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）
2	<p>(1) 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件：</p> <p>1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；</p> <p>2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供由第三方出具的 2019 或 2020 年度的财务审计报告或公司自行出具的 2020 年至今任意三个月的财务报表；新成立的公司需提供开户行出具的资信证明材料；</p> <p>3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；</p> <p>4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2020 年至今任意三个月的依法缴纳税收（依法免税的供应商须提供相应证明文件）和社会保障资金的有效证明材料；</p> <p>5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>6、供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中（格式文件详见《供应商信用记录承诺书》）。如在上述名单中的供应</p>

2. 采购人或者代理机构以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)为查询渠道,对各供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动。

3. 资格审查环节中如采购人或者代理机构认定供应商不合格,采购人或者代理机构需签署书面意见,并当场书面或电话告知供应商,供应商可在限定的时间内以书面或语音方式进行澄清,采购人或者代理机构不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查或投标无效的, 不作符合性审查。

(二) 符合性审查

1. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查, 以确定其是否满足招标文件的实质性要求, 现出现不符合下列情形之一时, 作无效处理。《符合性审查表》如下:

序号	符合性审查内容
1	投标报价确定且不高于最高限价
2	有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署
3	未发现属无效投标的其他情形(见表末说明)
4	符合政府采购法第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定条件

说明: 以下为属无效投标的其他情形。

(1) 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 同时参加本项目或同一子项目投标的;

(2) 评标期间, 投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的;

(3) 投标文件提供虚假材料的;

(4) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;

(5) 投标人对采购人、交易中心、代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(6) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7) 项目名称或项目编号错误的；

(8) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。

4. 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

(三) 评分标准细则

一、价格评分 30 %

序号	评审内容	分值	评分标准	备注

1	投标人价格评分	30	根据财库(2007)2号文件规定,价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求的最低报价为基准价,价格分为满分 <u>30</u> 分。其他商家得分的计算方法:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)× <u>30%</u> 。保留二位小数。	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理
合计		30分		

一、技术分 45 %

序号	评审内容	分值	评分标准
1	技术要求	40	产品技术参数全部满足招标文件要求的得40分;带“*”号项每一项负偏离扣5分,非“*”号项每负偏离一项,扣2分,扣完为止。(带“*”号的技术参数需提供厂家参数确认函或厂家技术白皮书、宣传彩页作为证明材料。)
2	功能要求	5	功能要求:评审委员会根据所投产品技术资料所反映的技术功能特点(适用性、安全性、操作简易性、技术设计先进性、稳定性)进行综合评价:能同时满足以上技术功能特点,完全符合采购人实际需求的得5分;其中一项不满足扣1分,扣完为止。
合计		45分	

三、商务分 25 %

序号	评审内容	分值	评分标准
1	业绩	10	提供 2018 年 1 月至今类似项目业绩, 每提供 1 个类似业绩得 2 分, 最高 10 分 (须附中标通知书或采购合同复印件加盖公章, 未提供不得分)。
2	产品授权	4	投标人具备所投产品生产厂家的授权书得 2 分; 具备所投产品生产厂家的售后服务承诺书得 2 分。(提供厂家出具的所投产品证书复印件加盖厂家公章, 未提供不得分)
3	售后	11	<p>1. 投标人提供供货及安装调试方案, 方案完善且合理可行得 2-3 分, 一般得 0-1 分, 不提供不得分;</p> <p>2. 投标人有培训方案, 并且组织采购人进行现场培训的, 评标专家根据投标人提供的培训方案进行评分, 方案完善且合理可行得 2-3 分, 一般得 0-1 分, 不提供;</p> <p>3. 投标人承诺在设备需要维修时 2 小时内能到达现场进行维修, 得 1 分, 承诺在设备需要维修时 1 小时内能到达现场进行维修, 得 2 分。(提供售后服务点到采购人地址的高德地图截图证明)</p> <p>4. 质保期需符合采购文件规定, 在规定的基礎上每增加一年得 1 分, 满分为 2 分。</p> <p>5. 在贵州省内有专业培训结业工程师服务得 1 分 (需提供厂家培训结业证书复印件并加盖公章。)</p>
合计		25 分	

1. 价格核准: 评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核, 看其是否有计算错误或提供范围上的错误, 修正错误是原则参见本章的第三条第 (二) 点。

2. 评标委员会成员对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除, 依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》(如有)。

采用环境标志产品的, 对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除, 扣除方法

如下: 环境标志产品金额占项目总金额的比重达到 10%-25%的(含 10%, 不含 25%, 下同), 扣 1%; 到达 25-50%的, 扣 2%; 到达 50%-75%的, 扣 3%; 到达 75%以上的扣 4%。

对于非专门面向中小微企业采购的项目, 依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定, 凡符合要求的有效投标人, 按照以下比例给予想应的价格扣除:

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商(供应商须为小型、微型企业)	对小型和微型企业产品的价格扣除 6%	评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6%

注: (1) 中型企业不享受以上优惠:

(2) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

(3) 小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程, 无法认定小型和微型企业的, 不享受价格扣除。

(4) 监狱企业视同小微企业, 监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 不再提供《中小微企业声明函》。

(5) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

(四) 综合评分的计算

1. 综合评分=价格评分+技术评分+商务评分

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排

列。综合评分相同的,按评标价由低到高顺序排列,综合评分相同,且评标价相同的,按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同,且评标价和技术评分均相同的,名次由评标委员会抽签决定。

(五) 中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人,推荐综合得分排名第一的供应商为第一中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2. 本项目使用综合评分法,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格;评审得分相同的,由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定,本项目或子项目下列情况出现将作废标处理:

(一)符合专业资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的(说明:使用综合评分法的采购项目,通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算);

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三)投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;

(四)因重大变故,采购任务取消的。

六、定标

(一)代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人,采购人应

当自收到评标报告之日起 5 个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的, 采购人可以按顺序选择第二中标候选人或者重新招标。

(二) 采购结果确认后, 代理机构将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人, 代理机构不再以其它方式另行通知。

(三) 中标结果公告后, 中标人须向代理机构领取招标通知书, 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

(四) 中标人放弃中标的, 应当依法承担相应的法律责任。

(五) 凡发现中标人有下列行为之一的, 将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的;
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
3. 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的;
4. 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的;
5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;
7. 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、签约

(一) 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日(第二章采购需求有相应约定的从其约定)内, 按照招标文件和中标人投标文件的约定, 与中标人签订书面合同。

所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(二) 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求, 作为签订合同的条件, 不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

(三) 中标供应商签订合同后须将合同扫描件上传至铜仁市公共资源交易中心石阡分中心交易系统供应商端采购业务--合同公示--新增合同公示, 搜索本项目, 上传签订后的合同扫描件。

第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容, 请按顺序制作, 本章有提供格式文件的请按要求提交。(盖章要求: 完成投标文件的制作后, 可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章)

序号	内容	盖章要求
商务部分		
1	★投标承诺函	电子签章
2	★投标人资格声明函及相关附件	电子签章
3	授权委托书或法人身份证明(法定代表人亲自办理投标事宜的, 则无需提交本证明书)	电子签章
4	★开标一览表	电子签章
5	报价明细表	电子签章
6	★商务要求响应条款一览表	电子签章
7	投标人证书一览表	电子签章
8	拟投入人员证书一览表	
9	投标人认为有必要说明的其他商务文件资料	电子签章
10	中小微企业声明函(非中小微企业可不提供)	电子签章
11	中小微企业声明函(制造商)(非中小微企业可不提供)	电子签章
12	残疾人福利性单位声明函(非残疾人福利性单位可不提供)	电子签章
13	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(非监狱企业可不提供)	电子签章
14	★属于分公司投标的, 须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书, 授权书须加盖总公司公章(非分公司投标可不提供)	电子签章
技术文件		
15	售后服务情况表	电子签章
16	售后服务能力及服务方案	电子签章
17	产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料(如均不适用可不提供)	电子签章
18	技术方案一般性条款响应差异表	电子签章

19	投标人认为有必要说明的其他技术文件资料	电子签章
20	服务方案一般性条款响应差异表	电子签章
21	售后服务人员配置表	电子签章

特别提示与要求!

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供原件扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料，将作为投标人资格性和符合性审查的提供技术内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，严重影响评审结果。

文件中要求的资质材料，采购人需要中标人提供原件核验的，中标后必须提供真实有效的原件，如果无法提供真实有效的原件取消其中标资格。

一、投标承诺函

贵州黔诚商务有限公司:

我方确认收到贵方提供的“石阡县中医医院 2021 年第一批医疗设备采购项目”(项目编号:_____)的招标文件, 已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目, 据此我方承诺如下:

一、我方的投标文件在投标截止日后 90 天(日历天)内保持有效, 如中标, 有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料, 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性, 也没有存在排斥潜在投标人的内容, 我方同意招标文件的相关条款, 放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求, 提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报个的投标。

五、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件, 或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的, 贵方将不退还投你保证金(如有)。

六、我方接受按采购人委托向贵方支付代理服务费, 如果中标, 保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务, 切实履行《政府采购合同》中的全部条款, 投标总报价已包含代理服务费(代理服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算), 并承诺向贵方足额支付。(如有)

七、我方保证, 采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张, 该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本项目有关的函件请发往下列地址:

地址(邮编)		传真	
电话、手机		联系人(职务)	

日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

二、投标人资格声明函

贵州黔诚商务有限公司：

关于贵方____年____月____日发布关于“石阡县中医医院 2021 年第一批医疗设备采购项目”（项目编号：_____）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，
- （三）履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，要经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标人不得为“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

（七）特殊资格要求：投标人须提供医疗器械生产许可证或经营许可证、所投产品生产厂家的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20 年 月 日

说明：1. 本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的, 以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供, 必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

3. 提供以上要求 (一) 至 (六) 的佐证材料, 如下:

（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供由第三方出具的 2019 或 2020 年度的财务审计报告或公司自行出具的 2020 年至今任意三个月的财务报表；新成立的公司需提供开户行出具的资信证明材料；

(三) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：_____（采购人全称）_____

_____（供应商全称）_____，参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，我公司在完全理解本项目采购的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与本项目的采购活动，并在此郑重承诺：我公司具备足够的设备、专业技术人员及工程施工等专业技术能力以保证本项目采购合同的履行。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，由此所造成的损失、不良后果及相应的法律责任我公司自行承担。

投标人名称：（单位公章）

授权代表：（签字）

日期: 年 月 日

(四) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 提供 2020 年至今任意三个月的依法缴纳税收 (依法免税的供应商须提供相应证明文件) 和社会保障资金的有效证明材料;

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明

致：_____（采购人全称）

_____（供应商全称），参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

（六）供应商承诺在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中（格式文件详见〈供应商信用记录承诺书〉）。如在上述名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商信用记录承诺书

致：_____（采购人全称）

（供应商全称）参加贵单位组织的项目编号为：_____，项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重承诺：

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标截止时间前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我公司自愿放弃投标资格，并自愿承担由此造成的一切法律责任及后果。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

（七）特殊资格要求的佐证材料：投标人须提供医疗器械生产许可证或经营许可证、所投产品生产厂家的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表。

三、授权委托书

兹授权_____（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理贵州黔诚商务有限公司组织的“石阡县中医医院 2021 年第一批医疗设备采购项目”（项目编号：_____）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中
标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：____年龄：____职务：_____

身份证号码：_____

（营业执照等）注册号码：_____

企业类型：_____

经营范围：_____

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

日期：20 年 月 日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

四、开标一览表

[货币单位：人民币元]

分项	分项内容
投标总报价	¥

填报要求：

1. 投标总报价包含运输、保管、装卸、调试、技术培训、验收及相关服务等费用。

五、报价明细表

[货币单位: 人民币元]

序号	报价项目	关键、主要内容描述, 如品牌、产地等 (请填写清)	型号规格	数量	单价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
合计						

填报要求: 此表为《开标一览表》的报价明细表, 如有缺项、漏项 (数量不符合将被视为漏项), 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。

六、商务响应条款一览表

序号	采购文件商务要求	投标人响应情况	偏离情况
1			
2			
3			
...			

说明：

1. 本表应对采购文件所列商务条款须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

七、投标人证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

填报要求：

1. 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。
2. 请提供本表所列证书相关证明材料。（根据评分项对应内容的要求填写）

八、拟投入人员证书一览表

序号	姓名	证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

填报要求:

1. 填写拟投入人员获得资质或其他证书。
2. 请提供本表所列证书相关证明材料。（根据评分项对应内容的要求填写）

九、投标人认为有必要说明的其他商务文件资料

十、中小微企业声明函

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准, 本公司为_____ (请填写: 中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加石阡县中医医院石阡县中医医院 2021 年第一批医疗设备采购项目(项目编号:)采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、

提供服务, 或者提供其他_____ (请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假公将依法承担相应责任。

日期: 20 年 月 日

说明:提供其他中小微企业制造的货物, 必须同时提供该中小微企业的声明函(制造商)。

十一、中小微企业声明函(制造商)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为_____ (请填写:中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(单位公章):

日期:20 年 月 日

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明, 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

日期: 20 年 月 日

十三、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

十四、属于分公司投标的，须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章

十五、售后服务情况表

序号	项目	投标人承诺	备注
1	保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料)	生产厂商售后服务情况:	
		投标人售后服务情况:	
2	保修期后售后服务		
3	培训方案(可用附页)		

十六、售后服务能力及服务方案

十七、产品适用政府采购政策情况表

中小企业扶持 政策	如属所列情形的,请在括号内打“√”:			
	() 小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。			
	产品名称(品牌、型号)	制造商	制造商	金额
	本企业小型、微型企业产品金额合计①			
	() 小型、微型企业它小型、微型企业产品的,请填写下表内容:			
	产品名称(品牌、型号)	制造商	制造商	金额
节能 产品	其它企业小型、微型企业产品金额合计②			
	小型、微型企业产品金额总计(①+②)			
	产品名称(品牌、型号)	制造商	认证证书编号	金额
节能产品金额合计				
比重(节能产品金额/投标总价)			%	
节能产品证明材料见《技术文件》第至页。				
环境 标志 产品	产品名称(品牌、型号)	制造商	认证证书编号	金额
	环境标志产品金额合计			
	比重(环境标志产品金额/投标总价)			%
环境标志产品证明材料见《技术文件》第__至__页。				

填报要求: 1、本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

- 2、制造商为小型或微型企业时需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
- 3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保撞标志产品政府采购清单》中的产品请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
- 4、请投标人正确填写本表，所填内容作为每分的依据，其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项目的得分为0分。

十八、技术方一般性条款响应差异表

序号	货物名称	招标参数	投标参数	偏离情况	厂家资料
1					有/无
2					
3					
...					

要求：

- 1. 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。
- 2. 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。
- 3. 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

十九、投标人认为有必要说明的其他技术文件资料

二十、服务方案一般性条款响应差异表

采购需求		投标人响应	
序号	项目内容	承诺	差异
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

要求：请按第二章采购需求列出差异若无差异，留空，视为完全响应。

二十一、售后服务人员配置表

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称/资格	专业	经验 年限	担任 职务
1								
2								
3								
...								

填报要求:

1. 上表列出的人员, 需附其资格证书的复印件。
2. 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料, 如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。